

Deliberazione n. 925 del 31 ottobre 2018

**OGGETTO:** PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS. N.50/2016, A MEZZO RDO N.2059364 SU ME.PA. CONSIP, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.1 CONGELATORE PER LA U.O.C. PATOLOGIA CLINICA - CIG Z0E257972D -

### Il Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

#### Premesso che

- con nota prot. n.18188/i del 06/07/2018 la u.o.c. Patologia Clinica ha richiesto alla scrivente u.o.c. l'acquisto di n.1 congelatore;
- questa u.o.c. ha provveduto a redigere la relativa scheda tecnica, in atti giacente, necessaria per l'avvio della procedura di gara per l'acquisizione di n.1 congelatore per la u.o.c. Patologia Clinica;
- è stata attivata su Me.Pa. Consip apposita RDO n.2059364, finalizzata all'acquisto di n.1 congelatore, oggetto della presente deliberazione, con il criterio di aggiudicazione a favore dell'offerta al prezzo più basso, ai sensi dell'art.95 co.4, del D.Lgs. n.50/2016, invitando a gara tutti gli iscritti nella categoria "Beni e Servizi per la Sanità", fissando quale ultimo termine per la presentazione dell'offerta le ore 12.00 del 15/10/2018, (All.1);
- alla data di scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte, sono pervenute n.7 offerte conformi, da parte delle società di seguito elencate:
  - C.A.M. HOSPITAL SRL;
  - A.C.F. ITALIA SRL;
  - NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA;
  - LABOINDUSTRIA S.P.A.;
  - GRUPPO SALVARINI SRL;
  - ADIRAMEF SRL;
  - KW APPARECCHI SCIENTIFICI;
- l'offerta conforme al prezzo più basso è risultata, (All.2):
  - ADIRAMEF SRL, per un importo complessivo pari ad € 3.050,00, oltre i.v.a.;

#### Rilevato che

l'offerta presentata dalla società ADIRAMEF SRL è rispondente alle necessità della richiedente u.o.c. Patologia Clinica e che è congruo il prezzo offerto di € 3.050,00, oltre i.v.a.;

#### Preso atto

che, con nota prot. n. 27892/U del 24/10/2018 sono stati inviati al fornitore i documenti di stipula della predetta RDO n. 2059364;

**Considerato che**

- il decreto n.58 del 18.07.2011 a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania prevede che "per gli acquisti di beni, attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari o inferiore ad € 50.000,00, le Aziende possano porre in essere autonome procedure di acquisto...";
- infine, la presente deliberazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere integralmente pubblicata sul sito aziendale;

**PROPONE**

per i motivi espressi in premessa:

1. prendere atto delle risultanze dell'espletamento della RDO n.2059364, attivata su Me.Pa. Consip e, per l'effetto, di aggiudicare la fornitura di n.1 congelatore alla società ADIRAMEF SRL, con sede in Napoli, alla Via Ben Hur n.72, in quanto offerente al prezzo più basso, da destinare alla u.o.c. Patologia Clinica, al prezzo complessivo di € 3.721,00 i.v.a. inclusa al 22%;
2. imputare la spesa complessiva di € 3.721,00, i.v.a. inclusa al 22%, sulla corrispondente sub autorizzazione patrimoniale n.3/1 conto economico 101020401 del corrente bilancio;
3. revocare l'ordine qualora, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011, vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
4. pubblicare integralmente la presente deliberazione;
5. trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, nonché al Direttore U.O.C. Gestione Economico – Finanziaria e della Progettualità Europea, al Direttore U.O.C. Patologia Clinica, oltre che al proponente;

**Il Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA**

Ing. Vittorio Emanuele Romallo



**ATTESTAZIONE DI REGISTRAZIONE CONTABILE**

Il costo derivante dal presente atto:  
- è di competenza dell'esercizio 2018 imputabile al conto economico C. 5 ed è da imputare al preventivo di spesa \_\_\_\_\_ che presenta la necessaria disponibilità;  
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanz. \_\_\_\_\_

Il Direttore UOC GEF  
Dr. Eduardo Chianese



Vista la suesposta proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
Dott.ssa Antonina Siciliano



**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
Gaetano Gubitosa



ALL. 1

**N.1 ARMADIO CONGELATORE AD ANTA SINGOLA -10/-25°C**

Società offerente		
Società costruttrice		
Modello dell'Apparecchiatura		
Anno di produzione del modello		
<b>Descrizione: N.1 ARMADIO CONGELATORE AD ANTA SINGOLA -10/-25°C</b>	<b>Caratteristiche tecniche minime obbligatorie</b>	<b>Caratteristiche tecniche offerte</b>
Capacità	Circa 600 lt.	
Struttura in acciaio	inox AISI 304	
- Porta con chiusura magnetica e chiave esterna. - Illuminazione interna. - Almeno 4 ripiani	SI	
Range temperatura di esercizio -10/-25°C garantita anche con temperatura esterna fino a +35°C	SI	
Indicatore digitale esterno della temperatura interna.	SI	
Compressore ermetico.	Rumorosità non oltre 60 dB.	
Allarmi, acustico e visivo, per interruzione della tensione di alimentazione, per scostamenti dalla Temperatura di esercizio, per segnalazione porta esterna aperta	SI	
Sistema di registrazione della temperatura	SI	
Dotato di Certificazione dispositivo medico	CE 93/42	
Garanzia (Mesi)	>=36	
Contratto di manutenzione full-risk	7%	
Tempo di risoluzione del guasto dalla chiamata (Ore Solari)	≤ 48	

costo orientativo € 8.500,00

Le caratteristiche minime indicate nelle schede come innanzi predisposte sono da intendersi obbligatorie nel senso che la carenza o la non conformità anche di uno dei parametri elencati in tabella, comporterà la non ammissione dalla gara e la stessa dovrà essere obbligatoriamente compilata dalla società che parteciperà alla gara. Le Società concorrenti dovranno compilare le schede sopra riportate, presentare depliant tecnici e illustrativi in lingua italiana di tutte le caratteristiche tecniche e di tutte le funzioni delle apparecchiature offerte in conformità alle indicazioni riportate nelle schede di cui sopra.

A.O. "San Maria e San Sebastiano" - Caserta  
 U.O.C. PATOLOGIA CLINICA  
 Dott. Maddalena Schioppa



Azienda Ospedaliera  
di Caserta  
Sant'Anna  
e San Sebastiano

Azienda Ospedaliera di Caserta  
"Sant'Anna e San Sebastiano"  
di rilievo nazionale e di alta specializzazione  
Via Palasciano - 81100 Caserta (CE)

Direttore Generale: Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

U.O.C. Patologia Clinica  
Direttore P.T. Dott.ssa Maddalena Schioppa

Alla Direzione Sanitaria  
Al Direttore UOC Provveditorato  
Epc Direttore Generale

Oggetto: Protocollo d'intesa esami tossicologici

Al fine di ottemperare, nel migliore dei modi, a quanto prescritto nel protocollo d'intesa con la Procura di S.Maria C.V. su "Protocollo di intesa per gli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica e alterazione psicofisica per effetto dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di conducenti di veicoli a motore in caso di incidente stradale nel quale una o più persone siano morte o abbiano riportato lesioni personali gravi o gravissime", si chiede, nel più breve tempo possibile l'approvvigionamento delle seguenti attrezzature:

- Strumentazione automatica o semiautomatica, reagenti, consumabili e accessori per il dosaggio delle sostanze atte ad accertare lo stato di ebbrezza e/o l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope su sangue e saliva.
- Un congelatore con temperature inferiori a -20 con almeno 4 cassette e la chiusura con chiavi o altro mezzo idoneo ad impedire libero accesso allo stesso.

Restando a disposizione per ulteriori, eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti

Caserta 06/07/2018

Il Direttore P.T.  
Dott.ssa Maddalena Schioppa

**URGENTISSIMO**

Al Direttore / Dirigente e/o Funzionario competente, quale Responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell'adozione del provvedimento finale ai sensi dell'art. 4,5,6L. 241/90 s.m.i

- Direttore UOC. *Pierro*
- Direttore UOC. *Foccano*
- Direttore UOC. *Tenuta Ospedale*
- Direttore UOC. *Prova Foccano*

DIRETTORE SANITARIO

*prevedere spesso per la parte  
cooperativa su piccola. venisse per l'istituzione  
in caso di interventi all'istituzione  
d'urto. Fucillo*

Il Direttore Generale  
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante



Dati generali della procedura

<b>Numero RDO:</b>	2059364
<b>Descrizione RDO:</b>	ACQUISTO 1 CONGELATORE PER PATOLOGIA CLINICA
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Prezzo piu' basso
<b>Numero di Lotti:</b>	1
<b>Unita' di misura dell'offerta economica:</b>	Valori al ribasso
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA 02201130610 Via Tescione CASERTA CE
<b>Punto Ordinante</b>	VITTORIO EMANUELE ROMALLO
<b>Soggetto stipulante</b>	Nome: VITTORIO EMANUELE ROMALLO Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
<b>Codice univoco ufficio - IPA (RUP) Responsabile Unico del Procedimento</b>	551B2G ing. Vittorio Emanuele Romallo
<b>Inizio presentazione offerte:</b>	25/09/2018 13:54
<b>Termine ultimo presentazione offerte:</b>	15/10/2018 12:00
<b>Temine ultimo richieste di chiarimenti:</b>	05/10/2018 12:00
<b>Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)</b>	25/09/2019 12:11
<b>Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:</b>	10
<b>Bandi / Categorie oggetto della RdO:</b>	BENI/Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica
<b>Numero fornitori invitati:</b>	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta
<b>Segnalazione delle offerte anomale:</b>	si

Lotto 1 - Dettagli

<b>Denominazione lotto</b>	ACQUISTO N°1 ARMADIO
----------------------------	----------------------





	CONGELATORE AD ANTA SINGOLA -10°/-25°C
<b>CIG</b>	
<b>CUP</b>	
<b>Dati di consegna</b>	Via palascianoCaserta - 81100 (CE)
<b>Dati di fatturazione</b>	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via palascianoCaserta - 81100 (CE)
<b>Termini di pagamento</b>	30 GG Data Ricevimento Fattura
<b>Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)</b>	8500,00

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	n° 1 Armadio congelatore verticale ad anta singola -10/-25°C per Patologia Clinica
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	Nome commerciale del congelatore e ultracongelatore ad uso laboratorio e farmacia	Tecnico	Nessuna regola	
4	* Unità di misura	Tecnico	Nessuna regola	
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	vedi scheda tecnica
6	Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	• Acquisto
7	Codice CND	Tecnico	Nessuna regola	
8	Classe	Tecnico	Nessuna regola	
9	Tipologia	Tecnico	Nessuna	



			regola	
10	Capacità [l]	Tecnico	Nessuna regola	
11	Temperatura regolabile	Tecnico	Nessuna regola	
12	Temperatura preimpostata dalla fabbrica [°C]	Tecnico	Nessuna regola	
13	Temperatura minima impostabile [°C]	Tecnico	Nessuna regola	
14	Temperatura massima impostabile [°C]	Tecnico	Nessuna regola	
15	Risoluzione del dispositivo di impostazioni della temperatura [°C]	Tecnico	Nessuna regola	
16	Circolazione interna dell'aria	Tecnico	Nessuna regola	
17	Apertura	Tecnico	Nessuna regola	
18	Spessore di coibentazione [mm]	Tecnico	Nessuna regola	
19	Ripiani o cassette [numero]	Tecnico	Nessuna regola	
20	Dimensioni interne (LxLxA) [mm]	Tecnico	Nessuna regola	
21	Dimensioni esterne (LxLxA) [mm]	Tecnico	Nessuna regola	
22	Rumorosità [dB(A)]	Tecnico	Nessuna regola	
23	Possibilità di programmazioni	Tecnico	Nessuna regola	
24	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
SCHEDA TECNICA	ACQUISTO N°1 ARMADIO CONGELATORE AD ANTA SINGOLA -10°/- 25°C	<a href="#">Scheda Tecnica Congelatore20.docx</a> (16.2KB)	
capitolato speciale	ACQUISTO N°1 ARMADIO CONGELATORE AD	<a href="#">Capitolato Speciale Fgrigoriferi Congelaori.pdf</a>	



ANTA SINGOLA -10°/- 25°C	(104.91KB)	
-----------------------------	------------	--

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalità risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
CAPITOLATO SPECIALE DA SOTTOSCRIVERE PENA ESCLUSIONE	ACQUISTO N°1 ARMADIO CONGELATORE AD ANTA SINGOLA -10°/-25°C	Amministrativa	Invio telematico	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
SCHEDA TECNICA DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE PENA ESCLUSIONE	ACQUISTO N°1 ARMADIO CONGELATORE AD ANTA SINGOLA -10°/-25°C	Amministrativa	Invio telematico	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
SCHEDA TECNICHE E DEPLIANTS	ACQUISTO N°1 ARMADIO CONGELATORE AD ANTA SINGOLA -10°/-25°C	Tecnica	Invio telematico	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	ACQUISTO N°1 ARMADIO CONGELATORE AD ANTA SINGOLA -10°/-25°C	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si



## N.1 ARMADIO CONGELATORE VERTICALE AD ANTA SINGOLA -10/-25°C

Società offerente		ADIRAMEF SRL
Società costruttrice		ADIRAMEF SRL
Modello dell'Apparecchiatura		700 PC L - CND Z121701 - BD/RDM 1222530
Anno di produzione del modello		2013
<b>Descrizione: N.1 ARMADIO CONGELATORE VERTICALE AD ANTA SINGOLA -10/-25°C</b>	<b>Caratteristiche tecniche minime obbligatorie</b>	<b>Caratteristiche tecniche offerte</b>
Capacità	Circa 600 lt.	Capacità Totale 700 Lt Capacità Netta 600 Lt
Struttura in acciaio	inox AISI 304	Struttura in Acciaio inox Aisi 304 Cr Ni finemente satinata Scotch-Brite;
- Porta con chiusura magnetica e chiave esterna. - Illuminazione interna. - Almeno 4 ripiani	SI	n° 1 Porta cieca autochiudente e reversibile, con blocco a 90° e con serratura a chiave; Guarnizione magnetica sui 4 lati, a garanzia di una perfetta tenuta N° 4 Griglie plastificate su guide antiribaltamento in acciaio regolabili in altezza
Range temperatura di esercizio -10/-25°C garantita anche con temperatura esterna fino a +35°C	SI	Temperatura regolabile -25°C ; -10°C Funzionamento Fino a temperatura ambiente di 38°C e 60% Umidità relativa;
Indicatore digitale esterno della temperatura interna.	SI	Controllore a microprocessore LCD - 240x96 pixels
Compressore ermetico.	Rumorosità non oltre 60 dB.	Rumorosità < 45 dB;
Allarmi, acustico e visivo, per interruzione della tensione di alimentazione, per scostamenti dalla Temperatura di esercizio, per segnalazione porta esterna aperta	SI	Allarmi acustici tacitabili e visivi in formato di testo per: alta e bassa temperatura, porta aperta, mancanza tensione di alimentazione, batteria scarica, condensatore sporco, avaria sonde; Dotato di presa per il collegamento dell'allarme remoto;
Sistema di registrazione della temperatura	SI	Controllore a microprocessore con • Funzione Data Logger ovvero è in grado di registrare le temperature rilevate dalle sonde e gli eventuali allarmi. • N. 1 uscita USB per scaricare i dati. I dati sono raccolti in formato testo standart (.txt) e può essere facilmente letta con un foglio di calcolo come Microsoft Excel ®. • Batteria tampone in modo da rimanere attivo per le funzioni di visualizzazione e registrazioni delle temperature e degli allarmi anche in assenza di alimentazione elettrica;
Dotato di Certificazione dispositivo medico	CE 93/42	Conformità Direttive 93/42/CEE;
Garanzia (Mesi)	>=36	Di tipo full-risk di 36 mesi dalla data di collaudo
Contratto di manutenzione full-risk	7%	7%
Tempo di risoluzione del guasto dalla chiamata (Ore Solari)	≤ 48	48


Costo base d'asta € 8.500,00





Le caratteristiche minime indicate nelle schede come innanzi predisposte sono da intendersi obbligatorie nel senso che la carenza o la non conformità anche di uno dei parametri elencati in tabella, comporterà la non ammissione dalla gara e la stessa dovrà essere obbligatoriamente compilata dalla società che parteciperà alla gara. Le Società concorrenti dovranno compilare le schede sopra riportate, presentare depliant tecnici e illustrativi in lingua italiana di tutte le caratteristiche tecniche e di tutte le funzioni delle apparecchiature offerte in conformità alle indicazioni riportate nelle schede di cui sopra.





Contatti:  
 Tel.: +39 081 195 37 701  
 Fax: +39 081 891 45 24  
 Numero Verde: 800 078 563  
 Web: [www.adiramefgroup.it](http://www.adiramefgroup.it)  
 E-mail: [info@adiramefgroup.it](mailto:info@adiramefgroup.it)


Pag. 1 di 4

Sede Legale: Via Ben Hur, 72 - 80126 Napoli (NA)  
 Amministrazione, Laboratori, Stabilimento di Produzione:  
 Strada Consortile, s.n.c. - 81032 Carinaro (CE) - P.I. 07777350633

Riferimento Cliente RDO 2059364

## Congelatore Biologico Serie Adirfree Ad alto risparmio energetico accertato.

Immagine indicativa




Descrizione: Apparecchiatura di refrigerazione ecologica verticale, si caratterizza per nuovi accorgimenti tecnologici mirati al risparmio energetico e a essere più performanti. Tra questi l'elevato spessore di isolamento (75 mm) interno della scocca, ottenuto con schiume poliuretaniche ecologiche prive di reagenti a gas "serra", l'utilizzo dell'impianto di refrigerazione a monoblocco con refrigerante R290 ad elevato potere di resa e privo di componenti inquinanti, l'evaporatore esterno per un maggiore volume di carico e lo sbrinamento intelligente che interviene solo in presenza di formazione di ghiaccio. Tutte queste caratteristiche permettono un grande risparmio energetico ed un funzionamento ottimale.

La struttura della scocca, ottenuta come tutti i nostri prodotti con l'impiego di acciai inossidabili AISI304 di produzione Europea garantisce la qualità del prodotto MADE IN ITALY.

**Modello** 700 PC L - CND Z121701 - BD/RDM 1222530  
**Capacità Totale** 700 Lt  
**Capacità Netta** 600 Lt







Contatti:  
 Tel.: +39 081 195 37 701  
 Fax: +39 081 891 45 24  
 Numero Verde: 800 078 563  
 Web: [www.adiramefgroup.it](http://www.adiramefgroup.it)  
 E-mail: [info@adiramefgroup.it](mailto:info@adiramefgroup.it)

Pag. 2 di 4

Sede Legale: Via Ben Hur, 72 - 80126 Napoli (NA)  
 Amministrazione, Laboratori, Stabilimento di Produzione:  
 Strada Consortile, s.n.c. - 81032 Carinara (CE) - P.I. 07777350633

<b>Tipo di porta</b>	N° 1 Cleca
<b>Temperatura regolabile</b>	-25°C ; -10°C
<b>Conformità Direttive</b>	93/42/CEE; 2006/42/CE; 2014/30/UE; 2014/35/UE;
<b>Conformità Norme</b>	EN 61010-1; EN 61326-1;
<b>Dimensioni Esterne</b>	730x875x2095 mm (LxPxH)
<b>Dimensioni interne</b>	580x700x1480 mm (LxPxH)
<b>Gruppo Frigo</b>	Unità monoblocco completamente esterno alla cella di stoccaggio con compressore ermetico con condensazione ad aria;
<b>Funzionamento</b>	Fino a temperatura ambiente di 38°C e 60% Umidità relativa;
<b>Pannello di Controllo</b>	Interruttore ON/OFF a chiave, Controllore a microprocessore LCD - 240x96 pixels dotato di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• N. 4 ingressi sonda NTC o PT1000, uno per il controllo della temperatura, uno per controllare la temperatura di fine sbrinamento dell'evaporatore, la terza e la quarta per visualizzare eventuali altre temperature.</li> <li>• Funzione Data Logger ovvero è in grado di registrare le temperature rilevate dalle sonde e gli eventuali allarmi.</li> <li>• N. 1 uscita USB per scaricare i dati. I dati sono raccolti in formato testo standart (.txt) e può essere facilmente letta con un foglio di calcolo come Microsoft Excel ®.</li> <li>• Batteria tampone in modo da rimanere attivo per le funzioni di visualizzazione e registrazioni delle temperature e degli allarmi anche in assenza di alimentazione elettrica;</li> <li>• Con pagina di visualizzazione grafico di temperatura.</li> <li>• Risoluzione del dispositivo di impostazione della temperatura: 0,1 + 1 °C.</li> <li>• Allarmi acustici tacitabili e visivi.</li> <li>• N. 1 presa con contatto pulito per il collegamento dell'allarme remoto.</li> <li>• N. 1 presa RS485.,</li> </ul> Test di autodiagnosi







Contatti:  
Tel.: +39 081 195 37 701  
Fax: +39 081 891 45 24  
Numero Verde: 800 078 563  
Web: [www.adiramefgroup.it](http://www.adiramefgroup.it)  
E-mail: [info@adiramefgroup.it](mailto:info@adiramefgroup.it)

Pag. 3 di 4

Sede Legale: Via Ben Hur, 72 - 80126 Napoli (NA)  
Amministrazione, Laboratori, Stabilimento di Produzione:  
Strada Consortile, s.n.c. - 81032 Carinaro (CE) - P.I. 07777350633

### Sicurezza

Allarmi acustici tacitabili e visivi in formato di testo per: alta e bassa temperatura, porta aperta, mancanza tensione di alimentazione, batteria scarica, condensatore sporco, avaria sonde; Dotato di presa per il collegamento dell'allarme remoto;  
Interruttore Magnetotermico/Differenziale in ingresso all'alimentazione elettrica

### Allestimento

n° 1 Porta cieca autochcludente e reversibile, con blocco a 90° e con serratura a chiave;  
Guarnizione magnetica sui 4 lati, a garanzia di una perfetta tenuta  
Illuminazione interna a LED, con attivazione automatica sia ad ogni apertura porta che per mezzo di un apposito pulsante posto nel pannello di controllo. Consente una riduzione del consumo energetico ed elimina il riscaldamento interno provocato dai tubi al neon tradizionali  
N° 4 Piedi livellatori in acciaio regolabili in altezza  
N° 4 Griglie plastificate su guide antiribaltamento in acciaio regolabili in altezza

### Struttura Esterna

Acciaio inox Aisi 304 Cr Ni finemente satinata Scotch-Brite;

### Struttura interna

Acciaio inox Aisi 304 Cr Ni finemente satinata Scotch-Brite, cella di stoccaggio con angoli arrotondati per facilitarne le operazioni di pulizia, fondo a vasca per contenerne eventuali liquidi;

### Isolamento

Isolamento in schiuma poliuretanicca ad alta densità privo di CFC e HCFC - spessore 75 mm


### Dati Tecnici

Refrigerante ecologico R290;  
Refrigerazione Ventilata forzata per garantire una temperatura uniforme (con blocco ventola all'apertura della porta);  
Sbrinamento automatico elettrico con vaporazione acqua di condensa;  
Sbrinamento attivabile anche manualmente  
Tensione di alimentazione: 230V/1/50Hz  
Potenza Assorbita: 397W / 2.65A  
Rumorosità < 45 dB;  
Spina di alimentazione elettrica: Schuko;  
Peso 202 Kg;









Contatti:  
Tel.: +39 081 195 37 701  
Fax: +39 081 891 45 24  
**Numero Verde: 800 078 563**  
Web: [www.adiramefgroup.it](http://www.adiramefgroup.it)  
E-mail: [info@adiramefgroup.it](mailto:info@adiramefgroup.it)

Pag. 4 di 4

Sede Legale: Via Ben Hur, 72 - 80126 Napoli (NA)  
Amministrazione, Laboratori, Stabilimento di Produzione:  
Strada Consortile, s.n.c. - 81032 Cannaro (CE) - P.I. 07777350633

**Manuale d'uso**

Manuale di utilizzo e manutenzione in lingua Italiana

**Garanzia**

Di tipo full-risk di 36 mesi dalla data di collaudo

**Dichiarazioni**

E' garantita la fornitura dei pezzi di ricambio per almeno 10 (dieci) anni a partire dalla data di collaudo dell'apparecchiatura.

**Produttore**

Adiramef s.r.l.  
Sede Legale: Via Ben Hur, 72 - 80126 Napoli (NA)  
Amministrazione, Laboratori, Stabilimento di Produzione:  
Strada Consortile, s.n.c. - 81032 Cannaro (CE) - P.I.07777350633





**MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

<b>DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A</b>	
Numero RdO	2059364
Descrizione RdO	ACQUISTO 1 CONGELATORE PER PATOLOGIA CLINICA
Lotto oggetto della Stipula	1 (ACQUISTO N°1 ARMADIO CONGELATORE AD ANTA SINGOLA -10°/-25°C)
CIG	non inserito
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
<b>AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE</b>	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Ente	02201130610
Nome Ufficio	UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA
Indirizzo ufficio	Via Tescione - CASERTA (CE)
Telefono / FAX ufficio	3204307959 / 0823232465
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	551B2G
Punto Ordinante	<b>ROMALLO VITTORIO EMANUELE /RMLVTR63R04L219T</b>
RUP	ing. Vittorio Emanuele Romallo
Firmatario del Contratto di Stipula	<b>ROMALLO VITTORIO EMANUELE /RMLVTR63R04L219T</b>
<b>CONCORRENTE AGGIUDICATARIO</b>	
Ragione Sociale	ADIRAMEF Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	07777350633
Codice Fiscale Impresa	07777350633
Indirizzo sede legale	VIA BEN HUR, 72 - NAPOLI (NA)
Telefono / Fax	08119537701 / 0818914524
PEC Registro Imprese	ADIRAMEF@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	07777350633
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	29/11/2017 00:00



Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	NA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	13328901
INPS: Matricola aziendale	2006495813
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	090558844/11
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	DP.1NAPOLI@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICO / MEDIA INDUSTRIA
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT56W0100503400000000046274
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Scodellaro Concetta, SCDCCT61R59F839P; Ambra Maria, MBRMRA59S66F839U.

<b>DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA</b>	
Identificativo univoco dell'offerta	4921032
Offerta sottoscritta da	SCODELLARO CONCETTA
Email di contatto	ADIRAMEF@LEGALMAIL.IT
Offerta presentata il	15/10/2018 10:22
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	25/09/2019 12:11
<b>Contenuto tecnico dell'Offerta</b>	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
<b>Contenuto economico dell'Offerta</b>	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'offerta economica	Valori al ribasso
Valore dell'offerta per il Lotto 1	3050,00 Euro (tremilacinquanta Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: (non specificati)	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:	



Euro '15,00'

<b>INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE</b>	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	10 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Via palascianoCaserta - 81100 (CE)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Via palascianoCaserta - 81100 (CE)
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura





**DISCIPLINA DEL CONTRATTO**

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 24/10/2018 12:52

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**



**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante**

nominato con D.G.R.C. n. 297 del 23.05.2017

immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n.212 del 30.05.2017

deliberazione D.G. n. 1 del 31.05.2017 – immissione in servizio

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA;
- Visto i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

**DELIBERA**

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **PRENDERE ATTO** delle risultanze dell'espletamento della RDO n.2059364, attivata su Mc.Pa. Consip e, per l'effetto, di aggiudicare la fornitura di n.1 congelatore alla società ADIRAMEF SRL, Seab Instruments s.r.l. con sede in Napoli, alla Via Ben Hur n.72, in quanto offerente al prezzo più basso, da destinare alla u.o.c. Patologia Clinica, al prezzo complessivo di € 3.721,00 i.v.a. inclusa al 22%;
2. **IMPUTARE** la spesa complessiva di € 3.721,00, i.v.a. inclusa al 22%, sulla corrispondente sub autorizzazione patrimoniale n.3/1 conto economico 101020401 del corrente bilancio;
3. **REVOCARE** l'ordine qualora, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011, vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
4. **PUBBLICARE** integralmente la presente deliberazione;
5. **TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, nonché al Direttore U.O.C. Gestione Economico – Finanziaria e della Progettualità Europea, al Direttore U.O.C. Patologia Clinica oltre che al proponente;

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante



