

Deliberazione n° 481 del 28 giugno 2018

**Oggetto:** Procedura aperta per l'acquisizione di n. 1 sistema di Radioscopia Interventistica digitale con Arco a C per le sale Operatorie di Cardiocirurgia e Chirurgia Vascolare di questa AORN "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta. Cig 7406450BE1. Provvedimenti.

#### IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

#### Premesso che:

- con deliberazione n.81 del 15.02.2018, esecutiva a norma di legge, veniva indetta procedura aperta suddivisa in 2 Lotti per l'acquisizione di n.1 Sistema di Radioscopia Interventistica digitale con Arco a C per le sale Operatorie di Cardiocirurgia e Chirurgia Vascolare Cig 7406450BE1, e n.1 Sistema di radioscopia con arco a C) per le UOC Ortopedia Cig. 7406672317, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa;
- a seguito della pubblicazione del bando di gara, che prevedeva quale termine per la presentazione delle offerte, il giorno 16.04.2018 ore 12:00, facevano pervenire offerta per il solo lotto 1, le società Siemens Healthineers Srl e Eurocolumbus Srl;
- in data 19/04/2018 alle ore 10:00, presso gli uffici della UOC Provveditorato ed Economato si costituiva il seggio di gara, per la verifica dell'integrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e tecnica, riscontrando la stessa conforme a quanto richiesto, giusta verbale n.1 redatto in pari data (all.1);
- in data 01.06.2018, in seduta riservata si riuniva la Commissione giudicatrice nominata, con deliberazione n.317 del 18.05.2018, per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle società concorrenti assegnando i relativi punteggi tecnici, come si evince dal verbale n.2 redatto in pari data (all.2);
- in data 13.06.2018, alle ore 10:15, giusta verbale n.3 redatto in pari data, si riuniva in seduta pubblica il Seggio di gara per procedere alla lettura dei punteggi assegnati dalla Commissione tecnica, e successivamente si procedeva all'apertura delle offerte economiche delle concorrenti il cui risultato è riportato nel verbale allegato (all.3);

#### Ritenuto

- Per tutto quanto su indicato, migliore offerta è risultata quella della Società EUROCOLUMBUS srl, che ha totalizzato punti 95,00, offrendo l'apparecchiatura Mod. Alien E Versione Alien3030 CARDIO al costo di €.118.700,00 oltre Iva;
- che la Società Eurocolumbus Srl, è stata sottoposta al controllo dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art.80 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, ai sensi dell'art.83 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e, dalla verifica della documentazione acquisita informaticamente agli atti dell'UOC Provveditorato ed Economato, la stessa è risultata in possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;

#### Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

## PROPONE

1. di prendere atto degli esiti della procedura aperta, indetta con delibera 81/2018, relativamente al lotti 1, con l'approvazione dei verbali da n.1 a n.3 allegati alla presente, e, per l'effetto, di aggiudicare la fornitura di n.1 Sistema di Radioscopia Interventistica digitale con Arco a C per le sale Operatorie di Cardiocirurgia e Chirurgia Vascolare Cig 7406450BE1, alla Società EUROCOLUMBUS srl, con sede in Milano, alla Via Pietro Filargo ,36, Mod. Alien E Versione Alien3030 CARDIO, al prezzo di €.118.700,00 oltre IVA;
2. di prendere atto che la spesa relativa alla fornitura oggetto della presente deliberazione, per i Lotti 1, pari ad €.144.814,00 IVA compresa al 22%, trova imputazione sull'autorizzazione n.3/1 conto 101020401 del corrente bilancio;
3. di nominare DEC della presente procedura il Direttore della UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, come per legge ed alle UU.OO.CC. GEF e Tecnologia Ospedaliera per quanto di competenza;

**IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO  
ED ECONOMATO**

dr.ssa Marisa Di Sano




### ATTESTAZIONE DI REGISTRAZIONE CONTABILE

Il costo derivante dal presente atto :


- è di competenza dell'esercizio 2018 imputabile al conto economico 101020401 ed è da imputare al preventivo di spesa Aut. N.3/sub 1 Ufficio Progetti che presenta la necessaria disponibilità;
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanz. \_\_\_\_\_

Il Direttore UOC GEF  
Dr. Eduardo Chianese



Vista la suesposta proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
Dr.ssa Antonietta Siciliano



**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
Dr. Gaetano Gubitosa



**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante  
nominato con D.G.R.C. n. 297 del 23.05.2017  
impresso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n.212 del 30.05.2017  
deliberazione D.G. n. 1 del 31.05.2017 – immissione in servizio

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore dell'U.O.C. Provveditorato ed Economato;
- Visto i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;



**OGGETT : Procedura aperta per l'acquisizione di n. 1 sistema di Radioscopia Interventistica digitale con Arco a C per le Sale Operatorie di Cardiocirurgia e Chirurgia Vascolare e n.1 Sistema di Radioscopia con Arco a C per la UOC Ortopedia. n. gara 7011476.**

### VERBALE SEDUTA PUBBLICA n.1 del 19/04/2018

In data 19/04/2018, alle ore 10:00, presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN ubicati al piano 1° AORN di via Palasciano, Caserta, si costituisce il Seggio di gara composto come segue:

- Marisa Di Sano - Direttore UOC Provveditorato ed Economato, R.U.P;
- Luisa Lucchini - Funzionario Amm.vo UOC Provveditorato, teste;
- Anita Correr - Funzionario Amm.vo UOC Provveditorato, teste;
- Carlo Mazzarella - Assistente Amm.vo UOC Provveditorato ed Economato Segretario verbalizzante;

Premesso che

- con deliberazione n. 81 del 15.02.2018, esecutiva a norma di legge veniva indetta procedura aperta per l'acquisizione n. 1 sistema di Radioscopia Interventistica digitale con Arco a C per le Sale Operatorie di Cardiocirurgia e Chirurgia Vascolare e n.1 Sistema di Radioscopia con Arco a C per la UOC Ortopedia;
- successivamente, si procedeva alla pubblicazione del bando di gara sulla GUCE in data 06.03.2018, sulla GURI il 09/03/2018 n.29 e su n.4 quotidiani a tiratura nazionale e regionale;
- alle richieste di chiarimenti pervenute da parte di ditte interessate a partecipare alla gara sono stati dati i relativi riscontri a mezzo pubblicazione sul sito: faq 1/21.03.18, faq 2/28.03.2018 e faq .03.04.2018;
- alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte fissata alle ore 12:00 del 16.04.2018, hanno aderito producendo offerta nei termini stabiliti n.2 Società così come da dichiarazione rilasciata della UOC AA.GG. e Legali Prot.0010209 /I del 18.04. 2018, e, precisamente:
- 1.- Società SIEMENS Healthineers acquisita al Prot. 9964/E del 2018;
- 2.- Società EUROCOLUMBUS, acquisita al Prot.10011 /E del 2018;
- Risulta presente, per la Società SIEMENS Healthineers SRL munita di delega meglio identificata dal Segretario verbalizzante la Sig.ra Vaccaro Anna;
- che i plichi contenenti le offerte delle ditte concorrenti nonché tutti gli altri atti di gara sono stati custoditi all'interno dell'apposito armadio blindato n.1 ubicato presso la Direzione UOC Provveditorato ed Economato;

Tanto premesso si dichiara aperta la seduta.

I Componenti il Seggio di gara come sopra costituito procedono, quindi, alle seguenti operazioni il cui esito è parimenti di seguito riportato in apposito prospetto:

- verifica dell'integrità e della tempestività dei plichi pervenuti, apertura dei plichi pervenuti e constatazione della presenza della documentazione richiesta in distinte n.3 buste sigillate sulle quali vengono apposte le firme dei Commissari di gara;
- apertura della busta con la documentazione amministrativa e verifica dei documenti ivi contenuti, riscontrando la conformità della documentazione presentata rispetto a quella richiesta.

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

DITTE

ESITO

- 1- Società SIEMENS Healthineers S.R.L. - La Società partecipa per il solo Lotto 1- documentazione conforme;
- 2 - Società EUROCOLUMBUS S.R.L. - La Società partecipa per il solo Lotto 1 – documentazione conforme;


Per il Lotto due non risulta presentata da parte di nessuna società offerta.

Per quanto sopra, si da corso all'apertura delle offerte tecniche,le stesse vengono siglate dai componenti del seggio.


Terminate le predette operazioni, il Presidente procede a depositare i plichi dei concorrenti nonché tutti gli altri atti di gara negli armadi blindati sopra indicati procedendo alla chiusura degli stessi.

La seduta viene chiusa alle ore 10:45. Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto

- Dott.ssa Marisa Di Sano



- Sig.ra Luisa Lucchini



- Sig.ra Anita Correra




- Sig. Carlo Mazzarella



I TESTIMONI

Per la Società SIEMENS Healthineers S.R.L.



Per la Società EUROCOLUMBUS S.R.L.

\_\_\_\_\_



AU 2



**OGGETTO : Procedura aperta per l'acquisizione di n. 1 sistema di Radioscopia Interventistica digitale con Arco a C per le Sale Operatorie di Cardiocirurgia e Chirurgia Vascolare e n.1 Sistema di Radioscopia con Arco a C per la UOC Ortopedia. n. gara 7011476.**

**VERBALE SEDUTA RISERVATA n.2 del 01/06/2018**

In data 28/05/2018, alle ore 09:30, era previsto l'insediamento della Commissione presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN ubicati al piano 1° AORN di via Palasciano, Caserta, per la valutazione delle offerte presentate dalle società concorrenti relativamente alla procedura in oggetto, giusta deliberazione n. 317 del 18.05.2018, la prevista riunione non ha avuto corso per un improvviso impegno del Commissario Dr. Eugenio Maria Covelli;

In data 1.06.2018 alle ore 9:00, si è costituita la Commissione di cui alle premesse composta come segue:

- Dr. Giovanni Moggio, Dirigente Medico UOSD Angioradiologia Interventistica AORN Caserta, Presidente;
- Dr. Eugenio Maria Covelli, Dirigente Medico Responsabile UOSD Neuroradiologia AORN Caserta, Componente;
- Sig. Gianfranco Lauria, Società LA.DI. Medical, Supporto al Rup, Componente;
- Sig.ra Luisa Lucchini, Collaboratore Amm.vo UOC Provveditorato ed Economato - Segretario;

Premesso che

- Nella seduta pubblica, tenutasi in data 19/04/2018, si procedeva alla verifica e conformità della documentazione amministrativa e alla sottoscrizione della documentazione tecnica presentata dalle sottonotate Società:
- 1.- Società SIEMENS Healthcare acquisita al Prot. 9964/E del 2018;
- 2.- Società EUROCOLUMBUS, acquisita al Prot.10011 /E del 2018;
- che i plichi contenenti le offerte tecniche vengono prelevati dall'armadio blindato e messi a disposizione della Commissione tecnica per la valutazione ;

Tanto premesso

il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta, procedendo alla visione di tutte le offerte tecniche delle società concorrenti, con iniziale valutazione dell'offerta relativa alla Società SIEMENS Healthcare risultata conforme alle caratteristiche tecniche minime richieste dal capitolato speciale.





La Commissione, procede ad esaminare la documentazione tecnica della Società Eurocolumbus, che dopo attenta analisi delle schede allegate all'offerta, ha determinato la conformità del prodotto proposto.

**TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGI - MAX 70 PUNTI**

società partecipante alla gara	punteggio	SIEMENS HEALTHCARE	EUROCOLUMBUS
Generatore ad alta frequenza > 40 kHz ( ogni 5 KHz > 40 saranno attribuiti 2,5 punti )	Max 5 punti	50 KHz punti 5	40 KHz punti 0
Generatore ad alta frequenza 10 kW ( ogni 1 KW > 10 sarà attribuito 1 punto )	Max 10 punti	25 KW punti 10	25 KW punti 10

Generatore ad alta frequenza >100 kVp ( ogni 5 kVp > 100 sarà attribuito 1 punto )	Max 5 punti	150 kVp punti 5	125 kVp punti 5
Velocità di raffreddamento anodica > 80.000 HU / min ( ogni 1kHU > 80000 saranno attribuiti 2 punti )	Max 10 punti	910.000HU punti 10	154.000HU punti 10
Capacità termica della cuffia > 1.500.000 HU / min (ogni 20 kHU > 1.500.000 sarà attribuito 1 punto )	Max 5 punti	5.400.000 HU punti 5	7.000.000 HU punti 5
Indicazione di posizione del collimatore sullo schermo	Punti 5	si punti 5	si punti 5
Regolazione dei collimatori in assenza di emissione raggi X	Punti 5	si punti 5	si punti 5
Esportazione USB con visualizzatore DICOM per la visualizzazione di immagini su piattaforme PC: - dimensione totale o metà: punti 1,25 - Web visualizzabile: punti 1,25 - JPEG e BMP: punti 1,25 - compatibile con DICOM: punti 1,25	Max punti 5	per tutti i punti richiesti è soddisfatta la conformità punti 3,75	non è soddisfatta la richiesta di visualizzazione a schermo dimensione totale o metà punti 5
Movimento motorizzato dell'arco	Punti 10	si punti 10	si punti 10
<b>Garanzia oltre i 36</b> Saranno attribuiti 2,5 punti ogni 4 mesi in più, fino ad un massimo di 10 punti. Non verranno valutate frazioni inferiori a 4 mesi.	Max 10 punti	52 mesi punti 10	52 mesi punti 10
<b>PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO</b>		PUNTI 68,75	PUNTI 65

Terminati i lavori il Presidente della Commissione Tecnica di gara, rimetti tutti gli atti al RUP.  
La seduta viene chiusa alle ore 11:00 Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto

- Dr. Giovanni Moggio 
- Dr. Eugenio Maria Covelli 
- Sig. Gianfranco Lauria 
- Sig.ra Luisa Lucchini 



**OGGETTO:** Procedura aperta per l'acquisizione di n. 1 sistema di Radioscopia Interventistica digitale con Arco a C per le Sale Operatorie di Cardiocirurgia e Chirurgia Vascolare e n.1 Sistema di Radioscopia con Arco a C per la UOC Ortopedia. n. gara 7011476.

**VERBALE SEDUTA PUBBLICA n.3 del 13.06.2018**

In data 13/06/2018, alle ore 10:15, presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN ubicati al piano 1° AORN di via Palasciano, Caserta, si costituisce il Seggio di gara composto come segue:

- Marisa Di Sano - Direttore UOC Provveditorato ed Economato, R.U.P.;
- Luisa Lucchini - Funzionario Amm.vo UOC Provveditorato, teste;
- Anna Bovenzi - Assistente Amm.vo UOC Provveditorato, teste;
- Mauro Ottaiano - Funzionario Amm.vo UOC Provveditorato ed Economato, Segretario verbalizzante;

**Premesso che**

- nella seduta di gara giusta verbale n.1, redatto in data 19/04/2018, si è proceduto alla verifica della conformità della documentazione amministrativa e successivamente all'apertura delle offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti: Società Siemens Heathcare srl e Eurocolumbus srl;
- in data 1.06.2018 alle ore 9:00, si è insediata in seduta riservata, giusta verbale n.2, redatto in pari data, la Commissione giudicatrice incaricata per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle concorrenti, giusta deliberazione di nomina n. 317 del 18.05.2018;
- La Commissione Tecnica valutate entrambe le offerte tecniche ha concluso i lavori ed ha provveduto ad assegnare i relativi punteggi Tecnici;
- con nota Pec del 1/06/2018, veniva comunicata alle ditte offerenti la data di apertura delle offerte economiche fissata alle ore 10:00 del 13.06.2018;
- che i plichi contenenti le offerte delle ditte concorrenti nonché tutti gli altri atti di gara sono stati custoditi all'interno dell'apposito armadio blindato n.4 ubicato presso la Direzione UOC Provveditorato ed Economato;

Risultano presenti, per le ditte concorrenti i rappresentanti muniti di delega e procura allegate al presente verbale e meglio identificati dal Segretario verbalizzante: Sig. Raffaele Rufolo per la Società Siemens Heathcare srl e Sig. Umberto De Lellis per la Società Eurocolumbus srl.

**Tanto premesso si dichiara aperta la seduta.**

Il Presidente del Seggio procede, in apertura di seduta, a dare lettura degli esiti delle valutazioni della Commissione Tecnica, come riportato nel verbale n.2 dell'1.06.2018.

Successivamente si procede all'apertura delle offerte economiche delle Società che da il seguente risultato:

Ditte	Siemens Heathcare srl	Eurocolumbus
Mod.	CIOS ALPHA	ALIEN E VERS. ALIEN3030 CARDIO
Punteggio tecnico	68,75	65,00
Prezzo	€ 169.900,00	€ 118.700,00
Punteggio Economico	20,96	30,00
Totale	89,71	95,00








I costi riportati in tabella sono esclusi di Iva.

La fornitura del Lotto 1, viene aggiudicata a favore della "Ditta Eurocolumbus srl" che ha totalizzato un punteggio pari a 95,00 e ha offerto un prezzo complessivo, iva esclusa, pari ad € 118.700,00.

La seduta viene chiusa alle ore 10:40.



Del che è verbale letto, confermato e sottoscritto.

- Dott.ssa Marisa Di Sano 
- Sig.ra Luisa Lucchini 
- Sig. ra Anna Bovenzi 
- Dr. Mauro Ottaiano 


Per le ditte:

Siemens Healthcare srl

Eurocolumbus srl





# eurocolumbus



Spett.le  
 A.O.R.N.  
 "Sant'Anna e San Sebastiano"  
 Via Palasciano snc  
 81100 Caserta

Milano, 12.04.2018  
 Prot. 132-18 U.C.

Oggetto: procedura aperta per la fornitura di: CIG 7406450BE1 – Lotto 1 – n. 1 sistema di radioscopia portatile per interventistica digitale con arco a C per le esigenze delle sale operatorie di Cardiocirurgia e Chirurgia Vascolare, CIG 7406672317 – Lotto 2 – n.1 sistema di radioscopia portatile per interventistica con amplificatore di brillantezza ed arco a C per le esigenze della UOC Ortopedia

**Lotto 1**

*Il sottoscritto MAURIZIO BRAMERI nato a MILANO il 26.06.1957, domiciliato a MILANO in PIAZZA PO NR.14, con codice fiscale: BRMMRZ57H26F205B, quale LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' EUROCOLUMBUS S.R.L. con sede legale in MILANO – CAP 20143 - VIA FILARGO NR. 36 – (e domicilio fiscale), P.I./C.F. 00840200158 – iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano al nr. 839173, ed alla CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI MILANO al nr. 148961, codice attività: 26.60.02 (ex 33101) – numero telefonico: 02 – 89122273 – numero di fax: 02 – 89122252 – capitale sociale i.v.: € 1.460.00.=, ufficio distrettuale delle II.DD. di MILANO 5, Iscrizione presso la sede INPS di Milanofiori con matricola 4922391404, Iscrizione presso Inail Milano 2 con matricola INAIL 003647814- iscrizione RAEE nr. IT08020000002822*

Offre:


N. 1 sistema di radioscopia portatile per interventistica digitale con arco a C  
 Modello alien e vers. alien 3030 cardio  
 Codice CIVAB: PRD EUR EN  
 Codice CND: Z11039017  
 Numero di iscrizione al RDM: 981333/R

Al prezzo unitario di € 118.700,00 + iva  
 (centodiciottomilasettecento/00)

Valore complessivo dell'offerta € 118.700,00 + iva  
 (centodiciottomilasettecento/00)

Materiale di consumo  
 Carta per stampante Sony UP971AD  
 Cod. UPP-210HD – conf. 5 rotoli € 350,00 a confezione + iva  
 (trecentocinquanta/00)

Eventuale contratto di manutenzione full-risk post garanzia 7%  
 (settepercento)



**eurocolumbus**



Condizioni di fornitura:

Trasporto, consegna, installazione e collaudo

inclusi

Consegna

entro 20 gg. solari e consecutivi dall'ordine

Installazione

entro 5 gg. solari dalla consegna

Collaudo

preferibilmente al termine delle operazioni di installazione e comunque non oltre 10 gg. solari dal termine delle operazioni di installazione

Garanzia

52 mesi full risk a partire dalla data di collaudo con esito positivo

Assistenza tecnica durante il periodo di garanzia

inclusa

Formazione personale

inclusa

Iva

a termini di legge

Pagamento

R.D. 60 gg. d.f.

Validità offerta

180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione  
(16.04.2018)

In fede

Il Vice Presidente  
Dr. Maurizio Brameri



Nome  
Reparto  
Cellulare  
E-Mail  
Vostro riferimento  
Nostre sigle  
Data

Teresa Bossi  
HC Business Service  
+39342 1316569  
teresa.bossi@siemens-healthineers.com  
Bando GU/S S47 del 08/03/2018  
MSAA - TB  
12.04.2018

Siemens Healthcare S.r.l., Via Vipiteno 4, 20128 Milano

Spett.le  
AZIENDA OSPEDALIERA \"SANT'ANNA\"  
E SEBASTIANO\"  
VIA PALASCIANO  
81100 CASERTA CE

Oggetto Procedura aperta per la fornitura di: Lotto 1 – n. 1 sistema di radioscopia portatile per interventistica digitale con arco a C per le esigenze delle sale operatorie di cardiocirurgia e Chirurgia Vascolare – CIG 7406450BE1 – Lotto 2 n. 1 sistema di radioscopia portatile per interventistica con amplificatore di brillantezza ed arco a C per le esigenze della UOC Ortopedia – CIG 7406672317

Ns. Offerta Nr. 1-QJWMH7-0 - LOTTO 1

La presente offerta è resa equivalente ad offerta legale mediante apposizione di marche da bollo corrispondenti all'imposta dovuta per ogni 100 linee o frazioni di esse utilizzate, in conformità al disposto del DPR N. 955 - 30/12/1982.



Siemens Healthcare S.r.l.

Via Vipiteno 4,  
20128 Milano – Italia

Telefono +39 02.243.1  
[www.siemens.it/healthineers](http://www.siemens.it/healthineers)


Società a Unico Socio soggetta alla Direzione e Coordinamento di Siemens AG

Capitale sociale: Euro 50.000.000 i.v.; Iscrizione Registro Imprese – Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale 04785851009 partita I.V.A.: IT-12268050155; R.E.A. Milano 1459360

Pos.	Descrizione	Q.tà	
	<p>La Siemens Healthcare S.r.l. con sede in Milano, Via Vipiteno n. 4, capitale sociale di Euro 50.000.000 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 04785851009, partita I.V.A. IT - 12268050155 in persona dei sottoscritti suoi rappresentanti, procuratori</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Dott. Franco Willi Carlin nato a Milano il 31/07/1968</li> <li>❖ Dott. Tognoli Luca nato a Milano il 6/12/1963</li> </ul> <p style="text-align: center;">OFFRE</p> <p>le attrezzature sottoesposte e meglio descritte nella allegata "relazione tecnica delle attrezzature" che fa parte integrante della presente offerta</p>		
1	<p><b>Cios Alpha</b> Cios Alpha è un sofisticato e potente sistema C-arm a raggi X con un detettore dinamico per fluoroscopia e operazioni di radiologia. Il sistema mobile compatto è stato sviluppato per l'utilizzo, ad esempio, in chirurgia cardiaca/vascolare, gastroenterologia, urologia, chirurgia d'emergenza, ortopedia, e chirurgia generale.</p> <p><b>Standard foot switch</b> Pedale standard a due tasti per il rilascio della radiazione (14455136) 14455101 Prezzo per pos 1 (diconsi Euro ottantasettemilaquattrocentottantatre/90 )</p>	1	87.483,90
2	<p><b>Flat Detector 30x30</b> Detettore Digitale con tecnologia al silicio amorfo e formato 30 cm x 30 cm e matrice di 1536 x 1536 14455103 Prezzo per pos 2 (diconsi Euro ventunomilaottocentottanta/98 )</p>	1	21.870,98
3	<p><b>Single tank w. 25 kW</b> Generatore con sistema di raffreddamento attivo con potenza massima di 25 Kw 14455111 Prezzo per pos 3 (diconsi Euro undicimilacentotrentaquattro/31 )</p>	1	11.134,31
4	<p><b>Basic chassis mot. with pos. mem.</b> Corpo base dell' arco a C con pacchetto addizionale di movimentazione arco. E' inclusa la possibilità di memorizzare n.2 posizioni con le corrispondenti collimazioni e controllo addizionale per il controllo da remoto dei movimenti dell'arco 14455119 Prezzo per pos 4</p>	1	25.847,52



Pos.	Descrizione	Q.tà	EURO
	(diconsi Euro venticinquemilaottocentoquarantasette/52 )		
5	<b>Mobi.workstation w.Flex pl. column</b> Postazione di lavoro mobile con colonna di monitoraggio con regolazione motorizzata dell'altezza e monitor ruotabili verticalmente 240 ° (da -30 ° a + 210 °) per il posizionamento flessibile degli schermi TFT con passaggio cavi integrato e funzione di ripiegamento per il trasporto e la posizione di parcheggio.  14455123 Prezzo per pos 5 (diconsi Euro tremilacinquecentosettantotto/89 )	1	3.578,89
6	<b>2x High Bright TFT monitor</b> 2 monitor TFT da 19" ad alta luminescenza per la visualizzazione delle immagini live e di reference. 14455126 Prezzo per pos 6 (diconsi Euro tremilacentoottantuno/23 )	1	3.181,23
7	<b>DICOM Send/Storage Commitment (StC)</b> Trasferimento unidirezionale in formato DICOM di immagini singole, serie di immagini o cartelle tramite network. Feedback dagli archivi DICOM (Storage Commitment). 14455150 Prezzo per pos 7 (diconsi Euro millecentonovantadue/96 )	1	1.192,96
8	<b>DICOM Print</b> Per l'invio e la stampa di immagini mediante un film virtuale su una fotocamera o una stampante laser DICOM. Fornitura del servizio di stampa DICOM per la connessione a una telecamera laser o una stampante di rete (postscript-capable). 14455151 Prezzo per pos 8 (diconsi Euro millecentonovantadue/96 )	1	1.192,96
9	<b>DICOM Query / Retrieve</b> Richiamo delle immagini archiviate (DICOM Query/Retrieve - Service as SCU) da un archivio digitale o workstation. Le immagini devono essere in formato XRF (X-Ray Radiofluoroscopy)/XA (X-Ray Angiography), CR (Computed Radiography), o SC (Secondary Capture).. 14455152 Prezzo per pos 9 (diconsi Euro millesettecentoottantanove/44 )	1	1.789,44
10	<b>DICOM Worklist / MPPS</b> Import di dati paziente/esame da un sistema RIS/HIS esterno tramite DICOM MWL (Modality Worklist) e di feedback sullo stato dell'esame con DICOM MPPS (Modality Performed Procedure Step). 14455153 Prezzo per pos 10 (diconsi Euro millesettecentoottantanove/44 )	1	1.789,44

Pos.	Descrizione	Q.tà	
11	<b>Vascular Software</b> Software vascolari per la gestione di immagini in Sottrazione (SUB) e Roadmap. Son inclusi Pixelshift - Remask - Landmark - Dual channel function - mezzo di contrasto: iodine o 14455140 Prezzo per pos 11 (diconsi Euro millenovecentoottantotto/27 )	1	1.988,27
12	<b>Sony Printer UP-971AD</b> Stampante termica 14455159 Prezzo per pos 12 (diconsi Euro duemilatrecentosessantasette/63 )	1	2.367,63
13	<b>Printer installation kit</b> Kit di installazione della stampante 14455162 Prezzo per pos 13 (diconsi Euro centodiciannove/30 )	1	119,30
14	<b>Remote control unit incl. holder</b> Unità di controllo remoto touch screen per il controllo delle funzioni dell'arco a C dall'area sterile. Include un supporto per l'aggancio al tavolo operatorio. 14455133 Prezzo per pos 14 (diconsi Euro quattromilasettecentosettantuno/85 )	1	4.771,85
15	<b>Dose measure. chamber</b> Sistema integrato per la misura della dose per il display del rapporto dose area o del valore di kerma in aria. Il valore cumulativo del prodotto dose-area è visualizzato per il paziente corrente e salvato nei dati paziente. La dose cumulata è automaticamente trasferita su un report di radiazione e può essere richiamato in qualsiasi momento. Per ogni paziente viene salvato un valore cumulativo nel database paziente.. In alternativa: Display dei valori di kerma in aria. 14455116 Prezzo per pos 15 (diconsi Euro millecinquecentonovanta/62 )	1	1.590,62
<b>PREZZO PER POS. DA 1 A POS. 15</b> (diconsi Euro centosessantanove milanovecento/00 )			<u>169.900,00</u>
DI CUI: - costi relativi alla sicurezza, afferenti l'attività propria d'impresa, correlabili alla specifica tipologia di fornitura oggetto dell'appalto calcolati sulla base dell'esperienza acquisita in commesse simili, ammontano complessivamente a Euro 910,00 (Diconsi Euro novecentodieci/00). Tali costi sono a carico della sottoscritta impresa ed inclusi nel prezzo dell'apparecchiatura, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante.			



Pos.	Descrizione	Q.tà
	-costi relativi alla manodopera ammontano complessivamente a Euro 2.965,40 (Diconsi Euro duemilanovecentosessantacinque/40)	
	Detti costi sono a carico della sottoscritta impresa ed inclusi nel prezzo dell'apparecchiatura, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante.	



**CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANNUALE POST-GARANZIA**

Al termine del periodo di garanzia è possibile stipulare un regolare contratto di manutenzione per garantire la perfetta funzionalità dell'apparecchiatura.

Nel caso specifico, per l'apparecchiatura CIOS ALPHA, Vi proponiamo un contratto di tipo FULL RISK, le cui modalità sono dettagliatamente descritte nell'allegata proposta di contratto di manutenzione fornita a corredo della presente offerta.

La percentuale del contratto di manutenzione è pari al 6,75% del costo di acquisto .  
(sei virgola settantacinqueper cento)

**Di cui:**

- costi della sicurezza afferenti all'attività dell'impresa Euro 60,00 (diconsi euro sessanta/00)
- costi relativi alla manodopera Euro 483,47 (diconsi euro quattrocentoottantatre/47)

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA**

RESA: franco destino

IMBALLO: compreso

MONTAGGIO: compreso

Restano tuttavia a carico del Committente le eventuali opere accessorie necessarie al montaggio (murarie, di fondazione, proteximetriche, idrauliche, elettriche di collegamento, impiantistiche ecc.) nonché la manovalanza ed i mezzi d'opera.

**TRASPORTO E PREMONTAGGIO: compresi**

Le operazioni di trasporto, di consegna a piè d'opera, di disimballaggio, di posizionamento del materiale e di collegamento meccanico dei componenti, compresa la posa dei cavi, operazioni tutte preliminari al montaggio dell'apparecchiatura, potranno essere eseguite da tecnici specializzati della ditta Simon Hegele con sede in Karlsruhe (Germania), incaricata per tali compiti in esclusiva per tutta l'Europa dalla Siemens A.G. di Erlangen.

Tali operazioni avverranno esclusivamente sotto la nostra supervisione e responsabilità e nel pieno rispetto di quanto disposto dal comma 11 Art. 118 L.vo 163/06, non essendo il valore della mano d'opera superiore al valore del materiale.

**INTERESSI DI MORA**

Sui pagamenti ritardati verranno conteggiati, di pieno diritto e senza alcuna messa in mora, gli interessi così come previsto dal D.L.vo 231/2002, senza che per questo il Committente possa ritenersi in facoltà di differire i pagamenti.

**SICUREZZA**

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 è indispensabile che il Committente fornisca dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i tecnici inviati dalla nostra Società presso l'utilizzatore e sulle misure di prevenzione ed emergenza dallo stesso adottate.

In mancanza di comunicazione da parte della Committente riterremo che nell'ambiente in cui siamo chiamati ad operare non sussistono rischi.

Quanto sopra con esclusiva responsabilità del Committente.

Il personale tecnico, appositamente istruito in termini di sicurezza, potrà astenersi dall'effettuare l'intervento dietro contestazione di specifici rischi o qualora riscontri assenza di misure di prevenzione o di emergenza.

L'esecuzione del contratto è subordinata all'applicazione delle leggi vigenti ed applicabili.

## SERVIZIO DI DIAGNOSI REMOTA

Il servizio di diagnosi remota Siemens Remote Service (SRS) è parte integrante dei servizi forniti durante il periodo contrattuale di garanzia e nell'ambito degli eventuali contratti di manutenzione successivi.

Per poter usufruire di questo servizio sarà necessaria in mancanza di un accesso VPN del cliente, l'installazione e l'attivazione di una linea dati xDSL, i cui costi di allacciamento e traffico saranno sostenuti da Siemens.

La disponibilità della linea dati è indispensabile per permettere le operazioni periodiche di autodiagnosi dell'apparecchiatura e di invio automatico dei dati al servizio centrale di supporto situato presso la Casa Madre in Germania.

L'apparecchiatura effettua in modo automatico anche la segnalazione di eventuali variazioni dei parametri oltre le tolleranze stabilite per il corretto funzionamento.

E' inoltre prevista l'installazione di un firewall Cisco Ipsec dedicato, da collegare all'eventuale rete dati presente presso gli utilizzatori.

A tale proposito è indispensabile che il Committente, prima della data di consegna dell'impianto, fornisca a Siemens le necessarie informazioni (indirizzi di rete) per poter effettuare il collegamento del firewall alla suddetta rete dati.

Nell'ambito del programma di diffusione del servizio di diagnosi remota, Siemens assicura il rispetto delle leggi vigenti, con particolare riguardo al D.L.vo 196/2003 (tutela della privacy) e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale la ns. società si obbliga a:

- mantenere la più assoluta riservatezza e segretezza delle informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività. Per informazioni si intendono sia le informazioni necessarie per aprire/chudere il collegamento remoto, sia i dati che vengono trattati durante la sessione di collegamento remoto;
- non divulgare le informazioni di cui sopra;
- utilizzare il collegamento per i soli scopi ed alle condizioni definite dal contratto di assistenza e manutenzione stipulato tra le parti;
- garantire che il proprio personale abilitato ad utilizzare il collegamento remoto, operi nel pieno rispetto dei precedenti punti.

## SOFTWARE

I programmi, comprendenti la documentazione relativa, sono forniti al Committente in licenza d'uso, non esclusiva e non trasferibile, per essere usati soltanto sul sistema per il quale vengono forniti; pertanto la loro proprietà non viene trasferita al Committente.

Gli aggiornamenti gratuiti del software in dotazione all'unità base sono garantiti per tutto il periodo di garanzia/locazione e negli anni successivi, nell'ambito degli eventuali contratti di manutenzione.

## GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO

Il periodo di garanzia è di 52 mesi dal collaudo e comprende la sostituzione di tutte le componenti che si dovessero guastare (inclusi i tubi radiogeni e i flat panel detector).

La garanzia decade qualora le attrezzature venissero utilizzate, modificate e/o riparate da personale non autorizzato ed analogamente nel caso in cui non sia stata usata dal personale del Committente la diligenza richiesta nell'uso e nella conservazione delle attrezzature.

## TERMINE DI CONSEGNA

L'apparecchiatura sarà consegnata, previo approntamento dei locali come sopra specificato, o posta a disposizione del Committente entro 20 giorni dal ricevimento dell'ordine definitivo.

## INSTALLAZIONE

Da effettuarsi entro 5 giorni solari dalla consegna.



**COLLAUDO**

Come da art. 4 – Collaudo del capitolato speciale.

**PAGAMENTO**

Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura; la fattura verrà emessa alla sottoscrizione del verbale di collaudo I.V.A.

Tutti i prezzi esposti sono al netto di I.V.A., come per legge a carico del Committente; attualmente l'aliquota I.V.A. in vigore è pari al 22%.

**VALIDITA' DELLA PRESENTE OFFERTA**

180 giorni dalla data di scadenza della sua presentazione, salvo proroga scritta.

Siemens Healthcare S.r.l.

(Dot. Luca Tognoli)

(Dot. Franco Willi Carlin)



## DELIBERA

Per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

- **PRENDERE ATTO** degli esiti della procedura aperta, indetta ex delibera 81 del 15.02.2018 relativamente al Lotto 1, con l'approvazione dei verbali da n.1 a n.3 allegati alla presente, e, per l'effetto, di aggiudicare la fornitura di n.1 Sistema di Radioscopia Interventistica digitale con Arco a C per le sale Operatorie di Cardiochirurgia e Chirurgia Vascolare Cig 7406450BE1, alla Società EUROCOLUMBUS srl, con sede in Milano, alla Via Pietro Filargo ,36, Mod. Alien E Versione Alien3030 CARDIO, al prezzo di €.118.700,00 oltre IVA;
- **imputare** la spesa relativa alla fornitura oggetto della presente deliberazione, pari ad €.144.814,00 IVA compresa al 22%, sull'autorizzazione n.3/1 conto 101020401 del corrente bilancio;
- **nominare** DEC della presente procedura il Direttore della UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA;
- **inserire** nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt.92 e 100 del D.lgs 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- **trasmettere** copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, come per legge ed alle UU.OO.CC. GEF e della Progettualità Europea e Tecnologia Ospedaliera e alla UOC proponente per quanto di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

