

Deliberazione n. 101 del 30 gennaio 2019

OGGETTO: RDO N.2051263 PER LA FORNITURA DI N.1 LASER DUPLICATO IN FREQUENZA PER LA U.O.S.D. OCULISTICA DI QUESTA AORN - AGGIUDICAZIONE.

Il Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- in data 04/09/2018, la Direzione Amministrativa Aziendale ha inoltrato alla scrivente u.o.c. la richiesta di acquisto di n. 1 laser duplicato in frequenza per la u.o.s.d. oculistica;
- questa u.o.c. ha provveduto a redigere la relativa scheda tecnica, necessaria per l'avvio della procedura di gara per l'acquisizione di n.1 laser duplicato in frequenza per la u.o.s.d. oculistica;
- è stata attivata su Me.Pa. Consip apposita RDO n.2051263, finalizzata all'acquisto di n.1 laser duplicato in frequenza per la u.o.s.d. oculistica, oggetto della presente deliberazione, e con il criterio di aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co.2 lett. a del D. Lgs. n. 50/2016, invitando a gara tutti gli iscritti nella categoria "Beni e Servizi per la Sanità", fissando quale ultimo termine per la presentazione dell'offerta alle ore 12.00 del 14/09/2018 (All.1);
- alla data di scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte, sono pervenute n.2 offerte da parte delle società Bioptika s.a.s. e Medinova srl;
- al fine di valutare le offerte tecniche pervenute, con deliberazione n. 889 del 16/10/2018, è stata nominata apposita commissione tecnica, incaricata per la valutazione qualitativa ed attribuzione dei relativi punteggi;
- nella seduta riservata del 08/01/2019, la Commissione, valutate le due offerte tecniche, provvedeva all'attribuzione dei relativi punteggi, rilevabili dalla tabella in allegato al verbale n.1 redatto in pari data (All.2);
- si è proceduto ad inserire sulla piattaforma CONSIP i punteggi attribuiti dalla Commissione tecnica e, successivamente, all'apertura dell'offerta economica;
- è risultata aggiudicataria della fornitura di n.1 laser duplicato in frequenza per la u.o.s.d. oculistica, la società Bioptika s.a.s., con punti totali 60 (All.3);

Rilevato che

l'offerta presentata dalla società Bioptika s.a.s. (All.4) è rispondente alle necessità della richiedente u.o.s.d. Oculistica e che è congruo il prezzo offerto di € 61.467,00, oltre i.v.a. 22%;

Preso atto

che, con nota prot. 2020/u del 21/01/2019, sono stati inviati al fornitore i documenti di stipula della predetta RDO n. 2051263 (All.5);

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

per i motivi espressi in premessa:

1. di prendere atto delle risultanze dell'espletamento della RDO n. 2051263, attivata su Me.Pa. Consip e, per l'effetto, di aggiudicare la fornitura di n. 1 laser duplicato in frequenza alla società Bioptika s.a.s., con sede legale in Pozzuoli (NA), alla Via Provinciale Pianura n.4, in quanto miglior offerente, da destinare alla u.o.s.d. Oculistica, al prezzo complessivo di € 74.989,74, i.v.a. 22% inclusa;
2. di imputare la spesa complessiva di € 74.989,74, i.v.a. 22% inclusa, sul conto economico n. 101020401 - ATTREZZATURE SANITARIE - Sub Autorizzazione Patrimoniale n. 3/1 del corrente bilancio o equipollente conto patrimoniale;
3. di inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
4. di pubblicare integralmente la presente deliberazione;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, nonché oltre che al proponente, alle uu.oo.cc. Gestione Economico-Finanziaria e Provveditorato ed Economato.

Il Direttore u.o.c. Tecnologia Ospedaliera e HTA

Ing. Vittorio Emanuele Romallo

**ATTESTAZIONE DI REGISTRAZIONE CONTABILE**

Il costo derivante dal presente atto:

- è di competenza dell'esercizio 2019 imputabile al conto economico 101020401, Aut. n.3 Sub 1 o equipollente conto patrimoniale che presenta la necessaria disponibilità;
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanz. _____

Il Direttore UOC GEF
Dr. Eduardo Chianese



Vista la suesposta proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Antonietta Siciliano



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Gaetano Gubitosa



Ad. 1

Dati generali della procedura

Numero RDO:	2051263
Descrizione RDO:	ACQUISTO LASER DUPLICATO IN FREQUENZA PER OCULISTICA
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente piu' vantaggiosa
Numero di Lotti:	1
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA 02201130610 Via Tescione CASERTA CE
Punto Ordinante	VITTORIO EMANUELE ROMALLO
Soggetto stipulante	Nome: VITTORIO EMANUELE ROMALLO Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice univoco ufficio - IPA	551B2G
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	ING. VITTORIO EMANUELE ROMALLO
Inizio presentazione offerte:	10/09/2018 13:54
Termine ultimo presentazione offerte:	27/09/2018 12:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	20/09/2018 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	10/09/2019 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	10
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità
Numero fornitori invitati:	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta
Segnalazione delle offerte anomale:	si

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	LASER DUPLICATO IN FREQUENZA PER OCULISTICA
CIG	
CUP	
Dati di consegna	Via palascianoCaserta - 81100 (CE)
Dati di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via palascianoCaserta - 81100 (CE)
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di offerta (importo presunto)	75000,00

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Laser Duplicato in frequenza
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Nome commerciale dell'apparecchiatura per laserterapia	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Unità di misura	Tecnico	Lista di scelte	• Pezzo
3	* Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	• Acquisto
4	* Marca	Tecnico	Nessuna regola	
5	* Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore massimo ammesso	COME DA SCHEDA TECNICA E CAPITOLATO SPECIALE ALLEGATI
7	* Codice CND	Tecnico	Nessuna	

			regola	
8	* Anno di prima immissione sul mercato nazionale/versione	Tecnico	Nessuna regola	
9	* Tipo apparecchiatura	Tecnico	Nessuna regola	
10	* Potenza massima sorgente [mW]	Tecnico	Nessuna regola	
11	* Uscite	Tecnico	Nessuna regola	
12	* Lunghezze d'onda	Tecnico	Nessuna regola	
13	* Lunghezza d'onda massima [nm]	Tecnico	Nessuna regola	
14	* Modalità di emissione	Tecnico	Nessuna regola	
15	* Dotazione manipoli	Tecnico	Nessuna regola	
16	* Trasferimento dati	Tecnico	Nessuna regola	
17	* Tastiera	Tecnico	Nessuna regola	
18	* Alimentazione	Tecnico	Nessuna regola	
19	* Interfaccia con PC	Tecnico	Nessuna regola	
20	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
CAPITOLATO SPECIALE	LASER DUPLICATO IN FREQUENZA PER OCULISTICA	Capitolato Speciale Laser Oculistica.pdf (109.5KB)	
scheda tecnica	LASER DUPLICATO IN FREQUENZA PER OCULISTICA	Scheda Tecnica Laser Duplicato In Frequenza.docx (149.98KB)	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalità risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
CAPITOLATO SPECIALE DA FIRMARE PER ACCETTAZIONE PENA L'ESCLUSIONE	LASER DUPLICATO IN FREQUENZA PER OCULISTICA	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
SCHEDA TECNICA DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE PENA L'ESCLUSIONE	LASER DUPLICATO IN FREQUENZA PER OCULISTICA	Amministrativa	Invio telematico	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
SCHEDA TECNICA O DEPLIANT	LASER DUPLICATO IN FREQUENZA PER OCULISTICA	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	LASER DUPLICATO IN FREQUENZA PER OCULISTICA	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si



OGGETTO: Procedura di affidamento della fornitura mediante RDO n°2051263 del 10/09/2018 su MEPA CONSIP di n°1 laser duplicato in frequenza per la UOSD oculistica di questa AORN.

VERBALE SEDUTA RISERVATA n.1 del 8/01/2019

In data 8.01.2019, alle ore 13:15 presso gli Uffici della u.o.c. Tecnologia Ospedaliera di questa AORN ubicati al primo piano della Palazzina B, in Via Palasciano, Caserta, si è costituita la Commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle Società concorrenti, nominata giusta deliberazione n°889 del 16/10/2018 - composta come segue:

- Dott. Valerio Piccirillo – Dirigente Medico UOSD Oculistica – Presidente;
- Dott. Alfonso Maria La Banca – Dirigente Medico UOSD Oculistica – Componente;
- Dott. Giuseppe Romitelli – Dirigente Medico UOSD Oculistica – Componente;
- Ing. Roberta Aprea della UOC Tecnologia Ospedaliera, Segretario verbalizzante;

Premesso che


- i componenti della predetta Commissione hanno compilato e sottoscritto l'apposito modulo per la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità (all. 1,2,3).
- risultano pervenute due offerte da parte delle Società Bioptika sas e Medinova srl.


Tanto premesso si dichiara aperta la seduta riservata.


La Commissione come sopra costituita, prende atto delle offerte tecniche presentate dalle sopra riportate Società e visione della scheda tecnica dei requisiti minimi, della griglia predisposta per l'attribuzione dei punteggi tecnici.

La Commissione, in merito al possesso dei requisiti minimi richiesti da capitolato, valuta le offerte tecniche pervenute dalle società Società Bioptika sas e Medinova srl. conformi, e procede ad attribuire i punteggi come da tabella 1 allegata al presente verbale.

Terminate le predette operazioni, il Presidente della Commissione chiude la seduta e procede a consegnare gli atti di gara per la custodia al segretario verbalizzante La seduta viene chiusa alle ore 13:45. Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Valerio Piccirillo 

Dott. Alfonso Maria La Banca 

Dott. Giuseppe Romitelli 


Ing. Roberta Aprea 

TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO		MEDINOVA S.R.L.	BIOPTIKA S.A.S.
		INTEGRE PRO	PASCAL SYNTHESIS 577 SUL SLID7
Lunghezze d'onda: nel caso in cui venga fornita anche una lunghezza d'onda di 670 nm (rosso), saranno attribuiti 10 punti	10 punti	SI 10	NO 0
Nel caso in cui il sistema sia dotato di modalità di emissione painting, saranno attribuiti 10 punti	10 punti	SI 10	SI 10
Nel caso in cui il sistema sia dotato di modulo in cavità da almeno 4 W per applicazione ENT saranno attribuiti 20 punti	20 punti	NO 0	NO 0
Dotato di pedale di comando con connessione wireless	10 punti	SI 10	SI 10
Dotato di G-Probe	10 punti	NO 0	NO 0
Garanzia oltre i 36 Saranno attribuiti 2,5 punti ogni 4 mesi in più, fino ad un massimo di 10 punti. Non verranno valutate frazioni inferiori a 4 mesi.	Max 10 punti	36 MESI 0	52 MESI 10
TOTALE		30	30

TABELLA 1

Handwritten signature

RD

**DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA'/INCOMPATIBILITA' AI
SENSI DEL D.LGS. 8 APRILE 2013 N.39**

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 DPR n.445/2000)

Il/la sottoscritto/a ALFONSO MARIA LA BANCA

nato/a a NAPOLI il 13/10/65

residente a AVERSA in via KENNEDY 122

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76 del DPR n.445/2000

DICHIARA

per il conferimento dell'incarico di COMPONENTE DI COMMISSIONE DI GARA
ROD.N. 2051263 del 10/09/2018 - CASERIO VOLPATO IN FREQUENZA

- che non sussistono cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art.77 co.4-5-6 d.lgs. n.50/2016
- di aver preso visione dell'elenco delle ditte concorrenti alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di custodia e portierato e di non avere rapporti stabili di lavoro con le stesse; di non avere interessi finanziari, diretti o indiretti, in comune con le ditte di cui sopra; di non aver svolto, negli ultimi due anni, attività di divulgazione o informazione per conto delle medesime
- di non avere di avere vincoli di parentela o coniugali o di affinità con persone legate a soggetti privati (ditte concorrenti alla procedura in oggetto) da rapporti di lavoro subordinato o da incarichi professionali (non è necessario menzionare il nome di tali persone): _____
- che non sussistono cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi delle disposizioni del D.lgs. 8 aprile 2013 n.39;

che sussistono la/le seguenti causa/e di inconferibilità ai sensi delle disposizioni del D.lgs. 8 aprile 2013 n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti:

CARICA/INCARICO RICOPERTO	NORMA DI RIFERIMENTO DEL D.LGS. 39/2013

che sussistono la/le seguenti causa/e di incompatibilità ai sensi delle disposizioni del D.lgs. 8 aprile 2013 n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti:

CARICA/INCARICO RICOPERTO	NORMA DI RIFERIMENTO DEL D.LGS. 39/2013

e di impegnarsi a rimuoverla/e entro il termine di 15 giorni dalla data della presente dichiarazione.
Nelle more della scadenza del termine di 15 giorni, l'acquisizione di efficacia della eventuale nomina rimane comunque condizionata dalla rimozione della causa di incompatibilità, che dovrà, entro il medesimo termine, essere comunicata all'AORN S.Anna e S.Sebastiano di Caserta, Via Palasciano, tramite PEC o raccomandata A/R.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della informativa ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 "codice in materia di protezione dei dati personali".

Caserta,

8/01/2019

Firma
Alfonso Maria La Banca

**DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA'/INCOMPATIBILITA' AI
SENSI DEL D.LGS. 8 APRILE 2013 N.39**

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 DPR n.445/2000)

Il/la sottoscritto/a VALERIO PIRRILLO

nato/a a NAPOLI

07/11/1976

residente a S. MARZANO (CE) IM in via F.lli DE. S. GIUSEPPE 26

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76 del DPR n.445/2000

DICHIARA

per il conferimento dell'incarico di PRESIDENTE DI COMMISSIONE DI GARA

RDO N° 2052263 del 10/09/2018 - ZA SER DUPLICATO INFREQUENZA

- che non sussistono cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art.77 co.4-5-6 d.lgs. n.50/2016
- di aver preso visione dell'elenco delle ditte concorrenti alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di custodia e portierato e di non avere rapporti stabili di lavoro con le stesse; di non avere interessi finanziari, diretti o indiretti, in comune con le ditte di cui sopra; di non aver svolto, negli ultimi due anni, attività di divulgazione o informazione per conto delle medesime
- di non avere di avere vincoli di parentela o coniugali o di affinità con persone legate a soggetti privati (ditte concorrenti alla procedura in oggetto) da rapporti di lavoro subordinato o da incarichi professionali (non è necessario menzionare il nome di tali persone): _____
- che non sussistono cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi delle disposizioni del D.lgs. 8 aprile 2013 n.39;
- che sussistono la/le seguenti causa/e di inconferibilità ai sensi delle disposizioni del D.lgs. 8 aprile 2013 n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti:

CARICA/INCARICO RICOPERTO	NORMA DI RIFERIMENTO DEL D.LGS. 39/2013

- che sussistono la/le seguenti causa/e di incompatibilità ai sensi delle disposizioni del D.lgs. 8 aprile 2013 n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti:

CARICA/INCARICO RICOPERTO	NORMA DI RIFERIMENTO DEL D.LGS. 39/2013


e di impegnarsi a rimuoverla/e entro il termine di 15 giorni dalla data della presente dichiarazione. Nelle more della scadenza del termine di 15 giorni, l'acquisizione di efficacia della eventuale nomina rimane comunque condizionata dalla rimozione della causa di incompatibilità, che dovrà, entro il medesimo termine, essere comunicata all'AORN S.Anna e S.Sebastiano di Caserta, Via Palasciano, tramite PEC o raccomandata A/R.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della informativa ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 "codice in materia di protezione dei dati personali".

Caserta,

8/01/19

Firma



DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA'/INCOMPATIBILITA' AI
SENSI DEL D.LGS. 8 APRILE 2013 N.39

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 DPR n.445/2000)

Il/la sottoscritto/a ROMITELLI GIUSE PPE

nato/a a CASERTA

il 22 03 1953

residente a Fosina

(in via Cytherea n. 7)

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76 del DPR n.445/2000

DICHIARA

per il conferimento dell'incarico di COMPONENTE DI COMMISSIONE D'GARA

R.D.O. N° 2051263 del 10/09/2018 - LAVORO DI PULIZIA INFREQUENZA

che non sussistono cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art.77 co.4-5-6 d.lgs. n.50/2016

di aver preso visione dell'elenco delle ditte concorrenti alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di custodia e portierato e di non avere rapporti stabili di lavoro con le stesse; di non avere interessi finanziari, diretti o indiretti, in comune con le ditte di cui sopra; di non aver svolto, negli ultimi due anni, attività di divulgazione o informazione per conto delle medesime

di non avere di avere vincoli di parentela o coniugali o di affinità con persone legate a soggetti privati (ditte concorrenti alla procedura in oggetto) da rapporti di lavoro subordinato o da incarichi professionali (non è necessario menzionare il nome di tali persone): _____

che non sussistono cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi delle disposizioni del D.lgs. 8 aprile 2013 n.39;

che sussistono la/le seguenti causa/e di inconferibilità ai sensi delle disposizioni del D.lgs. 8 aprile 2013 n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti:

CARICA/INCARICO RICOPERTO	NORMA DI RIFERIMENTO DEL D.LGS. 39/2013

che sussistono la/le seguenti causa/e di incompatibilità ai sensi delle disposizioni del D.lgs. 8 aprile 2013 n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti:

CARICA/INCARICO RICOPERTO	NORMA DI RIFERIMENTO DEL D.LGS. 39/2013

e di impegnarsi a rimuoverla/e entro il termine di 15 giorni dalla data della presente dichiarazione.

Nelle more della scadenza del termine di 15 giorni, l'acquisizione di efficacia della eventuale nomina rimane comunque condizionata dalla rimozione della causa di incompatibilità, che dovrà, entro il medesimo termine, essere comunicata all'AORN S.Anna e S.Sebastiano di Caserta, Via Palasciano, tramite PEC o raccomandata A/R.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della informativa ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 "codice in materia di protezione dei dati personali".

Caserta, 02.01.19

Firma

G.P.P.



Azienda Ospedaliera di Caserta
"Sant'Anna e San Sebastiano"
 di rilievo nazionale e di alta specializzazione
 Via Palasciano - 81100 Caserta (CE)
 Direttore Generale: Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

SCHEDA TECNICA LASER DUPLICATO IN FREQUENZA PER OCULISTICA

Società costruttrice	TOPCON MEDICAL LASER SYSTEMS, INC.	
Modello dell'apparecchiatura	PASCAL SYNTHESIS 577 SUL SLD7 SISTEMA TRATTAMENTO RETINICO	
Anno di produzione del modello	2013	
Descrizione: LASER DUPLICATO IN FREQUENZA	caratteristiche tecniche minime obbligatorie	Caratteristiche tecniche proposte
Laser	SI	SI
Lunghezze d'onda	577 nm (giallo), 810 nm (infrarosso), 532 nm	577 nm
Potenza	2 W e/o 3 W	0-2000mW (in aria sul piano corneale)CW -cavita'interna 5w - 2w utilizz.
Micro pulsazione	Da 0,01 a 0,1 sec.	10-1000ms
Durata dell'impulso programmabile	Da 0,01 sec. Fino a modalità in continuo	Da 5 a 1000 ms
Modalità di emissione	Singolo, ripetuto, e micropulse	Singolo, ripetuto e modulo endpoint management
Aiming beam	Diodo laser 635 nm	SI
Adattatore multi spot per foto-coagulazioni multiple	SI	SI
Lampada a fessura almeno 5 ingrandimenti, tavolo motorizzato e mentoniera	SI	SI
Garanzia (Mesi)	≥ 36	52 mesi
Contratto di manutenzione full-risk elementi a consumo inclusi non monouso	7% del costo del sistema	7% del costo del sistema
Tempo di risoluzione del guasto (Ore Solari)	≤ 24	≤ 24
Sede di assistenza più vicina	in Campania	POZZUOLI (NA)
Numero Visite Programmate	≥ 2	≥ 2

TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

Lunghezze d'onda: nel caso in cui venga fornita anche una lunghezza d'onda di 670 nm (rosso), saranno attribuiti 10 punti	10 punti
Nel caso in cui il sistema sia dotato di modalità di emissione painting, saranno attribuiti 10 punti	10 punti
Nel caso in cui il sistema sia dotato di modulo in cavità da almeno 4 W per applicazione ENT saranno attribuiti 20 punti	20 punti
Dotato di pedale di comando con connessione wireless	10 punti
Dotato di G-Probe	10 punti
Garanzia oltre i 36 Saranno attribuiti 2,5 punti ogni 4 mesi in più, fino ad un massimo di 10 punti. Non verranno valutate frazioni inferiori a 4 mesi.	Max 10 punti

Costo presunto a base d'asta € 75.000,00 + IVA

Le caratteristiche minime indicate nelle schede come innanzi predisposte sono da intendersi obbligatorie nel senso che la carenza o la non conformità anche di uno dei parametri elencati in tabella, comporterà la non ammissione dalla gara e la stessa dovrà essere obbligatoriamente compilata dalla società che parteciperà alla gara. Le Società concorrenti dovranno compilare le schede sopra riportate, presentare depliant tecnici e illustrativi in lingua italiana di tutte le caratteristiche tecniche e di tutte le funzioni delle apparecchiature



Azienda Ospedaliera di Caserta
"Sant'Anna e San Sebastiano"
di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Via Palasciano - 81100 Caserta (CE)
Direttore Generale: Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

offerte in conformità alle indicazioni riportate nelle schede di cui sopra indicando la pagina riportante le caratteristiche tecniche dichiarate.

BIOPTIKA s.a.s.
L'Amministratore

Scheda tecnica

PASCAL® PHOTOCOAGULATOR

PASCAL Synthesis 577 su SLD 7

PASCAL®, acronimo di **PATtern SCAN Laser**, è il sistema per il trattamento foto-coagulante della retina, prodotto da Topcon Medical Laser System e distribuito in Italia da Topcon Italia.

Unicità di **PASCAL®** è la possibilità di realizzare pattern di spot, legati a geometrie variabili e relazionati alla patologia da trattare, seguendo le necessità del medico.

PASCAL® è costituito da una lampada a fessura Topcon modello SLD7 che integra la sorgente laser, un PC e uno schermo touch screen per la gestione dei parametri del trattamento. Il tavolo di lavoro, parte integrante di **PASCAL®**, è su ruote, regolabile in altezza, ed ergonomicamente studiato per il miglior confort paziente/medico.

PASCAL® introduce il concetto di **Fuorza** dove, al variare di ogni singolo parametro, il sistema ricalcola e fornisce il parametro di fuorza, cioè l'entità di energia termica erogata al paziente. Questo è un parametro nuovo per i trattamenti retinici, ma utilizzato quotidianamente nei trattamenti laser di chirurgia estetica, dove importante è l'energia termica applicata al trattamento.

SPECIFICHE

Costruttore	Topcon Medical Laser Systems, inc.
Modello	PASCAL Synthesis – Sistema Trattamento Retinico.
Classe Laser (CDRH)	IV.
Classe laser europea MDD	Classe 4
Lunghezza d'onda	577 nm
Sorgente	OPSL: Laser a semiconduttore pompato otticamente (577 nm - 5 W) che consente il rilascio degli spot in modalità flying spot organizzati in griglie preconfigurate e modificabili dall'utente.
Potenza	0-2000mW (in aria – sul piano corneale) CW.
Controllo Potenza	Pannello touch screen e mouse 3D.
Lunghezza Impulso	10-1000 ms.
Diametro Spot	Diametri 50,100, 200, 400 um al piano corneale realizzati con 4 fibre indipendenti per migliore omogeneità dell'energia e precisione.
Diametro Spot retinico	Determinato dallo spot usato e moltiplicato per il fattore di magnificazione della lente a contatto utilizzata per il trattamento.
Griglia	Quadrati (2x2-3x3-4x4-5x5), File orizzontali, verticali e ad inclinazione variabile (2,3,4,5, 10 spot) Quadranti, Triangolo, Spicchi modificabili, Griglia maculare piena, modificabile e programmabile, Arco, nido d'ape con forma esagonale Triplo Arco. Regolabili in Dimensione, curvatura e spaziatura, Spot singolo con ripetizione variabile fino a 8 spot al sec. Controllo ad alta tecnologia e ad altissima velocità (10 micro secondi) per la verifica della posizione e della potenza prima di ogni singolo spot o delle griglie. Funzione autoadvance con rotazione in senso orario o antiorario. Possibilità di personalizzare lo spot con selezione a touch screen.
Posizionamento griglia	Macro con joystick sulla lampada a fessura e micromanipolatore a controllo elettronico con mouse 3D.

SPECIFICHE SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO

TOPCON Europe Medical B.V. Italian Branch

Viale Dell'Industria, 60; 20037 Paderno Dugnano (MI) ITALIA - P.IVA 10289740960

Tel: +39 (0)2 91 86 671 Fax: +39 (0)2 91 081 091 E-mail: info@topcon.it

Sicurezza	Il laser Pascal dispone di un software intelligente che non permette selezioni di griglie non adatte al trattamento da effettuare. Il laser è dotato di 3 specchi galvanometrici comandati elettronicamente per garantire precisione, qualità ed ugual fluensa (J/cm^2) per ogni spot erogato dal laser. Inoltre dispone di 4 fibre separate e non di un formatore di spot per garantire omogeneità su piani differenti.
Touch Screen Monitor	Monitor touch screen da 10,5"; ruotabile di 180° ed inclinabile.
Controllo Mouse 3D	Il sistema mouse 3D provvede, quale controllo ausiliario, per input dei parametri laser (potenza, distanza, tipologia di pattern, Ttrate, micromanipolatore e altro), il sistema mouse 3d permette di agire sui parametri presenti a monitor durante l'uso stesso del laser. Il mouse 3D ha 2 modalità di funzionamento selezionabili dall'operatore : Basic e Advanced
Raggio Pilota	635 nm laser a diodo (laser a diodo da 7 mW). o
Classe Laser Pilota (CDRH)	II.
Classe laser Pilota europea MDD	Classe 2
Potenza raggio pilota	Regolabile fino a < 1mw CW.
Interfaccia Grafica	Pannello di controllo touch screen montato sul tavolo.
Micromanipolatore elettronico	SI.
Lampada a fessura	Topcon SLD 7 con dispositivo SLA per connessione al laser Pascal , 5 ingrandimenti 6x:10x:16x:25x:40x ,cambio a tamburo Apertura fessura : fino a 14 mm Diametro aperture : 14-10-5-1-0,3 mm a step o in continuo Ottiche apocromatiche Filtri illuminazione : Blu , Rosso privo , Infrarosso (atermico) , Ambra e diffusore
Oculari	12.5 x.
Report di Stampa	Creazione del referto automatico a fine trattamento con l'indicazione del trattamento laser eseguito; report basic o advanced e con possibilità di stampa. (Possibilità di collegare il referto con software Topcon). Design Ergonomico studiato per sedia a rotelle per portatori di handicap.
Tavolo	Altezza : da 114 a 153 cm
Misure tavolo	Larghezza 97 cm Profondità 59 cm
Regolabile in altezza	SI Motorizzato.
Peso	81 Kg.
Alimentazione	100-120-220-240.VAC, 50-60Hz, monofase.
Consumo	normale 350 VA , massimo 500 VA
Raffreddamento	Ad aria, con gestione elettronica.
Latex free	SI
Condizioni operative	Temperature di esercizio da 15° a 40° C Umidità relativa 90 % max Pressione atmosferica 70.0 - 106.0 kPa
FDA	Approvato.
CE	SI, in accordo con MDD 93/42/EEC annex II.
Occhiali di protezione	No CE : Minimo OD di 3,8 a 577 nm per ANSI Z136.1 SI CE : L4 (minimo OD di 4)a 577 nm per EN 207 personal eye protection
Compatibilità SL	Sistema Synthesis compatibile con Haag-Streit 900 BM/BQ.
Compatibilità Endosonde	Il sistema Synthesis è provvisto di un connettore standard SMA-905 , per un uso di endosonde con diametro interno pari o superiore a 100 µm.

NCLUGA
 JELLA
 DNF14.
 OFFERTA

SPECIFICHE SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO

TOPCON Europe Medical B.V. Italian Branch

Viale Dell'Industria, 60; 20037 Paderno Dugnano (MI) ITALIA - P.IVA 10289740960
Tel: +39 (0)2 91 88 871 Fax: +39 (0)2 91 081 091 E-mail: info@topcon.it

Moduli a richiesta:

Modulo Endpoint Management Modulo per i trattamenti laser sottosoglia per un totale controllo dei trattamenti laser alla intensità desiderata nella zona del trattamento. Con il sistema griglia PASCAL ed EPM software, il medico può rapidamente trattare larghe aree sub-visibili, lasciando, se desiderato, markers visibili conosciuti come Landmark Pattern, quale riferimento e documento della regione trattata. Utilizzando EPM con PASCAL laser, il medico può, in modo molto preciso, adeguare il trattamento sottosoglia in seguito alla risposta ottenuta dal trattamento in area visibile, abbassando di vari gradi il settaggio del trattamento sottosoglia. Esso permette, quale ulteriore flessibilità, un livello di trattamento che va dal 95%, riferito al valore visibile, fino ad un valore del 10% quale stimolazione foto termica. Tutto ciò premette così precise selezioni dei trattamenti desiderati con il più basso danno collaterale, mantenendone la importante efficacia clinica. EPM fornisce libertà di trattamento anche vicino alla fovea, senza il timore di causare danni retinici o perdita di visione. Il controllo dei tempi di trattamento e la potenza del sistema rendono il programma EPM, per il trattamento dell'edema maculare, utilizzabile sia su griglia che su spot singolo. EPM permette una grande flessibilità con un ottimale ed effettivo controllo terapeutico.

INCLUSO NELLA CONFIGURAZIONE OFFERTA

Modulo PLT

Modulo per trabeculoplastica selettiva (PLT = Pattern Laser per Trabeculoplastica Selettiva). Erogazione del trattamento laser SLT a mezzo di pattern, il pattern è composto da 39 spots da 100 micron suddivisi in 3 righe. Il pattern è modificabile per geometria e spaziatura per adattare il trattamento all'anatomia del paziente. Posso scegliere il trattamento a 180° (diviso in 16 settori) e il trattamento a 360° (diviso in 32 settori). Al termine del trattamento, il sistema genera un referto con i dati anagrafici del paziente, informazioni complete sul trattamento eseguito ed un riferimento grafico sulla locazione dell'area trattata. (Possibilità di collegare il referto con IMAGEnet ibase).

INCLUSO NELLA CONFIGURAZIONE OFFERTA

Modulo VTS

Modulo VTS = Video Teaching System - Sistema Video a scopo di didattico/illustrativo. Il modulo VTS permette l'osservazione e la registrazione del trattamento a mezzo monitor esterno. Il modulo prevede l'integrazione nel sistema di una telecamera e di un monitor/PC esterno. Il sistema prevede un database paziente.

Modulo LIO

Modulo LIO (Laser con Oftalmoscopio Indiretto). Il sistema è compatto, confortevole e leggero e consente l'esame e il trattamento dei pazienti in varie posizioni. Basato sul sistema ottico dell'oftalmoscopio indiretto permette di regolare l'ampiezza dello spot in accordo alle varie distanze di lavoro.

SPECIFICHE SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO

TOPCON Europe Medical B.V. Italian Branch

Viale Dell'Industria, 60; 20037 Paderno Dugnano (MI) ITALIA - P.IVA 10289740960
Tel: +39 (0)2 91 86 671 Fax: +39 (0)2 91 081 091 E-mail: info@topcon.it

Certificazioni :

Classificazione IEC 60601-1 : classe I , Tipo B , Pedale IPX1 , Prodotto non sterile
IEC 60601-2-22:1995;
IEC 60601-2-22:2007 Laser Safety Requirements for Diagnostic and Therapeutic Laser Equipment
CAN/CSA C22.2 No. 601.1- M90;
CAN/CSA C22.2 No. 60601-1 Canadian Safety Requirements for Medical Electrical Equipment
IEC 60601-1:1998 +A1:1991 + A2:1995;
IEC 60601-1:2005 International Safety Requirements for Medical Electrical Equipment
IEC 60601-1-2: 2001 +A1:2004 (Edition 2.1) EMC Requirements for Medical Electrical Equipment
IEC 60601-1-4:1996 +A1:1999 Requirements for Safety Programmable Electrical Medical Systems
ISO 14971:2000;
ISO 14971:2007 Risk Management for Medical Devices
UL 60601-1:2003;
AAMI ES 60601-1:2005 US Safety Requirements for Medical Electrical Equipment
IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 Safety of laser products
FCC Tested and Complies With FCC Part 15 Class B
Directive 2002/96/EC WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment)

END : 212011006

RDM : 873636

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	2051263
Descrizione RdO	ACQUISTO LASER DUPLICATO IN FREQUENZA PER OCULISTICA
Lotto oggetto della Stipula	1 (LASER DUPLICATO IN FREQUENZA PER OCULISTICA)
CIG	non inserito
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara ad offerta economicamente più vantaggiosa
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Ente	02201130610
Nome Ufficio	UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA
Indirizzo ufficio	Via Tescione - CASERTA (CE)
Telefono / FAX ufficio	3204307959 / 0823232465
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	551B2G
Punto Ordinante	ROMALLO VITTORIO EMANUELE /RMLVTR63R04L219T
RUP	ING. VITTORIO EMANUELE ROMALLO
Firmatario del Contratto di Stipula	ROMALLO VITTORIO EMANUELE /RMLVTR63R04L219T
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione Sociale	BIOPTIKA SAS DI G. VARRIALE & C. Società in Accomandita Semplice
Partita IVA	07098340636
Codice Fiscale Impresa	07098340636
Indirizzo sede legale	VIA PROVINCIALE PIANURA 4 - POZZUOLI (NA)
Telefono / Fax	0815263872 / 0813030712
PEC Registro Imprese	BIOPTIKASAS@PEC.IT
Tipologia impresa	Società in Accomandita Semplice
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	566942

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	2051263
Descrizione RdO	ACQUISTO LASER DUPLICATO IN FREQUENZA PER OCULISTICA
Lotto oggetto della Stipula	1 (LASER DUPLICATO IN FREQUENZA PER OCULISTICA)
CIG	non inserito
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara ad offerta economicamente più vantaggiosa
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Ente	02201130610
Nome Ufficio	UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA
Indirizzo ufficio	Via Tescione - CASERTA (CE)
Telefono / FAX ufficio	3204307959 / 0823232465
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	551B2G
Punto Ordinante	ROMALLO VITTORIO EMANUELE /RMLVTR63R04L219T
RUP	ING. VITTORIO EMANUELE ROMALLO
Firmatario del Contratto di Stipula	ROMALLO VITTORIO EMANUELE /RMLVTR63R04L219T
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione Sociale	BIOPTIKA SAS DI G. VARRIALE & C. Società in Accomandita Semplice
Partita IVA	07098340636
Codice Fiscale Impresa	07098340636
Indirizzo sede legale	VIA PROVINCIALE PIANURA 4 - POZZUOLI (NA)
Telefono / Fax	0815263872 / 0813030712
PEC Registro Imprese	BIOPTIKASAS@PEC.IT
Tipologia impresa	Società in Accomandita Semplice
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	566942

Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	17/12/1996 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	NA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	5504215
INPS: Matricola aziendale	5119403838
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	11488434
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / DISTRIBUZIONE STRUMENTARIO Elettromedicale
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
Nessun dato rilasciato	

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Identificativo univoco dell'offerta	4875512
Offerta sottoscritta da	VARRIALE GIOVANNI
Email di contatto	BIOPTIKASAS@PEC.IT
Offerta presentata il	26/09/2018 13:53
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	10/09/2019 12:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'offerta economica	Valori al ribasso
Valore dell'offerta per il Lotto 1	61467,00 Euro (sessantunomilaquattrocentosessantasette Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui	

all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:
Euro '57,00'

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	10 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Via palascianoCaserta - 81100 (CE)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Via palascianoCaserta - 81100 (CE)
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle **REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinate, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinate, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinate in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle **REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 21/01/2019 10:44

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A
MEZZO FIRMA DIGITALE**

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

nominato con D.G.R.C. n. 297 del 23.05.2017

immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n.212 del 30.05.2017

deliberazione D.G. n. 1 del 31.05.2017 – immissione in servizio

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA;
- Visto i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:


1. prendere atto delle risultanze dell'espletamento della RDO n. 2051263, attivata su Me.Pa. Consip e, per l'effetto, di aggiudicare la fornitura di n. 1 laser duplicato in frequenza alla società Bioptika s.a.s., con sede legale in Pozzuoli (NA), alla Via Provinciale Pianura n.4, in quanto miglior offerente, da destinare alla u.o.s.d. Oculistica, al prezzo complessivo di € 74.989,74, i.v.a. 22% inclusa;
2. imputare la spesa complessiva di € 74.989,74, i.v.a. 22% inclusa, sul conto economico n. 101020401 - ATTREZZATURE SANITARIE - Sub Autorizzazione Patrimoniale n. 3/1 del corrente bilancio o equipollente conto patrimoniale;
3. inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
4. pubblicare integralmente la presente deliberazione;
5. trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, nonché oltre che al proponente, alle uu.oo.cc. Gestione Economico-Finanziaria e Provveditorato ed Economato...

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio "on line" di quest'Azienda Ospedaliera dal giorno 31.1.19


IL FUNZIONARIO

La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI E LEGALI

La presente deliberazione diventa ESECUTIVA il 20 febbraio 2019
per il decorso termine di gg. 10 (dieci) dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 35 comma 6 della Legge Regionale n° 32 del 03/11/1994.


IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI E LEGALI

Trasmessa copia della presente deliberazione al COLLEGIO SINDACALE, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03/11/1994 n° 32, in data _____

PER RICEVUTA

La presente deliberazione è stata trasmessa alla STRUTTURA DI CONTROLLO DELLA G.R.C., ai sensi dell'art.35 della L.R. 03/11/1994 n°32, con nota protocollo n° _____ del _____

IL FUNZIONARIO

Deliberazione della G.R. n° _____ del _____

Decisione:

IL DIRETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI

La trasmissione di copia della presente Deliberazione viene effettuata ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU.OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 del D.Lgs. n° 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.