

Deliberazione n° 524 del 31 luglio 2019

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento biennale della fornitura di Custom Pak con la messa a disposizione delle relative apparecchiature, da destinarsi alla UOSD Oculistica di questa AORN.
Lotto 1 - Cig.783260454B - Lotto 2 - Cig. 7832622426.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- con deliberazione n.180 del 07.03.2019, esecutiva a norma di legge, veniva indetta la procedura aperta per l'affidamento biennale della fornitura di Custom Pak con la messa a disposizione delle relative apparecchiature, da destinarsi alla UOSD Oculistica di questa AORN, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, per un importo complessivo previsto di €.1.314.500,00, con previsione di n.2 lotti a gara;
- la suddetta procedura competitiva veniva esperita sulla piattaforma telematica SIAPS della centrale regionale per gli acquisti SORESA spa;
- il bando della suddetta gara veniva pubblicato ai sensi della vigente normativa in materia di appalti;
- entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte, il giorno 10.05.2019 ore 12:00, facevano pervenire offerta sulla piattaforma SIAPS n. 3 Dite così come da numero di registro di sistema su piattaforma SIAPS, e precisamente: BIDCARE Srl, BAUSCH & LOMB IOM S.p.A, ALCON ITALIA SPA;
- in data 15.05.2019 alle ore 11:20, presso gli uffici della UOC Provveditorato ed Economato si costituiva il seggio di gara, per l'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa e la verifica dei documenti amministrativi riscontrando la conformità della documentazione presentata rispetto a quella richiesta, giusta verbale n.1 redatto in pari data (all.1);
- con la deliberazione n.388 del 29.05.19, trattandosi di gara da aggiudicarsi con valutazione dell'elemento qualità e dell'elemento prezzo, si procedeva alla nomina della Commissione giudicatrice;
- in data 05.06.2019, in seduta pubblica si costituiva la Commissione giudicatrice nominata, con deliberazione n.388 del 29.05.2019, per l'apertura delle offerte tecniche telematiche presentate dalle società concorrenti, giusta verbale n.2 redatto in pari data, dal quale risultano ammesse tutte e tre le ditte partecipanti (all.2);
- in data 06.06.2019 e in data 12.06.2019 in sedute riservate, si riuniva la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche, giusta verbali redatti in pari data rispettivamente n.3 e n.4 (all.3);
- in data 05/07/2019, alle ore 10:00, giusta verbale n.5 redatto in pari data, si riuniva in seduta pubblica il Seggio di gara per procedere alla lettura dei punteggi assegnati dalla Commissione tecnica, e procedere con l'apertura delle offerte economiche;
- nella suddetta seduta pubblica, in considerazione di rilievi pervenuti sulla piattaforma SIAPS da parte della Ditta Alcon Italia Spa, in merito ai motivi di esclusione, dopo la lettura dei punteggi qualitativi non si procedeva con la prevista apertura economica, la stessa veniva rinviata a data da destinarsi ritenendo necessario riconvocare la Commissione giudicatrice per una valutazione nel merito rispetto ai rilievi mossi dalla Ditta Alcon Italia Spa;

- in data 09.07.2019, alle ore 14:30, presso gli uffici della UOC Provveditorato, si riuniva la Commissione giudicatrice che, lette le contestazioni della su citata Ditta Alcon Italia SpA, le ha riscontrate confermando le proprie valutazioni, come riportato nell'allegato verbale n.6 redatto in pari data (all.4);

Dato atto che

- pertanto, in data 23.07.2019, alle ore 10:45 giusta verbale n.7, in seduta pubblica, si procedeva a dare lettura del verbale n.6 redatto dalla Commissione giudicatrice e, successivamente, si procedeva all'apertura telematica delle offerte economiche delle ditte ammesse il cui risultato è riportato nel verbale allegato (all.5);

Rilevato che

✓ per il **Lotto 1** - Cig.783260454B - "Fornitura di un sistema di vitrectomia facoemulsificatore per vitrectomia per la chirurgia della cataratta e del segmento anteriore e posteriore dell'occhio e relativo materiale dedicato" - la ditta migliore offerente è risultata la ditta BIDCARE Srl a fronte di un importo complessivo offerto pari ad €.617.070,00 oltre IVA al 22%, come da offerta del 06.05.2019 in allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (all.6);

✓ per il **Lotto 2** - Cig. 7832622426 - "Fornitura di un sistema di facoemulsificatore dedicato alla chirurgia della cataratta e del segmento anteriore e posteriore dell'occhio e relativo materiale dedicato" - la ditta migliore offerente è risultata la ditta BAUSCH & LOMB IOM S.p.A -a fronte di un importo complessivo offerto pari ad €. 365.480,00 oltre IVA al 22% come da offerta del 02.05.2019 in allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (all.7);

- le Ditte BIDCARE Srl, e BAUSCH & LOMB IOM S.p.A saranno sottoposte al controllo dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art.80 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, ai sensi dell'art.83 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;

Ritenuto

Di dover procedere a prendere atto degli esiti della procedura aperta esperita per l'affidamento biennale della fornitura di Custom Pak con messa a disposizione di apparecchiature per la UOSD Oculistica con approvazione di tutti gli allegati atti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ed aggiudicare la fornitura oggetto della presente deliberazione alle ditte risultate migliori offerenti;

Attestata

- la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di prendere atto degli esiti della procedura aperta, indetta con delibera n.180 del 07.03.2019, relativamente ai lotti 1, 2, con l'approvazione dei verbali da n.1 a n.7 allegati alla presente, e, per l'effetto, di aggiudicare la fornitura come segue:

Lotto	P.T	Prezzo	P.E.	Totale P.
Lotto 1 DITTA BIDCARE	70	€ 523.350,00	30	100
		€ 93.720,00		
		€ 617.070,00		
Lotto 2 Ditta Bausch & Lomb Iom SpA	70	€ 194.480,00	30	100
		€ 171.070,00		
		€ 365.480,00		

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA BIENNALE DI CUSTOM-PAK PER INTERVENTI DI VITRECTOMIA E INTERVENTI DI CHIRURGIA DELLA CATARATTA, CON MESSA A DISPOSIZIONE DI N.1 FACOEMULSIFICATORE PER INTERVENTI DI VITRECTOMIA E N.1 FACOEMULSIFICATORE PER INTERVENTI DI CHIRURGIA DELLA CATARATTA PER LA UOC OCULISTICA DELL'AORN S.ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA.

VERBALE SEDUTA PUBBLICA n.1 del 15/05/2019

In data 15/05/2019, alle ore 11.20, presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN ubicati al piano 1° AORN di via Palasciano, Caserta, si costituisce, in seduta pubblica, il Seggio di gara composto come segue:


- Marisa Di Sano – Direttore UOC Provveditorato ed Economato, R.U.P;
- Tiziana Simone – Dirigente Amm.vo UOC Provveditorato ed Economato, teste;
- Luisa Lucchini – Collaboratore Amm.vo UOC Provveditorato ed Economato, teste;
- Antonio Tosto – Assistente Amm.vo UOC Provveditorato ed Economato, Segretario verbalizzante;

Risultano presenti, per le ditte concorrenti i rappresentanti muniti di deleghe e procure, allegate al presente verbale, e meglio identificati dal Segretario verbalizzante: il Sig. Attilio Camaldo per la società BIDCARE, il Dott. Massimiliano Montanari per la società BAUSCH & LOMB IOM SPA, la Sig.ra Sara Otrelo per la società ALCON ITALIA SpA;

Premesso che

- con deliberazioni n180 del 07/03/2019, esecutiva a norma di legge veniva indetta procedura aperta per l'affidamento biennale della Fornitura *di custom-pak per interventi di vitrectomia e interventi di chirurgia della cataratta, con messa a disposizione di n.1 facoemulsificatore per interventi di vitrectomia e n.1 facoemulsificatore per interventi di chirurgia della cataratta* su piattaforma telematica SIAPS;
- successivamente, si procedeva alla pubblicazione del bando di gara sulla GUUE in data 18.03.2019, sulla GURI, e, per estratto, sui seguenti quotidiani a diffusione nazionale e locale: Il Tempo, Il Fatto quotidiano, il Corriere dello sport ed. campania e il fatto Quotidiano centro sud;
- le richieste di chiarimenti pervenute da parte di ditte interessate a partecipare alla gara venivano riscontrate sulla piattaforma SIAPS nei termini stabiliti.
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del 10.05.2019, hanno aderito producendo offerta nei termini stabiliti, n. 3 ditte così come da numero di registro di sistema su piattaforma Soresa:
- BIDCARE (registro di sistema PI007048-19)
- BAUSCH & LOMB IOM SPA (registro di sistema PI007049-19);
- ALCON ITALIA SPA (registro di sistema PI0077226-19);
- Si procederà all'apertura delle offerte secondo l'ordine di arrivo delle stesse come dai sopra riportati numeri del registro di sistema;

Tanto premesso si dichiara aperta la seduta.



PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA BIENNALE DI CUSTOM-PAK PER INTERVENTI DI VITRECTOMIA E INTERVENTI DI CHIRURGIA DELLA CATARATTA, CON MESSA A DISPOSIZIONE DI N.1 FACOEMULSIFICATORE PER INTERVENTI DI VITRECTOMIA E N.1 FACOEMULSIFICATORE PER INTERVENTI DI CHIRURGIA DELLA CATARATTA PER LA UOC OCULISTICA DELL'AORN S.ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA.

VERBALE SEDUTA PUBBLICA n.2 del 05/06/2019

In data 05/06/2019, alle ore 09:10, presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN ubicati al piano 1° AORN di via Palasciano, Caserta, si costituisce, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice, nominata con deliberazione n. 388 del 29.05.2019, per l'apertura delle offerte tecniche, composta come segue:

- Dott. Attilio Michele Varricchio – Dirigente Medico UOSD Oculistica – Presidente;
- Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia – Dirigente Farmacista – Componente;
- Gianfranco Lauria – Supporto al Rup – Componente
- Sig.ra Luisa Lucchini, Funzionario UOC Provveditorato ed Economato, Segretaria;

Risultano presenti, per le ditte concorrenti i rappresentanti muniti di deleghe e procure, allegata al presente verbale, e meglio identificati dal Segretario verbalizzante: il Sig. Attilio Camaldo per la società BIDCARE, la Sig.ra Sparice Silvia per la società ALCON ITALIA SpA, per la Società Bausch &Lomb Iom Spa il Signor Massimiliano Montanari ;

Premesso che

- In data 15.05.2019, giusta verbale n.1 di pari data si è proceduto all'apertura delle offerte amministrative secondo l'ordine dell'arrivo delle stesse, come da numeri del registro di sistema, ammettendo tutte le n.3 dittepartecipanti alle successive fasi di gara;

Tanto premesso si dichiara aperta la seduta.

I Componenti della Commissione procedono, quindi, alle seguenti operazioni:

- apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione tecnica, e verifica dei documenti ivi contenuti, riscontrando la conformità della documentazione presentata rispetto a quella richiesta per le società Bidcare e Bausch &Lomb Iom Spa, Alcon Italia Spa .
- Tutte le offerte tecniche delle società partecipanti vengono, ammesse .
- La seduta viene chiusa alle ore 10:15.


Del che è verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

Dott. Attilio Michele Varricchio

Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia

Gianfranco Lauria

Sig.ra Luisa Lucchini





DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA'/INCOMPATIBILITA' AI

SENSI DEL D. LGS. 8 APRILE 2013 N. 39

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 DPR n. 45/2000)

Il/la sottoscritto Dott. Attilio Michele Varricchio, nato/a CASTELCAMPARE/STABILI il 28 / XI / 1972
Residente in FRATTAMAGGIORE alla VIA I TRAV. CROCE S. SOCCO

Sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000

DICHIARA

per il conferimento dell'incarico di Presidente della Commissione di gara "Procedura aperta per l'affidamento biennale della fornitura di Custom-pak con messa a disposizione di apparecchiature, nominata con deliberazione n.388 del 29.05.2019:

- che non sussistono cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art.77 co.4-5-6 d.lgs n.50/2016 di aver preso visione dell'elenco delle ditte concorrenti alla procedura di gara per "...";
- di non aver rapporti stabili di lavoro con le stesse; di non avere interessi finanziari, diretti o indiretti, in comune con le ditte di cui sopra; di non aver svolto negli ultimi due anni, attività di divulgazione o informazione per conto delle medesime.
- Di non avere di avere vincoli di parentele o coniugali o di affinità con persone legate a soggetti privati (ditte concorrenti alla procedura in oggetto) da rapporti di lavoro subordinato o da incarichi professionali (non è necessario menzionare il nome di tali persone): _____
- Che sussistendo cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi delle disposizioni del D.LGS 8 aprile 2013 n. 39 si dimette dall'incarico.
- Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della informativa ai sensi dell'art.13 del D.LGS 30 giugno 2003, n. 196 "codice in materia di protezione dei dati personali".

Caserta 05.06.2019

Firma _____



DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA'/INCOMPATIBILITA' AI
SENSI DEL D. LGS. 8 APRILE 2013 N. 39

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 DPR n. 45/2000)

Il/la sottoscritto Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia, nato/a CATANZARO il 05/05/78

Residente in NAPOLI alla CORSO VITTORIO EMANUELE 1314

Sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000


DICHIARA

per il conferimento dell'incarico di Componente della Commissione di gara "Procedura aperta per l'affidamento biennale della fornitura di Custom-pak con messa a disposizione di apparecchiature, nominata con deliberazione n.388 del 29.05.2019:

- che non sussistono cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art.77 co.4-5-6 d.lgs n.50/2016 di aver preso visione dell'elenco delle ditte concorrenti alla procedura di gara per "...";
- di non aver rapporti stabili di lavoro con le stesse; di non avere interessi finanziari, diretti o indiretti, in comune con le ditte di cui sopra; di non aver svolto negli ultimi due anni, attività di divulgazione o informazione per conto delle medesime.
- Di non avere di avere vincoli di parentele o coniugali o di affinità con persone legate a soggetti privati (ditte concorrenti alla procedura in oggetto) da rapporti di lavoro subordinato o da incarichi professionali (non è necessario menzionare il nome di tali persone): _____
- Che sussistendo cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi delle disposizioni del D.LGS 8 aprile 2013 n. 39 si dimette dall'incarico.
- Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della informativa ai sensi dell'art.13 del D.LGS 30 giugno 2003, n. 196 "codice in materia di protezione dei dati personali".

Caserta 05.06.2019

Firma



DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA'/INCOMPATIBILITA' AI
SENSI DEL D. LGS. 8 APRILE 2013 N. 39

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 DPR n. 45/2000)

Il/la sottoscritto Sig. Gianfranco Lauria - Supporto al Rup, nato a NAPOLI il 23/04/1960
Residente in NAPOLI alla VIALE AUGUSTO, 132

Sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000


DICHIARA

per il conferimento dell'incarico di Presidente della Commissione di gara "Procedura aperta per l'affidamento biennale della fornitura di Custom-pak con messa a disposizione di apparecchiature, nominata con deliberazione n.388 del 29.05.2019:

- che non sussistono cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art.77 co.4-5-6 d.lgs n.50/2016 di aver preso visione dell'elenco delle ditte concorrenti alla procedura di gara per "...";
- di non aver rapporti stabili di lavoro con le stesse; di non avere interessi finanziari, diretti o indiretti, in comune con le ditte di cui sopra; di non aver svolto negli ultimi due anni, attività di divulgazione o informazione per conto delle medesime.
- Di non avere di avere vincoli di parentele o coniugali o di affinità con persone legate a soggetti privati (ditte concorrenti alla procedura in oggetto) da rapporti di lavoro subordinato o da incarichi professionali (non è necessario menzionare il nome di tali persone): _____
- Che sussistendo cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi delle disposizioni del D.LGS 8 aprile 2013 n. 39 si dimette dall'incarico.
- Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della informativa ai sensi dell'art.13 del D.LGS 30 giugno 2003, n. 196 "codice in materia di protezione dei dati personali".

Caserta li 05.06.2019

Firma



PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA BIENNALE DI CUSTOM-PAK PER INTERVENTI DI VITRECTOMIA E INTERVENTI DI CHIRURGIA DELLA CATARATTA, CON MESSA A DISPOSIZIONE DI N.1 FACOEMULSIFICATORE PER INTERVENTI DI VITRECTOMIA E N.1 FACOEMULSIFICATORE PER INTERVENTI DI CHIRURGIA DELLA CATARATTA PER LA UOC OCULISTICA DELL'AORN S.ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA.

VERBALE SEDUTA RISERVATA n.3 del 06/06/2019

In data 06/06/2019, alle ore 12:15, presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN ubicati al piano 1° AORN di via Palasciano, Caserta, si costituisce, in seduta riservata, si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con deliberazione n. 388 del 29.05.2019, per dare inizio ai lavori di valutazione delle offerte tecniche presentate dalle tre concorrenti, composta come segue:

- Dott. Attilio Michele Varricchio – Dirigente Medico UOSD Oculistica – Presidente;
- Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia – Dirigente Farmacista – Componente;
- Gianfranco Lauria – Supporto al Rup – Componente
- Sig.ra Luisa Lucchini, Funzionario UOC Provveditorato ed Economato, Segretaria;

Premesso che

Nella seduta pubblica, tenutesi in data 05.06.2019, giusta verbale n.2 di pari data, si procedeva all'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione tecnica e verifica dei documenti presentati; Le Società Bidcare e Bausch &Lomb Iom Spa, Alcon Italia Spa, successivamente alla verifica della documentazione venivano tutte ammesse al prosieguo dell'iter concorsuale;

Tanto premesso il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta, procedendo alla visione dell'offerta tecnica presentata dalla Società Bausch &Lomb Iom Spa che partecipa per il solo lotto 2;

A seguito di analisi dettagliata delle caratteristiche tecniche dichiarate e riscontrate successivamente nella documentazione allegata all'offerta, è emerso che il sistema proposto Mod. BL 15455 Stellaris Elite in combinazione con il sistema laser, è conforme alle caratteristiche minime richieste ed allo stesso è stato attribuito il punteggio così come dettagliato nella tabella sotto riportata:

TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

		Punteggio attribuito
In caso di dotazione di manipolo Faco con 6 cristalli piezoelettrici	Punti 10	Si punti 10
Dotazione di vitrectomo ad ultrasuoni	Punti 15	Si punti 15
Venturi pura – SI punti 5 - NO punti 0	Punti 5	Si punti 5
software gut (grafic user interface), semplice ed intuitivo dotato di priming vitrectomia e facoemulsificazione " one-touch"	Punti 10	No punti 0
Bassa frequenza ultrasuoni =< 28,5 KHz	Punti 5	Si 28,5 KHz punti 5
In caso di dotazione di pedale multifunzione programmabile wireless in grado di controllare tutte le funzioni ed i moduli del sistema	Punti 10	Si punti 10
Versatilità e facile impiego dell'interfaccia utente (discrezionale)	Max punti 15	Il sistema è dotato di una buona versatilità nella gestione dell'interfaccia utente, con comandi intuitivi e facilmente visibili nelle stringhe colloquiali visualizzate a schermo. Punti 10
PUNTI TOTALI ATTRIBUITI		55




I componenti della Commissione Tecnica di gara, terminano i lavori alle ore 13:30.


Il Presidente della Commissione d'accordo con gli altri componenti fissano la seconda seduta per le ore 12:00 del 12.06.2019.

Del che è verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.


Dott. Attilio Michele Varricchio



Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia



Gianfranco Lauria



Sig.ra Luisa Lucchini



PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA BIENNALE DI CUSTOM-PAK PER INTERVENTI DI VITRECTOMIA E INTERVENTI DI CHIRURGIA DELLA CATARATTA, CON MESSA A DISPOSIZIONE DI N.1 FACCEMULSIFICATORE PER INTERVENTI DI VITRECTOMIA E N.1 FACCEMULSIFICATORE PER INTERVENTI DI CHIRURGIA DELLA CATARATTA PER LA UOC OCULISTICA DELL'AORN S. ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA.

VERBALE SEDUTA RISERVATA n.4 del 12/06/2019

In data 12/06/2019, alle ore 12:00, presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN ubicati al piano 1° AORN di via Palasciano, Caserta, si costituisce, in seduta riservata, si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con deliberazione n. 388 del 29.05.2019, per proseguire con i lavori di valutazione delle offerte tecniche presentate dalle concorrenti, composta come segue:

- Dott. Attilio Michele Varricchio – Dirigente Medico UOSD Oculistica – Presidente;
- Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia – Dirigente Farmacista – Componente;
- Gianfranco Lauria – Supporto al Rup – Componente
- Sig.ra Luisa Lucchini, Funzionario UOC Provveditorato ed Economato, Segretaria;

Premesso che

Nella seduta riservata, tenutesi in data 06.06.2019, giusta verbale n.3 di pari data, si riuniva la Commissione giudicatrice, per dare inizio ai lavori di valutazione, procedeva quindi con la valutazione dell'offerta tecnica presentata dalla Società Bausch & Lomb Iom Spa che partecipa per il solo lotto 2, procedendo conseguentemente con l'attribuzione del relativo punteggio tecnico;

Tanto premesso il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta, procedendo alla visione dell'offerta della società Alcon;

A seguito della lettura delle schede tecniche presentate dalla società alcon è emerso che, il Sistema Constellation proposto, non dispone delle seguenti caratteristiche tecniche minime:

- Pedale di tipo WIRELESS – non disponibile;
 - Software con controllo del raggiungimento della soglia di tossicità..... - non disponibile;
 - Manipolo FACO con quattro cristalli piezoelettrici – il manipolo è dotato di sei cristalli;
- per le motivazioni innanzi elencate, la Società Alcon non è ammessa alle fasi successive di gara.

La Commissione passa alla valutazione delle schede tecniche del Sistema DORC proposto dalla Società Bicare e a seguito di disamina di tutte le caratteristiche riportate esprime parere di conformità alle specifiche tecniche minime e procede all'attribuzione del punteggio così come dettagliatamente riportato nella seguente tabella:



LOTTO 1 -TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

Parametro	punti	Com. 1	Com. 2	Com. 3	Coef. medio	Punti parametrati
Modulo pompa dotata di funzione di controllo elastometrico per la erogazione dell'aspirazione a controllo di flusso e di vuoto	Punti 15	Punti 15	Punti 15	Punti 15	15	Punti 15
Doppia linea di aspirazione indipendente	Punti 15	Punti 15	Punti 15	Punti 15	15	Punti 15
Sistema di vitrectomia con sistema di taglio fino a 800 tagli/min. e 16.000 con TDC con sistema di controllo della pressione	Punti 15	Punti 15	Punti 15	Punti 15	15	Punti 15
In caso di dotazione di pedale doppio multifunzione programmabile wireless in grado di controllare tutte le funzioni ed i moduli del sistema	Punti 10	Punti 10	Punti 10	Punti 10	10	Punti 10
Versatilità e facile impiego dell'interfaccia utente (discrezionale)	Max 15 punti	L'apparecchiatura di cui al preventivo/offerta è dotata di tecnologia evoluta ed in linea con gli standard più avanzati nella chirurgia del segmento posteriore. Infatti grazie alla disponibilità del monitor Touch- screen, è possibile gestire tutte le funzioni entrando facilmente nei sotto menù utente.	L'apparecchiatura DORC è dotata di interfaccia colloquiale di facile consultazione, pertanto il sistema è totalmente idoneo per la tipologia di destinazione d'uso.	Il sistema proposto è un dispositivo dotato di interfaccia proattiva con comandi facile gestione, inoltre grazie alla disponibilità di SW di controllo in linea di tutte le funzioni, è possibile in ogni momento modificare i protocolli chirurgici in base alle necessità e/o difficoltà che dovessero insorgere durante l'attività chirurgica.	8	Punti 8
Punteggio totale attribuito		Punti 8	Punti 9	Punti 7		Punti 63

Il Presidente della Commissione dichiara chiusi i lavori.

La seduta viene chiusa alle ore 14:20. Det che è verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

Dott. Attilio Michele Varricchio



Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia



Gianfranco Lauria



Sig.ra Luisa Lucchini



PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA BIENNALE DI CUSTOM-PAK PER INTERVENTI DI VITRECTOMIA E INTERVENTI DI CHIRURGIA DELLA CATARATTA, CON MESSA A DISPOSIZIONE DI N.1 FACOEMULSIFICATORE PER INTERVENTI DI VITRECTOMIA E N.1 FACOEMULSIFICATORE PER INTERVENTI DI CHIRURGIA DELLA CATARATTA PER LA UOC OCULISTICA DELL'AORN S.ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA.

VERBALE SEDUTA PUBBLICA n.5 del 5/07/2019

In data 5/07/2019, alle ore 10:00, presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN ubicati al piano 1° AORN di via Palasciano, Caserta, si riunisce, in seduta pubblica, il Seggio di gara composto come segue:

- Marisa Di Sano – Direttore UOC Provveditorato ed Economato, R.U.P;
- Tiziana Simone – Dirigente Amm.vo UOC Provveditorato ed Economato, teste;
- Luisa Lucchini – Collaboratore Amm.vo OC Provveditorato ed Economato, teste;
- Antonio Tosto – Assistente Amm.vo UOC Provveditorato ed Economato, Segretario verbalizzante;

Risultano presenti, per le ditte concorrenti i rappresentanti muniti di deleghe e procure, allegate al presente verbale, e meglio identificati dal Segretario verbalizzante: il Sig. Attilio Camaldo per la società BIDCARE, il Dott. Massimiliano Montanari per la società BAUSCH & LOMB IOM SPA, la Sig.ra Sparice Silvia per la società ALCON ITALIA SpA;

Premesso che

- con deliberazione n180 del 07/03/2019, esecutiva a norma di legge veniva indetta procedura aperta per l'affidamento biennale della Fornitura di custom-pak per interventi di vitrectomia e interventi di chirurgia della cataratta, con messa a disposizione di n.1 facoemulsificatore per interventi di vitrectomia e n.1 facoemulsificatore per interventi di chirurgia della cataratta su piattaforma telematica SIAPS;
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del 10.05.2019, hanno aderito producendo offerta nei termini stabiliti, n. 3 ditte così come da numero di registro di sistema su piattaforma Soresa:
- BIDCARE (registro di sistema PI007048-19)
- BAUSCH & LOMB IOM SPA (registro di sistema PI007049-19);
- ALCON ITALIA SPA (registro di sistema PI0077226-19);
- giusta verbale n. 1 del 15.05.2019, in seduta pubblica si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata, con esito di ammissione di tutte e tre le Società partecipanti;
- con deliberazione n. 388 del 29.05.2019 veniva nominata la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte tecniche presentate dalle società concorrenti relativamente alla procedura in oggetto;
- la predetta Commissione tecnica si è riunita per la valutazione delle offerte in sedute riservate nei giorni 05.06.2019 giusta verbale n.2, 06.06.2019 giusta verbale n.3 e 12.06.2019 giusta verbale n.4 con il quale la Commissione terminava i propri lavori.
- a seguito di conclusione dei lavori di valutazione tecnica da parte della Commissione, si procedeva con la convocazione delle tre società concorrenti per la seduta odierna;
- in data odierna si è constatato che sulla piattaforma SIAPS risulta pervenuta comunicazione verso ente



da parte della Ditta ALCON acquisita al prot. SIAPS PI012312-19 del 04.07.19 ore 22.15, nella quale si esprimono rilievi avverso l'esclusione;

Tanto premesso si dichiara aperta la seduta.

Si dà lettura del verbale n.3 redatto dalla Commissione giudicatrice in cui sono stati riportati i punteggi riparametrati complessivi di tutte le ditte ammesse per ciascun lotto di partecipazione e si dà lettura, contestualmente, dei punteggi analitici attribuiti dalla commissione tecnica ai singoli parametri valutativi previsti dal Disciplinare di gara.

Lotto 1	P.T
Società Bidcare	63
Lotto 2	
Soc.Bausch & Lomb Iom SpA	55

Si dà lettura della nota della Ditta ALCON allegata al presente verbale.

Considerato che i rilievi mossi dalla Ditta ALCON richiedono una ulteriore verifica della Commissione giudicatrice non si può procedere all'apertura delle offerte economiche.


Dopo la suddetta verifica della Commissione si procederà a convocare una nuova seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche, dandone la previa conoscenza alle ditte partecipanti alla gara.

La seduta viene chiusa alle ore 10:15.

Del che è verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL SEGGIO


- Dott.ssa Marisa Di Sano




- Dott.ssa Tiziana Simone



- Sig.ra Luisa Lucchini



- Sig Antonio Tosto



Per le ditte

Sig. Attilio Camaldo per la società BIDCARE



Dott. Massimiliano Montanari per la società BAUSCH & LOMB IOM SPA



Sig.ra Sparice Silvia per la società ALCON ITALIA SpA



Operatore	Titolo documento	Registro di Sistema	Data	Fase
MARCO CIANO	Comunicazione verso l'ente	PI012312-19	04/07/2019 22:15:15	Inviato
		Protocollo	Data Protocollo	

Ente

A.O. "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"

VIA TESCIONE 81100 Caserta Italia
Tel 0823 231111 - Fax -
C.F. 02201130610 - P.IVA 02201130610

Fornitore

Alcon ITALIA S.p.A.
Viale Giulio Richard 20143 Milano Italia
Tel 02818031 - Fax 028138878 -
C.F. 07435060152 - P.IVA 07435060152

Registro di Sistema di riferimento

PI004866-19

Oggetto

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA BIENNALE DI CUSTOM-PAK PER INTERVENTI DI VITRECTOMIA E INTERVENTI DI CHIRURGIA DELLA CATARATTA, CON MESSA A DISPOSIZIONE DI N.1 FACOEMULSIFICATORE PER INTERVENTI DI VITRECTOMIA E N.1 FACOEMULSIFICATORE PER INTERVENTI DI CHIRURGIA DELLA CATARATTA PER LA UOC OCULISTICA DELL'AORN S. ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA.

Testo della Comunicazione

Spett.le Ente, in merito alla comunicazione di esclusione ricevuta, si provvede a trasmettere in allegato opportuna lettera di precisazioni. Cordiali saluti, Dr. Marco Ciano Procuratore Alcon Italia S.p.A.

Descrizione	Allegato
Precisazioni esclusione	 Precisazioni esclusione.pdf









Alcon Italia SpA

Società a Socio Unico
Viale Giulio Richard 1/B - 20143 Milano
Tel: +39 02 81.803.1 (30 linee r.a.)
Fax: +39 02.89.10.550
Capitale sociale € 3.700.000,00
I.V. - Reg. Delle Imprese di Milano
n. 07435060152
R.E.A. Milano n. 1157882
C.F./P.I. 07435060152

Spett.le
A.O.R.N. S. Anna e San Sebastiano di Caserta
Via Palasciano s.n.c.
81100 Caserta (CE)

Milano, 4 Luglio 2019

Alcon Protocollo: G2019021

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA BIENNALE DI CUSTOM-PAK PER INTERVENTI DI VITRECTOMIA E INTERVENTI DI CHIRURGIA DELLA CATARATTA, CON MESSA A DISPOSIZIONE DI N.1 FACOEMULSIFICATORE PER INTERVENTI DI VITRECTOMIA E N.1 FACOEMULSIFICATORE PER INTERVENTI DI CHIRURGIA DELLA CATARATTA PER LA UOC OCULISTICA DELL'AORN S. ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA.

Vs Comunicazione di esclusione del 02/07/19

Il sottoscritto Marco Ciano, nato ad Ariano Irpino (AV) il 27 Aprile 1981 e residente in Corsico (MI), Piazzale della Pianta 16, in qualità di Legale Rappresentante/Procuratore di ALCON Italia S.p.A. con sede operativa e sede legale in Viale Giulio Richard, 1/B - 20143 Milano Codice Fiscale/P. IVA 07435060152 - Ufficio imposte Dirette territorialmente competente Ufficio Locale delle Entrate di Milano 5 - Via Dei Missaglia, 97,

PRECISA

Facendo seguito alla comunicazione di esclusione riportata in oggetto, ed in particolare ai punti oggetto di tale provvedimento, si precisa quanto segue:

- 1) pedale tipo wireless - non disponibile:

Pur essendo indicato quale "caratteristiche tecniche minime obbligatorie", contestualmente viene valorizzato nella tabella punteggi, indebolendo di fatto il fattore escludente. Un parametro oggetto di attribuzione punteggio non dovrebbe rappresentare anche fattore di esclusione.

TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

Modulo pompa dotata di funzione di controllo elastometrico per la erogazione dell'aspirazione a controllo di flusso e di vuoto	Punti 15
Doppia linea di aspirazione indipendente	Punti 15
Sistema di vitrectomia con sistema di taglio fino a 800 tagli/min. e 16.000 con TDC con sistema di controllo della pressione	Punti 15
In caso di dotazione di pedale doppio multifunzione programmabile wireless in grado di controllare tutte le funzioni ed i moduli del sistema	Punti 10
Versatilità e facile impiego dell'interfaccia utente (discrezionale)	Max 15 punti

Inoltre la richiesta di un pedale wireless come caratteristica minimale, risulta lesiva della libera concorrenza.

La motivazione di tale limitazione è data dal fatto che la dotazione di un pedale senza fili non aggiunge nessuna funzione migliorativa agli strumenti, nè tantomeno nessun beneficio chirurgico al paziente.

Tale funzione garantisce esclusivamente una comodità al personale di sala durante le fasi di allestimento della sala stessa; a tal proposito risultava congruo valutarlo con un punteggio esclusivamente in termini di opzione migliorativa e non come criterio di esclusione

2) software con controllo del raggiungimento della soglia di tossicità - non disponibile

Da capitolato non risulta essere un parametro escludente, pertanto la non presenza dovrebbe inficiare esclusivamente sul fattore punteggio.

3) manipolo faco con quattro cristalli piezoelettrici - il manipolo è dotato di sei cristalli.

Quanto presentato include 4 cristalli come da richiesta Capitolato. Pertanto la non presenza dei 6 cristalli dovrebbe inficiare esclusivamente sul punteggio e non sull'esclusione.

CHIEDE

di prendere in considerazione quanto sopra indicato da Alcon Italia S.p.A. e pertanto di essere ammessa rispetto al prosieguo della Procedura di Gara, in quanto il provvedimento di esclusione inciderebbe negativamente sul principio di massima partecipazione e della concorrenza;

In fede

Alcon Italia S.p.A.
Un Procuratore
dott. Marco Ciano



PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA BIENNALE DI CUSTOM-PAK PER INTERVENTI DI VITRECTOMIA E INTERVENTI DI CHIRURGIA DELLA CATARATTA, CON MESSA A DISPOSIZIONE DI N.1 FACOEMULSIFICATORE PER INTERVENTI DI VITRECTOMIA E N.1 FACOEMULSIFICATORE PER INTERVENTI DI CHIRURGIA DELLA CATARATTA PER LA UOC OCULISTICA DELL'AORN S.ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA.

VERBALE SEDUTA RISERVATA n.6 del 09/07/2019

In data 09/07/2019, alle ore 14:30, presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN ubicati al piano 1° AORN di via Palasciano, Caserta, in seduta riservata, si riunisce la Commissione giudicatrice, nominata con deliberazione n. 388 del 29.05.2019, al fine di procedere con la verifica dei rilievi mossi dalla Società Alcon Italia S.P.A. in merito alla propria esclusione dal prosieguo dell'iter concorsuale oggetto del presente verbale, composta come segue:

- Dott. Attilio Michele Varricchio – Dirigente Medico UOSD Oculistica – Presidente;
- Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia – Dirigente Farmacista – Componente;
- Gianfranco Lauria – Supporto al Rup – Componente
- Sig.ra Luisa Lucchini, Funzionario UOC Provveditorato ed Economato, Segretaria;

Premesso che


Nella seduta pubblica, tenutesi in data 05.07.2019, giusta verbale n.5 di pari data, si riuniva il seggio di gara, per procedere alla lettura dei punteggi tecnici assegnati dalla Commissione giudicatrice per poi procedere con l'apertura delle offerte economiche dei lotti 1 e 2;


A seguito dei rilievi mossi dalla società Alcon Italia S.P.A., la commissione giudicatrice procede alla lettura delle contestazioni e contestualmente le riscontra come segue:


- 1) Relativamente al pedale WI.FI la dotazione minima è riferita alle funzioni di base, mentre l'attribuzione dei punteggi è riferita alla molteplicità di impiego dello stesso;
- 2) Si conferma che il "Software per il controllo del raggiungimento della soglia di tossicità" è un parametro di configurazione minima del sistema;
- 3) Il manipolo dotato di 4 cristalli, costituisce caratteristica obbligatoria non soggetta a modifica, pertanto si conferma la non idoneità.


Il Presidente della Commissione dichiara chiusi i lavori.

La seduta viene chiusa alle ore xxxx. Del che è verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

Dott. Attilio Michele Varricchio 

Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia 

Gianfranco Lauria 

Sig.ra Luisa Lucchini 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA BIENNALE DI CUSTOM-PAK PER INTERVENTI DI VITRECTOMIA E INTERVENTI DI CHIRURGIA DELLA CATARATTA, CON MESSA A DISPOSIZIONE DI N.1 FACOEMULSIFICATORE PER INTERVENTI DI VITRECTOMIA E N.1 FACOEMULSIFICATORE PER INTERVENTI DI CHIRURGIA DELLA CATARATTA PER LA UOC OCULISTICA DELL'AORN S.ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA.

VERBALE SEDUTA PUBBLICA n.7 del 23/07/2019


In data 23/07/2019, alle ore 10:45, presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN ubicati al piano 1° AORN di via Palasciano, Caserta, si riunisce, in seduta pubblica, il Seggio di gara composto come segue:

- Marisa Di Sano – Direttore UOC Provveditorato ed Economato, R.U.P;
- Tiziana Simone – Dirigente Amm.vo UOC Provveditorato ed Economato, teste;
- Luisa Lucchini – Collaboratore Amm.vo UOC Provveditorato ed Economato, teste;
- Antonio Tosto – Assistente Amm.vo UOC Provveditorato ed Economato, Segretario verbalizzante;

Risultano presenti, per le ditte concorrenti i rappresentanti muniti di deleghe e procure, allegate al presente verbale, e meglio identificati dal Segretario verbalizzante: **il Sig. Attilio Camaldo per la Società BIDCARE, il Dott. Massimiliano Montanari per la Società BAUSCH & LOMB IOM SPA, la Sig.ra Sara Otrelo e il Sig. Francesco Donzelli per la Società ALCON ITALIA SpA;**

Premesso che

- con deliberazione n180 del 07/03/2019, esecutiva a norma di legge veniva indetta procedura aperta per l'affidamento biennale della Fornitura di custom-pak per interventi di vitrectomia e interventi di chirurgia della cataratta, con messa a disposizione di n.1 facoemulsificatore per interventi di vitrectomia e n.1 facoemulsificatore per interventi di chirurgia della cataratta su piattaforma telematica SIAPS;
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del 10.05.2019, hanno aderito producendo offerta nei termini stabiliti, n. 3 ditte così come da numero di registro di sistema su piattaforma Soresa:
- BIDCARE (registro di sistema PI007048-19);
- BAUSCH & LOMB IOM SPA (registro di sistema PI007049-19);
- ALCON ITALIA SPA (registro di sistema PI0077226-19);
- giusta verbale n. 1 del 15.05.2019, in seduta pubblica si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata, con esito di ammissione di tutte e tre le Società partecipanti;
- con deliberazione n. 388 del 29.05.2019 veniva nominata la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte tecniche presentate dalle società concorrenti relativamente alla procedura in oggetto;
- la predetta Commissione tecnica si è riunita per la valutazione delle offerte in sedute riservate nei giorni 05.06.2019 giusta verbale n.2, il 06.06.2019 giusta verbale n.3 e il 12.06.2019 giusta verbale n.4 con il quale la Commissione terminava i propri lavori.
- a seguito di conclusione dei lavori di valutazione tecnica da parte della Commissione, si procedeva con la convocazione delle tre società concorrenti per la seduta del 05.07.2019;
- in data 05.07.2019 si è constatato che sulla piattaforma SIAPS risulta pervenuta comunicazione verso



ente da parte della Ditta ALCON acquisita al prot. SIAPS PI012312-19 del 04.07.19 ore 22.15, nella quale si esprimono rilievi avverso l'esclusione;

- si procedeva poi con la lettura del verbale n.3 redatto dalla Commissione giudicatrice in venivano riportati i punteggi riparametrati complessivi di tutte le ditte ammesse per ciascun lotto di partecipazione e, contestualmente, venivano letti i punteggi analitici attribuiti dalla commissione tecnica ai singoli parametri valutativi previsti dal Disciplinare di gara, e della nota della Ditta ALCON.
- in considerazione dei rilievi della Ditta ALCON non si procedeva con l'apertura delle offerte economiche e, conseguentemente, la stessa veniva rinviata a data da destinarsi;
- per quanto sopra, veniva riconvocata la Commissione Giudicatrice al fine di procedere ad una ulteriore verifica sulla base dei rilievi mossi dalla Ditta Alcon;
- in data 09.07.2019, alle ore 14:30, giusta verbale n.6, la Commissione Giudicatrice si riuniva e procedeva con il riscontro di quanto contestato dalla predetta Ditta Alcon;
- Terminati i lavori della Commissione giudicatrice, si procedeva a pubblicare su piattaforma telematica SIAPS la nuova seduta per l'apertura delle offerte economiche, fissata per il 23.07.2019; Tanto premesso si dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente il RUP procede dando lettura ai presenti, del verbale n. 6 del 09.07.2019, redatto dalla Commissione Giudicatrice;

Si procede quindi con l'apertura delle offerte economiche che danno il seguente risultato come di seguito riportato e corrispondente all'allegato al presente verbale estratto dalla piattaforma SIAPS:

Lotto 1	P.T	Prezzo	P.E.	Totale P.
DITTA BIDCARE	70	€ 523.350,00	30	100
		€ 93.720,00		
		€ 617.070,00		
Lotto 2				
Ditta Bausch & Lomb Iom SpA	70	€ 194.480,00	30	100
		€ 171.070,00		
		€ 365.480,00		

La seduta viene chiusa alle ore 11.30
Del che è verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL SEGGIO

- Dott.ssa Marisa Di Sano
- Dott.ssa Tiziana Simone
- Sig.ra Luisa Lucchini
- Sig Antonio Tosto

Per le ditte

Sig. Attilio Camaldo per la Ditta BIDCARE

Dott. Massimiliano Montanari per la Ditta BAUSCH & LOMB IOM SPA

Sig.ra Sara Otrelo Ditta ALCON ITALIA SpA

Sara Otrelo

Sig. Francesco Donzelli Ditta ALCON ITALIA SpA

Fran Donzelli

OK

af

AD

L.

7

R

Numero Lotto	Stato Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %	Ribasso
1	Valutato	BIDCARE		0		70,00		617.070,00	621000	0,63285	3930
2	Valutato	BAUSCH & LOMB IOM SPA		0		70,00		365.480,00	383000	4,57441	17520

[Handwritten signature]



Spett.
**AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
 SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
 DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA
 SPECIALIZZAZIONE
 VIA PALASCIANO
 CASERTA**

La sottoscritta **Maria Della Pila** Codice Fiscale **DLLMRA65M54F839M** residente in **Via R. CARAVAGLIOS, 51** Comune **NAPOLI C.A.P. 80125** Legale Rappresentante del concorrente **BIDCARE SRL** sede legale in: **Via Raffaele Caravaglios, 33** Comune **NAPOLI C.A.P. 80145** Codice Fiscale **n.07738071211** Partita I.V.A. **n. 07738071211** con espreso riferimento al concorrente che rappresenta ed in riferimento alla gara procedura aperta per la fornitura biennale di custom pack per interventi di vitrectomia e interventi di chirurgia della cataratta, con messa a disposizione di n.1 facoemulsificatore per interventi di vitrectomia e n.1 facoemulsificatore per interventi di chirurgia della cataratta per la UOC Oculistica dell'AORN S. Anna e San Sebastiano di Caserta Cig: 783260454b e Cig. 7832622426

OFFRE QUANTO SEGUE:

OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1

RIF.	CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	QUANTITA' MINIMA ORDINABILE	QUANTITA' IN PEZZI BIENNALE	DM	CND	PREZZO PER SINGOLO PEZZO DI LISTINO	SCONTO	PREZZO OFFERTO PER SINGOLO PEZZO IVA ESCLUSA	TOTALE BIENNALE OFFERTO IVA ESCLUSA	IVA VS. CARICO
LOTTO 1												
		APPARECCHIATURA FACOVITRECTOMO MOD. EVA COMPLETA DI BRACCIO MAYO, MODULO ENDOLASER, PEDALE WIRELESS PROD. DORC			02	812927	Z1212020702	170.107,20		65.000,00	INCLUSO NEI CUSTOM PACK	
	8000.COM02											
	3002.P	MANIPOLO U/S SURE-TOUCH SUPERLEGGERO PROD. DORC			02	1472091	Z1212020780	7.890,00		3.500,00	INCLUSO NEI CUSTOM PACK	
	1120.A	CAVO PER DIATERMIA PROD. DORC			02	58021	Z12010980	480,60		250,00	INCLUSO NEI CUSTOM PACK	
	1120.04	MANIPOLO PER ENDODIATERMIA PROD. DORC			02	278638	Z12010980	1.431,00		750,00	INCLUSO NEI CUSTOM PACK	

CUSTOM PACK PER CATARATTA

RIF	CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	QUANTITA' MINIMA ORDINABILE	QUANTITA' IN PEZZI BIENNALE	812367	Z1212020785	104,10	37,5%	65,00	78.000,00	22%
1	8100.CAR01	KIT CATARATTA EVA COMPLETO DI CASSETTA CON SACCA DI RACCOLTA, KIT TUBI. PROD. DORC	6PZ	1CONF.	1200	812367	Z1212020785	104,10	37,5%	65,00	78.000,00	22%
2	8110.DRA01	KIT TELI SERVENTE E MONITOR PER EVA PROD.DORC	6PZ	1CONF	1200	812447	Z1212020785	15,60	50%	7,80	9.360,00	22%
3	3005.F22	PUNTA FACO PLURIUSO COMPLETA DI SLEEVE, TEST CAMERA E CHIAVE DI CHIUSURA UTILIZZABILE PER 20 INTERVENTI PROD. DORC	6PZ	1CONF	60	743047	Z1212020780	212,10	50%	106,00	6.360,00	22%
TOTALE CUSTOM PACK CATARATTA											93.720,00	

CUSTOM PACK VITRECTOMIA

RIF	CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	QUANTITA' MINIMA ORDINABILE	QUANTITA' IN PEZZI BIENNALE	DM	CND	PREZZO PER SINGOLO PEZZO DI LISTINO	SCONTO	PREZZO OFFERTO PER SINGOLO PEZZO IVA ESCLUSA	TOTALE BIENNALE OFFERTO IVA ESCLUSA	IVA VS. CARICO
1	8300.23G02	KIT VITRECTOMIA 23 G COMPLETO DI VITRECTOMO, TROCAR VALVOLATI, FIBRA ENDOILLUMINAZIONE WA, 2a LINEA DI ASPIRAZIONE, TELI, CASSETTA CON SACCA DI RACCOLTA E TUBI I/A, CANNELLO INFUSIONE, RUBINETTO A TRE VIE PROD. DORC	6PZ	1CPNF	975	87885	N.D.	787,80	57,4%	335,00	326.625,00	22%
2	8300.25G02	KIT VITRECTOMIA 25G COMPLETO DI VITRECTOMO, TROCAR VALVOLATI, FIBRA ENDOILLUMINAZIONE WA, 2a LINEA DI ASPIRAZIONE, TELI, CASSETTA CON SACCA DI RACCOLTA E TUBI I/A, CANNELLO INFUSIONE, RUBINETTO A TRE VIE PROD. DORC	6PZ	1CONF	375	108063	N.D.	787,80	57,4%	335,00	125.625,00	22%
3	8300.27G02	KIT VITRECTOMIA 27G COMPLETO DI VITRECTOMO, TROCAR VALVOLATI, FIBRA ENDOILLUMINAZIONE WA, 2a LINEA DI ASPIRAZIONE, TELI, CASSETTA CON SACCA DI RACCOLTA E TUBI I/A, CANNELLO INFUSIONE, RUBINETTO A TRE VIE PROD. DORC	6PZ	1CONF.	150	108083	N.D.	882,30	59,1%	360,00	54.000,00	22%



4	7223.DORC	FIBRA LASER 23G PROD. DORC	6PZ	1CONF.	33	43259	Q02040301	267,60	60,7%	105,00	3.465,00	22%
5	7225.DORC	FIBRA LASER 25G PROD. DORC	6PZ	1CONF.	12	43261	Q02040301	267,60	60,7%	105,00	1.260,00	22%
6	7527.DORC	FIBRA LASER 27G PROD. DORC	6PZ	1CONF.	5	381029	Q02040301	267,60	60,7%	105,00	525,00	22%
7	3269.A27	CANDELIERE 27G MONOFILAMENTO PROD. DORC	6PZ	1CONF.	100	181031	Q020499	125,40	36,2%	80,00	8.000,00	22%
8	1363.DD	KIT INFUSIONE OLIO PROD. DORC	6PZ	1CONF.	70	68019	A0701	102,24	46,2%	55,00	3.850,00	22%
TOTALE CUSTOM PACK VITRECTOMIA											523.350,00	22%
TOTALE LOTTO 1											617.070,00	
COSTI ONERI SICUREZZA AZIENDALI INCLUSI NEL TOTALE LOTTO											(seicentodiciassettemilasettanta//00)	22%
TOTALE LOTTO 1											6.100,00	

- Iva :22% vostro carico
- I prezzi indicati si intendono comprensivi di tutti gli oneri (imballaggio, trasporto,consegna,oneri sicurezza) esclusa l'iva
- Validità offerta: 180 gg
- NAPOLI, 06/05/2019

Timbro e Firma
Bidcare s.r.l.
 L'Amministratore

Mario Della Rocca

BAUSCH + LOMB

Vimodrone, 02/05/2019
Prot 214/19/LC

Spettabile
Azienda Ospedaliera di Caserta Sant'Anna e
San Sebastiano di rilievo nazionale
e di alta specializzazione
Via Ferdinando Palasciano
81100 Caserta CE

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA BIENNALE DI CUSTOM-PAK PER INTERVENTI DI VITRECTOMIA E INTERVENTI DI CHIRURGIA DELLA CATARATTA, CON MESSA A DISPOSIZIONE DI N.1 FACOEMULSIFICATORE PER INTERVENTI DI VITRECTOMIA E N.1 FACOEMULSIFICATORE PER INTERVENTI DI CHIRURGIA DELLA CATARATTA PER LA UOC OCULISTICA DELL'AORN S. ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA. LOTTO 2

La Società Bausch & Lomb IOM S.p.A., con sede legale in Vimodrone 20090 - Viale Martesana 12 Cod. Fisc. 07393830158, P. IVA 00857610968, tel. 02 27407300, fax. 02 2501222, nella persona del Dr Vincenzo Abruscato, nato a Galliate il 09/05/1969, domiciliato per la carica in Vimodrone Viale Martesana 12 codice fiscale BRSVCN69E09D872A, sottopone alla Vs cortese attenzione il dettaglio dell'offerta economica e la quotazione del materiale dedicato.

Cordiali Saluti.

Dott.re Vincenzo Abruscato
Amministratore Delegato
Bausch & Lomb IOM S.p.A.

Bausch & Lomb IOM S.p.A. - Sede legale, commerciale e amministrativa: Viale Martesana, 12 (4° piano) - 20090 Vimodrone (MI)
T +39 02.27407300 - F +39 02.2650784 - F +39 02.2650779 - Fax ufficio gare +39 02.2501222
bauschlombiomspa@actaliscertymail.it - www.bausch.it

Sede secondarie: Via Pasubio, 34 - 20846 Macherio (MB) - T +39 039.2073.1 - F +39 039.2010081
Cap. Soc. € 11.167.200,00 i.v. - Società con azionista unico soggetta a direzione e coordinamento
R.E.A. Milano 1907723 - Iscr. Reg. Imp. di Milano - Codice Fiscale 07393830158 - Partita IVA 00857610968

APPARECCHIATURA, ACCESSORI E PACK

Codice	Nome commerciale	CND	RDM	Confezione	Prezzo confezione listino	Prezzo unitario listino	Sconto su listino	Prezzo unitario offerta	Quantità complessiva biennale	Valore complessivo offerta
BL15455	Stellaris®Elite Vision Enhancement System™ Posterior/Combined with Laser Module	Z1212020702	1656564/R	1	268.749,00 €	268.749,00 €	n.a.	Comodato d'uso gratuito	1	Comodato d'uso gratuito
BL3170	Manipolo Facomusificazione	Z1212020785	9612	1	8.750,00 €	8.750,00 €	n.a.	Accessori all'apparecchiatura	2	Accessori all'apparecchiatura
85770	Manipolo Irrigazione/Aspirazione	Q020680	104937	1	700,00 €	700,00 €	n.a.	Accessori all'apparecchiatura	2	Accessori all'apparecchiatura
CK9430	Cavo per pinze e matite bipolari	Z1212020799	99528	1	475,00 €	475,00 €	n.a.	Accessori all'apparecchiatura	2	Accessori all'apparecchiatura
DE200	Bipolar Forceps Mc Pherson, conn. Lemo	K020199	299072	1	363,00 €	363,00 €	n.a.	Accessori all'apparecchiatura	2	Accessori all'apparecchiatura
DE201	Matita Bipolare Sclerale	K020199	293078	1	225,00 €	225,00 €	n.a.	Accessori all'apparecchiatura	2	Accessori all'apparecchiatura
56.54.25P	AWH Vivid Chandelier 25ga	Q02040801	599727	12	2.030,07 €	169,17 €	n.a.	Materiale dedicato a corredo della fornitura	24	Materiale dedicato a corredo della fornitura
CK5710	Pack Rimozione Olio di Silicene	Q020402	328429	6	700,00 €	116,67 €	n.a.	Materiale dedicato a corredo della fornitura	24	Materiale dedicato a corredo della fornitura
BL5293	Sonda endolaser standard retta 23 Gauge	Q02040301	844068	5	1.100,00 €	220,00 €	n.a.	Materiale dedicato a corredo della fornitura	10	Materiale dedicato a corredo della fornitura
BL5293C	Sonda endolaser standard curva 23 Gauge	Q02040301	844036	5	1.100,00 €	220,00 €	n.a.	Materiale dedicato a corredo della fornitura	10	Materiale dedicato a corredo della fornitura
BL5113	Pack Faco Premium "Stable Chamber" MICS 1.5- VFM	Q020601	9534	6	1.160,00 €	193,33 €	61,31%	74,80 €	2.600,00	194.480,00 €
BL5113A	Pack Faco Premium "Stable Chamber" MICS 1.5- VFM	Q020601	290725	6	1.160,00 €	193,33 €	61,31%			
SE5423WV	Set TSV™ Posteriore 23G, Wide Field, Valvolato, AFI	Q020402	1656651	6	6.563,00 €	1.093,83 €	70,75%	320,00 €	300,00	96.000,00 €
SE5425WV	Set TSV™ Posteriore 25G, Wide Field, Valvolato, AFI	Q020402	1656669	6	7.261,00 €	1.210,17 €	79,56%			
SE5427MVB	Set TSV™ Posteriore Bi-Blade™ 27G, Mid Field, Valvolato, AFI	Q020402	1729112/R	6	7.560,00 €	1.260,00 €	74,60%			
SE5523WV	Set TSV™ Combinato 23G, Wide Field, Valvolato, AFI	Q020402	1656657	6	6.826,00 €	1.104,33 €	66,04%	375,00 €	200,00	75.000,00 €
SE5525WV	Set TSV™ Combinato 25G, Wide Field, Valvolato, AFI	Q020402	1656681	6	7.324,00 €	1.220,67 €	69,28%			
SE5527MVB	Set TSV™ Combinato 27G Bi-Blade™, Mid Field, Valvolato, AFI	Q020402	1729116	6	7.560,00 €	1.260,00 €	70,24%			
Importo complessivo biennale onnicomprensivo di tutti gli elementi costitutivi (messa a disposizione apparecchiatura, custom pack, trasporto, consegna presso questa AORN etc.) come da fabbisogno biennale indicato in atti										365.480,00 €

MATERIALE DI CONSUMO

Codice	Nome commerciale	CND	RDM	Confezione	Prezzo confezione listino	Prezzo unitario listino	Sconto su listino	Prezzo unitario offerta	Quantità complessiva biennale	Valore complessivo offerta
56.54.25P	AWH Vivid Chandelier 25ga	Q02040801	599727	12	2.030,07 €	169,17 €	46,56%	90,40 €	600	54.240,00 €
56.54.27P	Oshima Vivid Chandelier 27ga	Q020499	1410732	12	1.950,62 €	162,55 €	44,39%			
56.53.23P	Chandeliers Cannula System Compatible	Q02040301	168852	12	1.918,11 €	159,84 €	43,44%			
CK5710	Pack Rimozione Olio di Silicene	Q020402	328429	6	700,00 €	116,67 €	41,54%	68,20 €	400	27.280,00 €
CK5720	Pack Iniezione Olio di Silicene	Q020402	142783	6	900,00 €	150,00 €	54,53%			
BL5293C	Sonda endolaser standard curva 23 Gauge	Q02040301	844036	5	1.100,00 €	220,00 €	51,95%	105,70 €	360,00	38.052,00 €
BL5293C	Sonda endolaser standard curva 25 Gauge	Q02040301	844048	5	1.100,00 €	220,00 €	51,95%			
55.23.27	Sonda Laser "TruCurve"	Q02099	473387	12	2.782,95 €	231,91 €	54,42%			
BL5293	Sonda endolaser standard retta 23 Gauge	Q02040301	844068	5	1.100,00 €	220,00 €	51,95%			
BL5295	Sonda endolaser standard retta 25 Gauge	Q02040301	844071	5	1.100,00 €	220,00 €	51,95%			
55.21.27	27 ga Straight Laser Probe	K02040199	163467	12	2.338,03 €	194,84 €	45,75%			
Importo complessivo materiale dedicato										

Numero Lotto	Stato Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %	Ribasso
1	Verifica Superata	BIDCARE	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	617.070,00	621000	0,63285	3930
2		BAUSCH & LOMB IOM SPA	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	365.480,00	383000	4,57441	17520

rendere atto degli esiti della procedura aperta, indetta con deliberazione n.180 del 07.03.2019, relativamente ai lotti 1,2, con l'approvazione dei verbali da n.1 a n.7 allegati alla presente, e, per l'effetto, di aggiudicare la fornitura come segue:

Lotto 1	P.T	Prezzo	P.E.	Totale P.
DITTA BIDCARE	70	€ 523.350,00	30	100
		€ 93.720,00		
		€ 617.070,00		
Lotto 2				
Ditta Bausch & Lomb Iom SpA	70	€ 194.480,00	30	100
		€ 171.070,00		
		€ 365.480,00		

per un importo complessivo biennale per i due lotti pari ad € 1.198.711,00 I.V.A. compresa;

- **Imputare** la spesa relativa alla fornitura oggetto della presente deliberazione, pari ad € 1.198.711,00 IVA compresa al 22%, come di seguito indicato:
 - per € 199.785,17, pari a 4/24 della fornitura, al conto economico 5010107010 "Presidi Chirurgici", del bilancio 2019;
 - per € 599.355,50, pari a 12/24 della fornitura, al corrispondente conto economico sul bilancio anno 2020;
 - per € 399.570,33 pari a 8/24 della fornitura, al corrispondente conto economico sul bilancio anno 2021;
- **Nominare** di nominare DEC della presente procedura il Direttore della UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA per la gestione della messa a disposizione delle apparecchiature, e il Direttore della UOC Farmacia per l'acquisto dei materiali dedicati;
- **Inserire** nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt.92 e 100 del D.lgs 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- **Trasmettere** copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale come per legge, alle UU.OO.CC. GEF, Tecnologia Ospedaliera, Farmacia e alla UOC proponente per quanto di competenza

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio "on line" di quest'Azienda Ospedaliera dal giorno 31.07.2019

IL FUNZIONARIO



La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI

La presente deliberazione diventa ESECUTIVA il 10 agosto 2019 per il decorso termine di gg. 10 (dieci) dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 35 comma 6 della Legge Regionale n° 32 del 03/11/1994.

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI

Trasmessa copia della presente deliberazione al COLLEGIO SINDACALE, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03/11/1994 n° 32, in data _____

PER RICEVUTA

La presente deliberazione è stata trasmessa alla STRUTTURA DI CONTROLLO DELLA G.R.C., ai sensi dell'art.35 della L.R. 03/11/1994 n°32, con nota protocollo n° _____ del _____

Deliberazione della G.R. n° _____ del _____

IL FUNZIONARIO

Decisione:

IL DIRETTORE AFFARI GENERALI

La trasmissione di copia della presente Deliberazione viene effettuata ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU.OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 del D.Lgs. n° 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.