REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Determina Dirigenziale N. 347 del 11/06/2018

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 D.LGS N.50 / 2016, MEDIANTE RDO N.1953656 SU ME.PA. CONSIP, DI N.17 PULSOSSIMETRI PORTATILI PER VARIE UU.OO.CC DI QUESTA AORN. CIG ZBA2391BE7.

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 D.LGS N.50 / 2016, MEDIANTE RDO N.1953656 SU ME.PA. CONSIP, DI N.17 PULSOSSIMETRI PORTATILI PER VARIE UU.OO.CC DI QUESTA AORN. CIG ZBA2391BE7.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- il Direttore della UOC Tecnologia Ospedaliera, con nota inviata a mezzo Pec del 14.05.2018, ha inviato la scheda tecnica per l'acquisizione di n.17 Pulsossimetri portatili destinati a varie UU.OO.CC. di questa AORN (all.1);
- in data 15.05.2018 è stata attivata da questa UOC Provveditorato Economato, RDO n**. 1953656** su Me.Pa. Consip, invitando a gara tutti gli iscritti nella categoria beni e Servizi per la Sanità, fissando quale termine ultimo per la presentazione dell'offerta su mercato elettronico il 25.05.2018 ore 12:00 (all.2);
- entro il termine previsto sono pervenute n.2 offerte, da parte delle società specializzate nel settore e precisamente SOCIETÀ RIAMED SRLs e GIMA SPA;

Considerato che

- alla verifica di conformità è risultato conforme solo il prodotto offerto dalla Società RIAMED SRLs, come da annotazioni poste sulle offerte tecniche pervenute in allegato (all.3) a fronte di un importo offerto pari ad €.1.230,00 cad. oltre iva, per un totale complessivo di €.20.910,00 oltre IVA (all.4);

Preso atto

- che, conseguentemente, con nota Prot.0014776 /U del 01.06.2018, sono stati inviati al fornitore i documenti di stipula della predetta RDO **1953656** (all.5);

Attestata

la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

DETERMINA

1. di prendere atto delle risultanze dell'esperimento della RDO n. **1953656** attivata su MEPA Consip e, per l'effetto, di aggiudicare la fornitura di n.17 Pulsossimetri Portatili Mod. PG S10 Vital Sign Monitor destinati alle varie UU.OO.CC. di questa AORN, come da richiesta della UOC Tecnologie Ospedaliere, a favore della Società Riamed SRLS, con sede in Napoli, alla Via Adolfo Omodeo,45, al prezzo complessivo di €.25.510,20 IVA compresa al 22%;
2. di imputare la spesa complessiva di €.25.510,20 iva inclusa, sulla corrispondente sub autorizzazione patrimoniale n.3/1 conto economico 101020401del corrente bilancio;
3. di inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt.92 e 100 del D.lgs 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
4. di pubblicare integralmente la presente determinazione;

5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché, oltre che al proponente, ai Direttori UOC Gestione Economico Finanziaria e Tecnologia Ospedaliera Innovazione Tecnologica e HTA;
6. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile stante l'urgenza dell'approvvigionamento di pulsossimetri.

IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
dr.ssa Marisa Di Sano

ALLEGATO N. 1 CIG ZBA2391BE7

Provveditorato AORN Caserta

Da: "Tecnologia Ospedaliera" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
Data: lunedì 14 maggio 2018 17:17
A: "Provveditorato" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
Allega: scheda tecnica pulsossimetro portatile adulti.docx
Oggetto: I: n.10 pulsossimetri portatili per le esigenze di diverse uu.oo. - scheda tecnica.

Buongiorno,
con la presente si invia scheda tecnica pulsossimetri aggiornata.
cordiali saluti
uoc tecnologia ospedaliera

Da : "Tecnologia Ospedaliera" tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it
A : "Provveditorato" provveditorato@ospedalecasertapec.it
Cc :
Data : Tue, 8 May 2018 09:15:21 +0200
Oggetto : I: n.10 pulsossimetri portatili per le esigenze di diverse uu.oo. - scheda tecnica.

buongiorno,
alfine di soddisfare le molteplici richieste di pulsossimetri pervenute da diversi reparti si chiede di portare a 17 il numero di pulsossimetri da acquistare. Si allega pertanto scheda tecnica , inviata già in data 30/12/2017.
cordiali saluti
uoc tecnologia ospedaliera

Da : "Tecnologia Ospedaliera" tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it
A : "Provveditorato" provveditorato@ospedalecasertapec.it
Cc :
Data : Sat, 30 Dec 2017 11:51:45 +0100
Oggetto : n.10 pulsossimetri portatili per le esigenze di diverse uu.oo. - scheda tecnica.

Con la presente si allega la scheda tecnica necessaria per l'avvio della procedura di gara dell'apparecchiatura di cui all'oggetto.
La sostituzione di tale apparecchiatura, definita apparecchiatura critica, è prevista dal piano di rinnovo approvato con deliberazione della C.S. n°58 del 31.01.2017.
Cordiali saluti.
Ing. Vittorio Emanuele Romallo
Direttore u.o.c. Tecnologia Ospedaliera e HTA

15-5-18 Sig. Lucia

LA.DI. MEDICAL S.A.S. __ Servizi di Ingegneria Clinica, consulenza Tecnica, progettazione ed Assistenza tecnologie Elettromedicali

Napoli, 20/12/2017

Al Direttore UOC
Tecnologie Ospedaliere, innovazione tecnologica ed HTA
Ing. Vittorio E. Romallo
SEDE

Oggetto: scheda tecnica per la fornitura di un sistema di pulsossimetria portatile

Facendo seguito all'invito della S.V. di provvedere alla redazione della scheda tecnica per l'espletamento di gara per l'acquisto del sistema in oggetto, di seguito riporto tabella tecnica dettagliata per l'attivazione della procedura di che trattasi.

N°17 PULSOSSIMETRI PORTATILI

Società costruttrice		
Modello dell'Apparecchiatura		
Anno di produzione del modello		
Descrizione:	caratteristiche tecniche minime obbligatorie	Caratteristiche tecniche proposte (indicare il riferimento della evidenza della caratteristica tecnica dichiarata, sul depliant tecnico e/o manuale operativo/service
Allarme sonoro livelli	Almeno 2	
Allarme visivo	SI	
Visualizzazione onda pletismografica	SI	
Memorizzazione trend	>1 h	
Durata max trend	10 minuti per intervallo	
Dimensione display	➢ 3,5"	
Risoluzione temporale aggiornamento	Ogni 2 sec.	
Software oper. in lingua italiana	SI	
Uscita dati rs 232	SI	
Trasduttore adulti riutilizzabile	SI	
Trasduttore pediatrico riutilizzabile	SI	
Dotato interfaccia per il collegamento a PC per la stampa e la revisione dei dati	SI	
Batteria ricaricabile	Almeno 3 h di autonomia	
Garanzia (Mesi)	>=36	
Contratto di manutenzione full-risk	>=7%	
Tempo Di Intervento (Ore Solari)	<=24	
Sede Di Assistenza Piu' Vicina	In Campania	
Numero Visite Programmate	>=1 anno	
Tempo Di Intervento (Ore Solari)	<=24	
Sede Di Assistenza Piu' Vicina	In Campania	
Numero Visite Programmate	>=1 anno	

COSTO ORIENTATIVO € 500,00 + IVA CAD.

80125 – NAPOLI--Viale Augusto, 132 Tel. 081-2396192 Cell. 337-945327
P.I. 06652990639 iscriz. CCIAA di Napoli n° 506793 del 01/04/1993 Ufficio Registro delle Imprese

Le caratteristiche minime indicate nella scheda come innanzi predisposta sono da intendersi obbligatorie nel senso che la carenza o la non conformità anche di uno dei parametri elencati in tabella, comporterà la non ammissione dalla gara e la stessa dovrà essere obbligatoriamente compilata dalla società che parteciperà alla gara. Le Società concorrenti dovranno compilare la scheda sopra riportata, presentare depliant tecnici e illustrativi in lingua italiana di tutte le caratteristiche tecniche e di tutte le funzioni dell'apparecchiatura offerte in conformità alle indicazioni riportate nella scheda di cui sopra indicando la pagina riportante le caratteristiche tecniche dichiarate.

80125 – NAPOLI--Viale Augusto, 132 Tel. 081-2396192 Cell. 337-945327
P.I. 06652990639 iscriz. CCIAA di Napoli n° 506793 del 01/04/1993 Ufficio Registro delle Imprese

acquistinretepa.it

Dati generali della procedura

Numero RDO:	1953656
Descrizione RDO:	Fornitura di N.17 Pulsossimetri Portatili per varie UU.OO.CC. di questa AORN
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA 02201130610 Via Tescione CASERTA CE
Punto Ordinante	MARISA DI SANO
Soggetto stipulante	Nome: MARISA DI SANO Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice univoco ufficio - IPA	551B2G
Inizio presentazione offerte:	15/05/2018 12:08
Termine ultimo presentazione offerte:	30/05/2018 12:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	25/05/2018 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	15/05/2019 00:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	10
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità
Numero fornitori invitati:	2820
Segnalazione delle offerte anomale:	si

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	lotto 1
CIG	ZBA2391BE7
CUP	
Dati di consegna	Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Dati di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di offerta (importo presunto)	8500,00

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Pulsossimetri
Quantita'	17

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Nessuna regola	

2	Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale del pulsossimetro	Tecnico	Nessuna regola	
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore massimo ammesso	Pulsossimetro portatile come da scheda tecnica e capitolato speciale allegati
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Codice CND	Tecnico	Nessuna regola	
8	Anno/Versione	Tecnico	Nessuna regola	
9	Tipologia	Tecnico	Nessuna regola	
10	Pazienti destinatari	Tecnico	Nessuna regola	
11	Schermo	Tecnico	Nessuna regola	
12	Dimensioni (lxhxp) [cm]	Tecnico	Nessuna regola	
13	Peso [Kg]	Tecnico	Nessuna regola	
14	Alimentazione	Tecnico	Nessuna regola	
15	Parametri monitorati e opzioni incluse	Tecnico	Nessuna regola	
16	Parametri/opzioni richiedibili (non incluse nel prezzo)	Tecnico	Nessuna regola	
17	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
CAPITOLATO SPECIALE DA COMPILARE E FIRMARE	Gara	Capitolato Speciale Pulsossimero Per Le Uuoocc.docx (51.01KB)	
SCHEDA TECNICA DA COMPILARE E FIRMARE	Gara	Scheda Pulsossimetro Adulti.docx (16.11KB)	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
SCHEDA TECNICA DA COMPILARE E CAPITOLATO SPECIALE DA FIRMARE PER ACCETTAZIONE PENA	lotto 1	Tecnica	Invio telematico	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si

L'ESCLUSIONE					
SCHEDA TECNICA E DEPLIANTS	lotto 1	Tecnica	Invio telematico	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	lotto 1	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale	Comune(PR)	Regione	Modalità di inclusione
1	SICILIANA FORNITURE S.R.L. UNIPERSONALE	01786610897	01786610897	AUGUSTA(SR)	SICILIA	Filtrato
2	ARCOSITALIA	01993190741	LTRGRG81T54F152K	BRINDISI(BR)	PUGLIA	Filtrato
3	CAVALLONE MARCO	02504650421	CVLMRC70H15H501Q	AGUGLIANO(AN)	MARCHE	Filtrato
4	GRUOSSO VITTORIO	00790000764	GRSVTR59A12G942F	POTENZA(PZ)	BASILICATA	Filtrato
5	PROGETTA S.R.L. UNIPERSONALE	04648820878	04648820878	CATANIA(CT)	SICILIA	Filtrato
6	RL3 SRL	09653091000	09653091000	SEGNI(RM)	LAZIO	Filtrato
7	"DE BRICO FERRAMENTA" DI LOBASCIO ARMANDO	04564630657	LBSRND68E15G230O	PAGANI(SA)	CAMPANIA	Filtrato
8	01 ORGANIZZAZIONE PER L'INFORMATICA SRL	02349380754	02349380754	TRICASE(LE)	PUGLIA	Filtrato
9	2A-S SRL	02104930561	02104930561	CIVITA CASTELLANA(VT)	LAZIO	Filtrato
10	2BIOLOGICAL INSTRUMENTS	02489610127	02489610127	BESOZZO(VA)	LOMBARDIA	Filtrato
11	2M MEDICAL S.R.L.	03219971201	03219971201	BOLOGNA(BO)	EMILIA ROMAGNA	Filtrato
12	2M STRUMENTI	01441681002	05755810586	ROMA(RM)	LAZIO	Filtrato
13	2TMEDICA SRL	02834160216	02834160216	LAIVES/LEIFERS(BZ)	TRENTINO ALTO ADIGE	Filtrato
14	3 A S.N.C. DI GEROSA ANNIBALE E C.	01105870099	01105870099	VADO LIGURE(SV)	LIGURIA	Filtrato
15	3 S S.R.L. SOCIETÀ SERVIZI SANITARI	01562320836	01562320836	MESSINA(ME)	SICILIA	Filtrato
16	360 CONSULENZA DEL DOTT. GIOSEF PERRICCI	06817920728	PRRGSF83P15F376U	MONOPOLI(BA)	PUGLIA	Filtrato
17	3B SRL	03763310012	03763310012	SETTIMO TORINESE(TO)	PIEMONTE	Filtrato
18	3C MED S.R.L.	05586860826	05586860826	PALERMO(PA)	SICILIA	Filtrato
19	3P MEDICAL SRL	04781760873	04781760873	ACI CASTELLO(CT)	SICILIA	Filtrato
20	3V CHIMICA	04928241001	04928241001	ROMA(RM)	LAZIO	Filtrato
21	4T-QUATTROTI	07001550156	07001550156	CISLAGO(VA)	LOMBARDIA	Filtrato
22	A CIRCLE SPA	02431141205	02431141205	SAN PIETRO IN CASALE(BO)	EMILIA ROMAGNA	Filtrato
23	A&B DI BELLIN IVA & C. SAS	01568980039	01568980039	VARALLO POMBIA(NO)	PIEMONTE	Filtrato
24	A&B PROFESSIONAL DI BARSALI BRUNELLA	02323370466	BRSBNL63T62E715J	LUCCA(LU)	TOSCANA	Filtrato
25	A&D SRL	01840580672	01840580672	TERAMO(TE)	ABRUZZO	Filtrato
26	A. ANNESE S.R.L.	03379160728	NNSMCL66C09A662Q	BARI(BA)	PUGLIA	Filtrato
27	A. C. MEDICAL S.U.R.L.	01699230460	01699230460	LUCCA(LU)	TOSCANA	Filtrato
28	A. DE MORI S.P.A.	10220860158	00152680203	MILANO(MI)	LOMBARDIA	Filtrato
29	A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	05688870483	05688870483	FIRENZE(FI)	TOSCANA	Filtrato
30	A. PANZICA	03923960821	03923960821	PALERMO(PA)	SICILIA	Filtrato
31	A.B. DENTAL S.A.S. DI ANDREA BARBARINI & C.	13183700155	13183700155	MILANO(MI)	LOMBARDIA	Filtrato
32	A.B.MED SRL	02077670921	02077670921	CAGLIARI(CA)	SARDEGNA	Filtrato
33	A.C.F. ITALIA S.R.L. CON SOCIO UNICO	01404390039	01404390039	TAINO(VA)	LOMBARDIA	Filtrato
34	A.C.O.M. ADVANCED	01358970430	01358970430	MONTECOSARO(MC)	MARCHE	Filtrato

ALLEGATO N. 3

N° 17 PULSOSSIMETRO PORTATILE

Società costruttrice		PROGETTI MEDICAL SRL
Modello dell'Apparecchiatura		PGS10
Anno di produzione del modello		2015
Descrizione:	caratteristiche tecniche minime obbligatorie	Caratteristiche tecniche proposte (indicare il riferimento della evidenza della caratteristica tecnica dichiarata, sul depliant tecnico e/o manuale operativo/service
Allarme sonoro livelli	Almeno 2	SI
Allarme visivo	SI	SI
Visualizzazione onda pletismografica	SI	SI
Memorizzazione trend	>1 h	SI
Durata max trend	10 minuti per intervallo	SI
Dimensione display	➢ 3,5"	8"
Risoluzione temporale aggiornamento	Ogni 2 sec.	1 SEC.
Software oper.italian	SI	SI
Uscita dati rs 232	SI	SI
Trasduttore adulti riutilizzabile	SI	SI
Dotato di stampante termica interna	SI	SI
Batteria ricaricabile	Almeno 3 h di autonomia	12H DI AUTONOMIA
Garanzia (Mesi)	>=36	36 MESI
Contratto di manutenzione full-risk	>=7%	7%
Tempo Di Intervento (Ore Solari)	<=24	12 ORE
Sede Di Assistenza Piu' Vicina	In Campania	CAMPANIA – NAPOLI
Numero Visite Programmate	>=1 anno	1 ANNO

COSTO orientativo €.500,00 + IVA CAD.

Le caratteristiche minime indicate nella scheda come innanzi predisposta sono da intendersi obbligatorie nel senso che la carenza o la non conformità anche di uno dei parametri elencati in tabella, comporterà la non ammissione dalla gara e la stessa dovrà essere obbligatoriamente compilata dalla società che parteciperà alla gara. Le Società concorrenti dovranno compilare la scheda sopra riportata, presentare depliant tecnici e illustrativi in lingua italiana di tutte le caratteristiche tecniche e di tutte le funzioni dell'apparecchiatura offerte in conformità alle indicazioni riportate nella scheda di cui sopra indicando la pagina riportante le caratteristiche tecniche dichiarate.

RIAMED SRLs
Sede legale: Via A. Omodeo, 45
80128 NAPOLI
Tel. e Fax 081 5870202
C.F. e P.I. 07768691214
C.C.I.A.A. 907888

- CAPITOLATO SPECIALE -

Sommario

Sommario 1
Art. 1 – Definizioni 1
Art. 2 - Oggetto 1
Art. 3 - Condizioni di fornitura 2
Art. 4 - Termini di consegna 3
Art. 5 - Collaudo 4
Art. 6 - Formazione del Personale 6
Art. 7 - Servizio di garanzia, assistenza tecnica e manutenzione Full-risk 7
7.1 Garanzia 7
7.2 Assistenza e manutenzione Full-Risk .....
7.2.1 Manutenzione preventiva 8
7.2.2 Manutenzione correttiva 8
7.2.3 Pezzi di ricambio e materiali soggetti ad usura 10
Art. 8 - Livelli di Servizio e Penali 12

Art. 1 – Definizioni

- **Apparecchiature:** si intendono i prodotti rientranti nella classe delle Tecnologie Biomediche: "L'insieme dei prodotti e dei dispositivi medici che afferiscono al settore della sanità ad eccezione dei farmaci; le apparecchiature biomediche costituiscono un sottoinsieme di tale comparto con riferimento alla sola strumentazione" (Ministero della Salute). In particolare, per apparecchiatura si intenderà n. 17 Pulsossimetri portatili per varie UU.OO.CC.

RIAMED SRLs
Sede legale: Via A. Omodeo, 45
80128 NAPOLI
Tel. e Fax 081 5870202
C.F. e P.I. 07786891214
C.C.I.A.A. 907888

Art. 2 - Oggetto

L'appalto ha per oggetto la fornitura di:

- ✓ N. 17 Pulsossimetri portatili per varie UU.OO.CC.
- ✓ I Pulsossimetri portatili dovranno avere le caratteristiche tecniche minime stabilite nel presente Capitolato speciale e relativo allegato. Inoltre i servizi inclusi nel prezzo, disciplinati secondo le condizioni di minima stabilite nel presente Capitolato speciale, sono:

- consegna ed installazione;
- collaudo e formazione del personale;
- servizio di garanzia >= **36 (TRENTASEI**) mesi a partire dalla data di collaudo con esito positivo della singola apparecchiatura e relativi accessori;
- contratto di manutenzione Full - Risk max 7% del costo d'acquisto;
- tempo di intervento (ore solari) <=24;
- sede di assistenza più vicina – in Campania
- numero visite programmate >=1 anno

Le apparecchiature ed i relativi accessori offerti devono essere nuove di fabbrica e di prima installazione, di ultima generazione presenti sul mercato (intendendo per tale l'ultima release immessa in commercio del modello offerto alla data dell'ordinativo), e "pronte all'uso" fino al definitivo posizionamento.

La fornitura è da intendersi "chiavi in mano", ovvero, ove necessario, è richiesto che siano incluse tutte le eventuali opere propedeutiche all'installazione del sistema, le applicazioni software e tutto quanto necessario per garantirne la corretta funzionalità.

Le specifiche tecniche minime delle apparecchiature richieste si intendono "o equivalente".

Art. 3 - Condizioni di fornitura

L'Aggiudicatario è tenuto ad effettuare la fornitura dei beni oggetto dell'appalto secondo le modalità e le condizioni previste nel presente Capitolato Speciale. Inoltre, si impegna a rispettare tutte le eventuali prescrizioni di accesso, consegna e collaudo. La consegna della fornitura, completa di ogni accessorio, si intende porto franco fino al definitivo posizionamento, installazione e collaudo ("pronto all'uso").

L'Aggiudicatario si impegna a:

- consegnare le apparecchiature e relativi accessori all'ultima release immessa in commercio alla data dell'ordinativo del modello che intende offrire;
- fornire i supporti che si dovessero rendere necessari per la piena installazione;
- **consegnare, in fase di collaudo, tutte le chiavi hardware e software previste dal sistema e loro eventuale aggiornamento per tutta la durata del contratto fino alla conclusione del servizio di garanzia.**

Data l'impossibilità di verificare i requisiti della merce all'atto della consegna, la firma per ricevuta della stessa da parte del Responsabile del Contratto o suo delegato non costituisce attestazione della regolarità della fornitura, ma indica solo che il numero di colli consegnato corrisponde a quello indicato nei documenti di trasporto (D.d.T.). Quindi, fino al momento del collaudo positivo, potrà essere contestata al Fornitore la non conformità dei prodotti consegnati rispetto a quelli aggiudicati. In tal caso la fornitura si intende non eseguita e pertanto il Fornitore è obbligato a ritirare senza indugio la merce consegnata non conforme e sostituirla con quella conforme.

I punti di installazione saranno indicati dal DEC Direttore Esecuzione del contratto.

Inoltre, il Fornitore si impegna a garantire su tutte le parti di ricambio originali e l'eventuale materiale esclusivo e dedicato prezzi non superiori ai prezzi di listino ufficiali progressivamente vigenti ed eventualmente depositati presso la camera di commercio.

Art. 4 - Termini di consegna

La consegna della fornitura si intende "porto franco" e comprensiva di ogni relativo onere e spesa, compresi quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, asporto dell'imballaggio (l'asporto dell'imballaggio deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.).

I documenti di trasporto dovranno fare esplicito riferimento all'ordinativo di fornitura. All'atto della consegna deve essere posta obbligatoriamente la data di ricezione merce al destinatario su ciascun D.d.T. La consegna di tutti i beni aggiudicati dovrà concludersi tassativamente entro 20 giorni solari e consecutivi dall'invio dell'ordine.

L'installazione dovrà avvenire entro 5 giorni solari dalla consegna. E' cura dell'Aggiudicatario la preventiva verifica.

A termine delle operazioni di installazione dovrà essere redatto un apposito "verbale di installazione", predisposto dal Fornitore e sottoscritto in contraddittorio tra il Responsabile del contratto o suo delegato ed il Fornitore. Tale verbale dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- data e numero dei D.d.T.;
- data di consegna;
- data dell'avvenuta installazione;
- elenco dei beni con relativi S/N dell'apparecchiatura ed i possibili relativi accessori(compreso teche).

Per il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali di cui all'Art. 8.

Art. 5 - Collaudo

Le operazioni di collaudo dovranno avvenire preferibilmente al termine delle operazioni di installazione e comunque non oltre 10 giorni solari dal termine delle operazioni di installazione.

La Commissione di collaudo, in contraddittorio con il Fornitore, dovrà redigere apposito "v*erbale di collaudo*".

L'esito positivo del collaudo presuppone che il personale preposto abbia:

- verificato che la merce collaudata sia conforme a quanto aggiudicato e deliberato e "pronto all'uso";
- effettuato tutte le verifiche prescritte dalla normativa vigente in materia e dalla norma tecnica specifica con esito positivo;
- effettuato le prove di funzionamento (compreso hardware e software) con esito positivo; **verificato che la documentazione tecnico/amministrativa a corredo sia stata consegnata e risulti presente alla data del collaudo ivi comprese ad esempio le password di sistema.**

Potranno essere redatti uno o più verbali di collaudo parziali relativi ad una o più apparecchiature, ciononostante, la fornitura si intenderà accettata in ogni sua parte se il *collaudo* di tutti i beni aggiudicati avrà avuto esito positivo.

In ogni caso, qualora dovessero emergere, anche successivamente all'esito positivo del collaudo, non conformità progettuali, di produzione, di sicurezza e di corrispondenza a quanto richiesto in gara, il Fornitore dovrà provvedere alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati ed eventualmente sostituire l'apparecchiatura e/o relativi accessori con beni aventi identiche caratteristiche tecniche e funzionali.

Ove l'apparecchiatura e relativi accessori o parti di essa non superi in tutto o in parte le prescritte prove funzionali e diagnostiche e più in generale di collaudo, le operazioni sono ripetute e continuate alle stesse condizioni e modalità con eventuali oneri a carico del Fornitore fino alla loro positiva conclusione. In ogni caso le prove anche ove si rendesse necessaria la loro ripetizione, dovranno concludersi entro 10 giorni solari dal termine delle operazioni di installazione.

Se entro tale termine l'apparecchiatura o suo accessorio non superi in tutto o in parte queste ultime prove, il Fornitore dovrà a proprio carico disinstallare, smontare e ritirare l'apparecchiatura o suo accessorio e provvedere alla sostituzione della stessa. Resta salvo il diritto da parte della AORN, a seguito di secondo collaudo con esito negativo relativo all'apparecchiatura o parti di essa sostituita, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura del sito interessato.

Indipendentemente se il ritardo per la conclusione delle operazioni di collaudo sia relativo al primo o al secondo collaudo, sarà considerato ritardo ogni giorno solare, non dipendente dall'Amministrazione contraente, successivo ai 10 giorni solari dal termine delle operazioni di installazione.

L'AORN applicherà le penali di cui all'art.8, fatto salvo il maggior danno.

Il Fornitore dovrà effettuare le prove di corretta funzionalità e prove di accettazione con l'ausilio di propria strumentazione (simulatori, strumenti di misura, campioni di misura, ecc.). Tale strumentazione dovrà essere resa disponibile a titolo gratuito dal Fornitore poiché i relativi oneri sono ricompresi nel prezzo di aggiudicazione

In sede di collaudo, dovrà essere costituito il "Libro Macchina" per ciascuna apparecchiatura e relativi accessori, che dovrà pertanto contenere la seguente documentazione, ove applicabile:

- Rapporto di consegna/accettazione;
- Certificato di collaudo;
- Dichiarazione di conformità alle Direttive CE applicabili;
- Manuale d'uso;
- Manuale di service;
- Chiavi hardware e software previste dall'apparecchiatura nella configurazione fornita;

- Richiesta di intervento;
- Rapporto di lavoro (manutenzione Preventiva, Correttiva e Straordinaria);
- Verbale di verifica di sicurezza elettrica e di controllo funzionale e prestazionale;
- Verbale di dismissione;

oltre che fornire indicazione sulle modalità di comunicazione con il Fornitore.

E' fatto obbligo di non utilizzare per uso clinico le apparecchiature installate prima della conclusione positiva delle operazioni di collaudo, in caso contrario l'apparecchiatura utilizzata (con relativi accessori) è da intendersi collaudata con esito positivo alla data del primo utilizzo clinico.

L'inizio del periodo di assistenza e manutenzione full-risk decorre dal collaudo positivo dell'intera fornitura ed autorizza l'avvio dell'iter di liquidazione dei corrispettivi.

Per il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali di cui all'Art. 8.

Art. 6 - Formazione del Personale

L'Aggiudicatario è tenuto a svolgere l'attività di informazione, formazione ed addestramento presso la sede del destinatario per l'uso sicuro ed appropriato delle apparecchiature al personale indicato dall'Amministrazione contraente. Il suddetto corso dovrà svolgersi in lingua italiana in conformità al D.lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 .

Dovrà essere effettuato un corso collaudato dimensionato su un numero stimato in 5 (cinque) persone da formare in un'unica seduta. I nominativi delle persone da formare potranno essere comunicati al Fornitore anche all'inizio della seduta di formazione.

Tale attività dovrà riguardare almeno:

- L'uso dell'apparecchiatura, degli accessori e di ogni altro dispositivo compreso i software in ogni loro funzione;
- Le tipologie e la frequenza delle verifiche periodiche previste dal Fabbricante;
- Le procedure per la risoluzione degli guasti più frequenti.

L'indicazione dell'avvenuta e corretta formazione dovrà essere riportata in un autonomo verbale a termine delle operazioni ovvero riportato nel verbale parziale di collaudo relativa a ciascuna

apparecchiatura, sottoscritto da entrambi le parti, da redigere e consegnare a cura del Fornitore entro 10 giorni a partire dalla data di conclusione dell'attività.

Si fa presente che in caso di aggiornamento della tecnologia (HW e/o SW), il Fornitore dovrà formare nuovamente il personale senza alcun costo per la AORN entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di aggiornamento salvo diversa disposizione.

Per il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali di cui all'Art. 8.

Art. 7 - Servizio di garanzia,

L'Aggiudicatario dovrà assicurare i servizi di seguito descritti.

7.1 Garanzia

Per le apparecchiature e relativi accessori offerte è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di collaudo con esito positivo.

La garanzia deve comprendere:

1. Manutenzione preventiva (1 visita annua o secondo manuale d'uso e manutenzione);
2. Manutenzione correttiva;
3. Fornitura e sostituzione di parti di ricambio e materiali soggetti ad usura;

Al termine di ogni intervento, è fatto obbligo al Fornitore di redigere un apposito Rapporto di Lavoro (RIT) secondo le norme tecniche e giuridiche vigenti in Italia e nella Comunità Europea.

Laddove, nel corso dell'esercizio, si ravvisassero delle significative variazioni delle condizioni di funzionamento delle apparecchiature tali da far emergere dubbi sulla loro efficacia ed efficienza, la AORN può richiedere al Fornitore interventi aggiuntivi con frequenze maggiori, anche rispetto a quanto indicato dal Fabbricante. Detti interventi aggiuntivi non devono comportare alcun onere oltre quelli già previsti in gara.

Inoltre, personale all'uopo designato potrà effettuare in ogni momento le verifiche, le misure e le prove che riterrà opportune al fine di accertare il corretto espletamento del servizio di garanzia, la veridicità dei rapporti e delle relative certificazioni e la rispondenza dell'attività eseguita rispetto alle condizioni contrattuali (normativa in vigore, prescrizioni dei fabbricanti e migliori regole dell'arte), nonché la funzionalità e la sicurezza delle apparecchiature e relativi accessori.

Il Fornitore deve garantire per tutta la durata del contratto il medesimo livello qualitativo delle apparecchiature e relativi accessori come accertato all'atto del collaudo con esito positivo; in caso di decadimento delle prestazioni di uno o più componenti, esplicitato dall'utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, il Fornitore provvederà a sostituirli con componenti nuovi ed originali, identici o migliori rispetto alla fornitura originale.

7.2.1 Manutenzione preventiva

La manutenzione preventiva comprende le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione delle apparecchiature risultanti non conformi, come previsto dai manuali d'uso forniti in dotazione, pertanto le attività preventive devono svolgersi nel rispetto delle indicazioni contenute nel manuale d'uso e nel manuale di servizio (di manutenzione), obbligatori ai sensi delle direttive CE e delle norme tecniche applicabili.

La manutenzione preventiva comprende inoltre le verifiche ed i controlli dei parametri di funzionamento (verifiche funzionali) comprensive del relativo eventuale materiale di consumo, le regolazioni e i controlli di qualità, nel numero e nei termini previsti dai manuali dei fabbricanti; si intendono anche comprese le verifiche di rispondenza alle norme per la sicurezza elettrica, generali e particolari, da eseguirsi a seguito degli interventi di manutenzione preventiva/correttiva e comunque almeno una volta all'anno e gli eventuali interventi di rimessa a norma.

Entro 2 (due) mesi dalla data del collaudo definitivo, l'Aggiudicatario dovrà redigere e trasmettere il primo Calendario degli interventi delle verifiche periodiche concordato con la AORN ed il Responsabile del contratto. Questo deve comprendere almeno le seguenti informazioni:

- Data in cui è previsto l'intervento;
- Tempo di inutilizzo dell'apparecchiatura e relativi accessori necessario per effettuare l'attività di verifica;
- Dettaglio delle attività
- previste (check-list utilizzate, risorse, strumenti).

I Calendari successivi al primo, dovranno comunque essere elaborati e consegnati entro e non oltre il 30 agosto dell'anno precedente rispetto all'anno di riferimento del piano stesso.

7.2.2 Manutenzione correttiva

Per manutenzione correttiva si intendono tutte quelle procedure atte ad:

- accertare la presenza di guasto o di malfunzionamento dell'apparecchiatura;

- individuarne la causa;
- adottare tutte le misure, eseguire tutti gli interventi e provvedere a tutte le forniture necessarie per garantire il ripristino delle normali condizioni di funzionamento;
- eseguire, in ogni caso, una verifica finale della funzionalità e sicurezza, anche elettrica, dell'apparecchiatura.

Il servizio di manutenzione correttiva deve svolgersi nel rispetto delle indicazioni contenute nel manuale d'uso e/o nel manuale di servizio e deve tener conto del livello di criticità associato alle apparecchiature e relativi accessori.

L'intervento di manutenzione correttiva dovrà avvenire entro **24 (ventiquattro)** ore dalla richiesta di intervento ed il ripristino della funzionalità dovrà concludersi entro 72 **(settantadue)** ore a partire dalla richiesta di intervento stessa.

Gli interventi di manutenzione correttiva inclusi nel presente servizio sono da intendersi in numero illimitato.

Tutti i costi diretti ed indiretti riconducibili ad un intervento di manutenzione correttiva (manodopera, trasferta, ricambi, materiale soggetto ad usura) sono a totale carico del Fornitore.

Gli interventi possono essere richiesti con una delle seguenti modalità:

- customer care (centro di ricezione e gestione delle richieste di assistenza e manutenzione con numero telefonico e di fax dedicati);
- via e-mail;
- qualunque altra modalità concordata tra le parti.

Sono inclusi nel prezzo di aggiudicazione anche gli interventi di eliminazione delle cause di non conformità dei beni. Pertanto, il Fornitore è tenuto ad effettuare tutti gli interventi di eliminazione delle cause di non conformità riconducibili a guasto delle apparecchiature e relativi accessori (quali ad esempio danneggiamento degli isolamenti e delle protezioni, ecc.).

Durante l'intervento di manutenzione correttiva sono compresi tutti i pezzi di ricambio nonché i materiali Di usura e dei materiali di consumo necessari.

Sono esclusi dall'appalto gli interventi dovuti a dimostrata imperizia d'uso delle apparecchiature da parte del personale preposto. Tale condizione sarà riconosciuta solo se il Fornitore ne dia evidenza all'atto dell'intervento, riportando dettagliatamente sul RIT le motivazioni a supporto. Il rapporto deve essere controfirmato per conferma ed accettazione dal Responsabile del contratto o suo delegato.

Il Fornitore deve intervenire entro 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta di intervento, ed assicurare nel più breve tempo possibile il ripristino delle condizioni di normale esercizio, che deve avvenire comunque entro 72 ore (includendo il tempo di intervento, ritardo logistico, ritardo amministrativo e tempo di risoluzione guasto). Qualora il tempo di risoluzione guasto sia superiore a 72 (settantadue) ore, il Fornitore è obbligato a fornire apparecchiature (e/o accessorio) muletto (temporaneamente sostitutive) per il periodo necessario al ripristino, onde garantire la continuità assistenziale. Inoltre dovrà addurre comprovata evidenza documentale a supporto delle motivazioni per il mancato ripristino. Con la consegna dell'apparecchiatura (o accessorio) muletto, l'intervento si considera risolto dal punto di vista delle applicazioni delle penali. In ogni caso l'Aggiudicatario è tenuto a riconsegnare l'apparecchiatura (o accessorio) entro 60 giorni dall'intervento, salvo ricadere di nuovo nell'applicazione di penali previste per la manutenzione correttiva. L'apparecchiatura sostitutiva deve avere caratteristiche prestazionali similari, equivalenti o superiori a quelle dell'apparecchiatura (o accessorio) oggetto dell'intervento. L'apparecchiatura sostitutiva dovrà essere fornita in modo gratuito, con oneri inclusi nel prezzo d'aggiudicazione.

7.2.3 Pezzi di ricambio e materiali soggetti ad usura

Per pezzi di ricambio si intende, secondo la norma UNI 10147, "la parte elementare nuova o ripristinata, che può sostituire una corrispondente usurata o guasta e che permette di riportare una Tecnologia Biomedica nelle condizioni stabilite".

Il Fornitore si impegna a garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio per 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di ultimazione delle operazioni di installazione e collaudo con esito positivo.

Il materiale soggetto ad usura è un "materiale la cui vita media è significativamente diversa dalla vita media dell'apparecchio, potendo variare in funzione dell'utilizzo della Tecnologia Biomedica e delle relative modalità" (definizione contenuta nella "Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchiature elettromedicali" N. 9 di aprile 2009).

Il Fornitore deve provvedere alla fornitura dei pezzi di ricambio e degli accessori necessari in modo da garantire il continuo, corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature oggetto dell'appalto.

I pezzi di ricambio e gli accessori impiegati devono essere nuovi, originali, nel pieno rispetto delle Direttive CE applicabili. Il Fornitore rimane comunque l'unico responsabile degli eventuali danni causati dall'impiego di componenti non adeguati. I costi per i pezzi di ricambio e accessori sono a carico del Fornitore e compresi nel servizio di *assistenza tecnica "full-risk"*.

RIAMED SRLs
Sede legale: Via A. Omodeo, 45
80128 NAPOLI
Tel. e Fax 081 5870202
C.F. e P.I. 07768891214
C.C.I.A.A. 907888

È consentito l'utilizzo di pezzi di ricambio, materiali ed accessori equivalenti agli originali esclusivamente per cause di forza maggiore:

- fallimento del Fabbricante delle apparecchiature e/o del Fabbricante della specifica parte di ricambio, materiale o accessorio;
- apparecchiatura fuori produzione per la quale il Produttore non garantisca più la disponibilità delle parti di ricambio, materiali ed accessori oltre il tempo definito in sede di offerta.

In caso di non reperibilità dei pezzi di ricambio per cause di forza maggiore, il Fornitore deve documentare al Responsabile del contratto l'impossibilità di procedere al ripristino delle funzionalità delle apparecchiature.

Il Fornitore deve documentare nel Rapporto di Lavoro tutti i materiali impiegati nell'espletamento delle attività connesse con il presente appalto.

Nel rispetto delle norme di legge e con oneri a proprio carico, in quanto compresi nel prezzo di aggiudicazione, il Fornitore deve provvedere allo smaltimento delle parti di ricambio sostituite nell'ambito delle attività previste dall'appalto. L'eventuale uso di materiali di qualunque tipo, contenenti sostanze chimiche (vernici, pitture, prodotti di pulizia, ecc.), deve risultare limitato allo stretto necessario e comunque devono essere utilizzate sostanze con preparati a tossicità nulla o la più bassa possibile.

Rapporto di lavoro (RIT)

In base alla norma UNI 10147, il Rapporto di Lavoro è la "descrizione dell'intervento di manutenzione svolto e delle condizioni in cui è trovata la Tecnologia Biomedica oggetto di manutenzione".

Ogni singolo intervento tecnico effettuato deve essere comprovato e documentato mediante l'emissione di un Rapporto di Lavoro, o anche detto Rapporto d'Intervento Tecnico (RIT). Tale Rapporto deve essere datato e firmato dal Tecnico che effettua l'intervento e dal Responsabile del contratto o suo delegato.

Non sono ammessi Rapporti di Lavoro cumulativi.

Il Rapporto di Lavoro deve contenere le informazioni di minima di seguito indicate:

- Identificazione anagrafica dell'Apparecchiatura:
  - N. Inventario economale e ingegneria clinica (ove presente)
  - Descrizione dell'apparecchiatura (modello, numero di serie, marca)
  - Codifica (CND e/o CIVAB e/o altra codifica) ove applicabile
  - Ubicazione

RIAMED SRLs
Sede legale: Via A. Omodeo, 45
80128 NAPOLI
Tel. e Fax 081 5870202
C.F. e P.I. 07763891214
C.C.I.A.A. 907888

- Data ed ora di inizio dell'intervento;
- Tipologia d'intervento;
- Numero e data della richiesta di intervento (nel caso di manutenzione correttiva);
- Periodicità dell'intervento svolto (nel caso di manutenzione preventiva);
- Descrizione dell'intervento con indicazione delle principali operazioni svolte;
- Ore di lavoro e luogo di esecuzione dell'intervento per ciascun tecnico coinvolto;
- Materiali di ricambio sostituiti;
- Materiali di consumo e soggetti ad usura sostituiti;
- Data ed ora di fine intervento;
- Nominativo dei tecnici che hanno effettuato l'intervento;
- I riferimenti normativi applicabili;
- Esito delle prove (favorevole e non favorevole).

Per il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali di cui all'Art. 8.

Art. 8 - Livelli di Servizio e Penali

Il Fornitore è obbligato a garantire adeguati livelli di servizio secondo i termini stabiliti dal presente CSA.

Le penali saranno applicate singolarmente e cumulativamente da parte della Regione, previa contestazione delle mancanze riscontrate.

Saranno applicate le penali di seguito indicate:

a) in caso di inadempienza relativa ai termini di consegna e di installazione di cui all'art. 4, verrà applicata al Fornitore, per ogni giorno solare di ritardo, una penale pari a 1‰ (un per mille) dell'ammontare netto contrattuale, salvo l'eventuale maggior danno;
b) in caso di esito non positivo del collaudo nei termini indicati all'art. 5, verrà applicata al Fornitore, per ogni giorno solare di ritardo allo stesso imputabile, una penale giornaliera pari a 1‰ (un per mille) dell'ammontare netto contrattuale, salvo l'eventuale maggior danno;
c) in caso di inadempienza relativa alla mancata attività di formazione entro i termini di cui all'art. 5, verrà applicata al Fornitore una penale pari a 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo, salvo l'eventuale maggior danno;

RIAMED SRLs
Sede legale: Via A. Omodeo, 45
80128 NAPOLI
Tel. e Fax 081 5870202
C.F. e P.I. 07763691214
C.C.I.A.A. 907888

d) in caso di ritardo nella redazione del verbale di avvenuta formazione entro i termini di cui all'art. 5, verrà applicata al Fornitore una penale pari a 0,1‰ (zero virgola uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo, salvo l'eventuale maggior danno;

e) in caso di mancato rispetto dei termini indicati all'art. 7 in ordine a:

- Manutenzione preventiva;
- Manutenzione correttiva;
- Tempo di risoluzione guasti

verrà applicata al Fornitore una penale giornaliera pari a 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo, salvo l'eventuale maggior danno;

f) in caso di fornitura di pezzi di ricambio non conformi a quanto previsto dall'art. 6, al paragrafo "*Pezzi di ricambio*", verrà applicata una penale paria 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale, salvo l'eventuale maggior danno causato.

La tabella seguente sintetizza quanto sopra riportato per una più agevole lettura.

Art. CSA	Valore standard	Determinazione della penale
Consegna (art. 4)	Consegna in 20 gg solari a partire dalla sottoscrizione del contratto.	1‰ (un per mille) dell'ammontare netto contrattuale per apparecchiatura non consegnata per ogni giorno solare di ritardo.
Installazione (art. 4)	Installazione in 5 gg solari a partire dalla consegna.	1‰ (un per mille) dell'ammontare netto contrattuale per apparecchiatura non installata per ogni giorno solare di ritardo.
Collaudo (art. 5)	Collaudo entro 10 giorni solari dal termine delle operazioni di installazione.	1‰ (un per mille) dell'ammontare netto contrattuale per apparecchiatura non collaudata positivamente per ogni giorno solare di ritardo.
Formazione (art. 6)	Per mancata attività di formazione entro i termini indicati nell'art. 5	0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo.
	Per mancata redazione del Verbale di avvenuta formazione	0,1‰ (zero virgola uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo.

RIAMED SRLs
Sede legale: Via A. Omodeo, 45
80128 NAPOLI
Tel. e Fax 081 6870202
C.F. e P.I. 07763691214
C.C.I.A.A. 907888

Garanzia ed assistenza tecnica Full-risk (art. 7)	Manutenzione correttiva: tempo di risoluzione guasti	0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo superiore a 72 ore.
	Pezzi di ricambio secondo i termini dell'art. 7	0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale salvo l'eventuale maggior danno.

Tabella 1 – Tabella riepilogativa dell'art. 8

RIAMED SRLs
Sede legale: Via A. Omodeo, 45
80128 NAPOLI
Tel. e Fax 081 5870202
C.F. e P.I. 07768691214
C.C.I.A.A. 807888

progetti
Medical Equipment Solutions

PG S10
Vital Sign Monitor

Schermo LCD TFT a colori 8''(touch screen opzionale)
Portatile, peso leggero e design robusto
Configurazioni flessibili dei parametri per diversi ambienti critici
Batteria ricaricabile agli ioni di litiio(fino a 12 ore di lavoro ininterrotto)
Grande impostazione di caratteri e caratteri a colori
Spot-check e modalità di monitoraggio continuo
Selezionabile per pazienti adulti, pediatrici e neonatali
CSM cablato / wireless, support ail protocollo HL7 su HIS, opzionale
Revisione della tendenza grafica e tabellare
Revisione dell'onda di rilevazione complete di 48 ore per ciascun paziente (memorizzata in schede sd)

MONITOR

PG S10

DISPLAY
8" color TFT LCD Screen;
risoluzione 800 x 600

RECORDER
Thermal, recorder
Support, optional

HANDLE
Portable design

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TEMP
Metodo di misurazione : toracico
Campo di misura: 5-50°C (41~122°F)
Risoluzione: 0,1°C
Precisione di misurazione: ±0.1°C

Termometro auricolare a infrarossi (opzionale)
Intervallo visualizzato: 34-42.2°C (93.2-108F°)
Intervallo di temperature ambiente di funzionamento:
10-40°C (50-104°F)
Precisione per intervallo di temperature visualizzato:
≥35°C(95.9°F) ~ ≤42.2°C(107°F) range ±0.2°C(0.4°F)
<35°C(95.9°F) ~ ≥34°C(93.2°F) range ±0.3°C(0.5°F)

NIBP
Metodo di misurazione :metodo oscillometrico auto
Modalità operative: manuale,automatic,continua
Unità di misura: mmHg/kPa selezionabile
Tepo di misurazione tipico: 20-40s
Campo di misura (mmHg)

Intervallo di pressione sistolica:	Adulto 40-270 Pediatrico 40-200 Neonatale 40-135
Intervallo di pressione diastolica:	Adulto 10-210 Pediatrico 10-150 Neonatale 10-95
Intervallo di pressione ,media:	Adulto 20-230 Pediatrico 10-150 Neonatale 20-105

Accuratezza di misurazione
Errore medio massimo: ±5mmHg
Deviazione standard massima: 8mmHg
Risoluzione: 1mmHg
Intervallo: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 480 minuti
Protezione da sovrapressione: Software e hardware, doppia protezione di sicurezza
Intervallo di pressione del bracciale: 0-280mmHg

Sp02
Campo di misura: 0-100%
Risoluzione: 1%
Precisione: ±2% (70-100%, Adult/Pediatric);
±3% (70-100%, Neonate);
0-69%, unspecified
Frequenza di aggiornamento: 1s

Pulsazioni
Intervallo: 30-254 bmp
Risoluzione: 1bmp
Precisione: ±2bmp (non-motion)
±5bmp (motion)
Frequenza di
aggiornamento: 1s

Registratore termico (opzionale)
Ad alta risoluzione per la stampa dei tracciati a 3
canali
Velocità di scorrimento 5,10,25,50 mm/sec
Ampiezza carta: 58mm
Funzionamento:
manuale/automatco

Ambientali
Potenza: AC 100-250V, 50/60Hz
Temperatura: 5-40°C
Umidità: <85%
Patient Range: Adult, Pediatric, Neonate

Configurazione standard
Unità prindipale
SpO2 sensore
adulti
Nibp Bracciale
adulti
Sonda temperatura

LANGUAGES
Italian - English - Spanish - Russian - French - Turkish - German - Polish - Roman

progetti
Medical Equipment Solutions

CE

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

Distribuited by:

PROGETTI S.r.l.
Strada del Rondello, 5
10028 Trofarello (Torino) - Italy
Ph. +39 011 644 738
Fax +39 011 645 822
info@progettimedical.com
www.progettimedical.com

0123

Quality system ISO certified

progetti
Medical Equipment Solutions

A chi di competenza

Con la presente,

si attesta che Riamed SRLs - con sede in via Omodeo 45, Napoli; partita iva 07763691214 - è distributore autorizzato dei prodotti di Progetti SRL - con sede in Strada Del Rondello 5, Trofarello (TO); partita iva 06367590012 - senza limitazioni territoriali pur avendo come zona primaria di competenza la Campania.

Si attesta, altresì, che Riamed SRLs è un punto service autorizzato per i prodotti di Progetti SRL.

Trofarello, 16 novembre 2017

Il Legale Rappresentante

PROGETTI S.R.L.
Strada del Rondello, 5
10028 Trofarello (TO) ITALY
Tel. +39011644738 - Fax +39011645822
P.I. 06367590012 - C.F. 10213970154
www.progettimedical.com

progetti
Medical Equipment Solutions

www.progettimedical.com
info@progettimedical.com

PROGETTI s.r.l. Strada del Rondello, 5 • 10028 TROFARELLO (TO) ITALY • Tel. +39 011 644 738 FAX +39 011 645 822 • P.IVA IT06367590012 C.F. 10213970154

DECLARATION OF EC CONFORMITY

Manufacturer/Dealer/Assembler:
PROGETTI Srl
Strada del Rondello N. 5 10028 TROFARELLO (TO) ITALY
Tel +39.011.644738
Fax +39 011.645822
info@progettimedical.com
www.progettimedical.com

declares that the CE-marked products

Product name: PG S10
Model Number: PG S10
Device Type: Vital Sign Monitor

Complies with Council Directive 93/42/EEC (Medical Device Directive) of 14 th June 1993(MDD 93/42/EEC) Class IIB, Rule 10, Annex VII + II.3, under certification No. G1141085423003 issued by Med Cert.

The Vital Sign Monitor model PG S10 is manufactured based on lead – free components, according to ROHS, directive 2011/65/CEE.

The products have been certified by:
TUV SUD Product Service GmbH – Zertifizierstelle – Ridlestrasse 65 – 80339 Munchen - Germani

Valid from : 06/03/2015
Valid until : 27/01/2019

Signed: Dr. Cesare Mangone
Position: President and CEO
Signature:

*IF YOU WANT RECEIVE DEDICATED DECLARATION OF CONFORMITY FOR YOUR DEVICE SERIAL NUMBER AND/OR UPDATED ONE PLEASE CONTACT PROGETTI S.R.L. OFFICE TO THE EMAIL info@progettimedical.com

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

BUREAU VERITAS
Certification

PROGETTI SRL

Sede Legale e Operativa:

Strada del Rondello, 5 – 10028 TROFARELLO (TO)

Bureau Veritas Italia spa certifica che il sistema di gestione dell'organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

Norma

ISO 9001:2008

Campo di applicazione

Ricerca, sviluppo, produzione, commercializzazione ed assistenza tecnica di apparecchiature e prodotti medicali.

Settore/i EA di attività: **19, 29**

Data d'inizio del presente ciclo di certificazione: **25 maggio 2015**

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo certificato è valido fino al: **09 giugno 2018**

Data della certificazione originale: **23 luglio 1998**

Certificate No. 197364 Rev. N. **1** del: **25 maggio 2015**

LODOVICO JUCKER - Local Technical Manager

Indirizzo dell'organismo di certificazione:

Bureau Veritas Italia S.p.A., Via Miramare, 15, - 20126 Milano, Italia

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sul requisiti applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l'organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

SGQ	N° 009A	PRS	N° 076C
SGA	N° 008D	SGE	N° 009M
PRD	N° 009B	EMAS	N° 004P
SCR	N° 008F	GHG	N° 008O
FSMS	N° 003I	ISP	N° 006E

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e IAF
Signatory of EA and IAF mutual Recognition Agreements

GIMA

ALLEGATO N. 3

Non. istanza in quanto non visualizza l'onda pletismografica

N° 17 PULSOSSIMETRO PORTATILE

Società costruttrice	COMDEK INDUSTRIAL CORP.	
Modello dell'Apparecchiatura	PULSOXIMETRO portatile MD-630 con stampante	
Anno di produzione del modello		
Descrizione:	caratteristiche tecniche minime obbligatorie	Caratteristiche tecniche proposte (indicare il riferimento della evidenza della caratteristica tecnica dichiarata, sul depliant tecnico e/o manuale operativo/service
Allarme sonoro livelli	Almeno 2	2
Allarme visivo	SI	SI
Visualizzazione onda pletismografica	SI	VEDI SCHEDA/MANUALE
Memorizzazione trend	>1 h	VEDI SCHEDA/MANUALE
Durata max trend	10 minuti per intervallo	VEDI SCHEDA/MANUALE
Dimensione display	➢ 3,5"	VEDI SCHEDA/MANUALE
Risoluzione temporale aggiornamento	Ogni 2 sec.	VEDI SCHEDA/MANUALE
Software oper.italian	SI	VEDI SCHEDA/MANUALE
Uscita dati rs 232	SI	VEDI SCHEDA/MANUALE
Trasduttore adulti riutilizzabile	SI	VEDI SCHEDA/MANUALE
Dotato di stampante termica interna	SI	SI
Batteria ricaricabile	Almeno 3 h di autonomia	VEDI SCHEDA/MANUALE
Garanzia (Mesi)	>=36	SI
Contratto di manutenzione full-risk	>=7%	SI
Tempo Di Intervento (Ore Solari)	<=24	SI
Sede Di Assistenza Piu' Vicina	In Campania	NAPOLI
Numero Visite Programmate	>=1 anno	SI

COSTO orientativo €.500,00 + IVA CAD.

Le caratteristiche minime indicate nella scheda come innanzi predisposta sono da intendersi obbligatorie nel senso che la carenza o la non conformità anche di uno dei parametri elencati in tabella, comporterà la non ammissione dalla gara e la stessa dovrà essere obbligatoriamente compilata dalla società che parteciperà alla gara. Le Società concorrenti dovranno compilare la scheda sopra riportata, presentare depliant tecnici e illustrativi in lingua italiana di tutte le caratteristiche tecniche e di tutte le funzioni dell'apparecchiatura offerte in conformità alle indicazioni riportate nella scheda di cui sopra indicando la pagina riportante le caratteristiche tecniche dichiarate.

acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	1953656
Descrizione RDO	Fornitura di N.17 Pulsossimetri Portatili per varie UU.OO.CC. di questa AORN
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo piu' basso
Lotto	1 (lotto 1)
CIG	ZBA2391BE7
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Ente	02201130610
Nome ufficio	PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Indirizzo ufficio	Via Tescione - CASERTA (CE)
Telefono / FAX ufficio	0823232462 / 0823232512
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	551B2G
Punto ordinante	DI SANO MARISA / CF:DSNMRS64C45A512N
Firmatari del contratto	ANDREA RITONDALE / CF:RTNNDR90S11F839K

FORNITORE	
Ragione Sociale	RIAMED SRLS
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Partita IVA impresa	07763691214
Codice Fiscale Impresa	07763691214
Indirizzo Sede Legale	VIA ADOLFO OMODEO 45 - NAPOLI (NA)
Telefono / Fax	0815870202 / 0815870202
PEC Registro Imprese	RIAMED@PEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo	07763691214

Professionale	
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	30/04/2014
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	NA
INAIL: Codice Ditta/Sede di Competenza	19509150151
INPS: Matricola aziendale	5134528017
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	22173707/36
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	TERZIARIO / MEDICALE ELETTROMEDICALE ORTOPEDICI
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT51W0100503414000000001044
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	ANDREA RITONDALE RTNNDR90S11F839K

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	4617342
Offerta sottoscritta da	RITONDALE ANDREA
Email di contatto	RIAMED@PEC.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	15/05/2019 00:00
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)	
Bando	Fornitura di N.17 Pulsossimetri Portatili per varie UU.OO.CC. di questa AORN
Categoria	Pulsossimetri
Descrizione Oggetto di Fornitura	Pulsossimetri
Quantità	17
PARAMETRO RICHIESTO	**VALORE OFFERTO**
Marca	Progetti Medical SRL
Codice articolo produttore	PGS10
Nome commerciale del pulsossimetro*	Pulsossimetro portatile PGS10 Vital Sign Monitor

Unità di misura*	Pezzo
Descrizione tecnica	Pulsossimetro portatile come da scheda tecnica e capitolato speciale allegati
Tipo contratto*	Acquisto
Codice CND	ND
Anno/Versione	2015
Tipologia	portatile,peso leggero e design robusto.Configurazioni flessibili dei parametri per diversi ambienti critici
Pazienti destinatari	adulti,pediatrici e neonatali
Schermo	LCD TFT a colori 8"
Dimensioni (lxhxp) [cm]	175x275x175mm (LxWxT)
Peso [Kg]	<3kg
Alimentazione	batteria ricaricabile agli ioni di litio(fino a 12 ore di lavoro ininterrotto)
Parametri monitorati e opzioni incluse	Temp - NIBP - SPO2
Parametri/opzioni richiedibili (non incluse nel prezzo)	ECG
Prezzo*	1230

Offerta economica per il lotto 1	
Unità di misura dell'offerta economica	Valori al ribasso
Valore dell'offerta per il Lotto 1	**20910,00 Euro (ventimilanovecentodieci Euro)**
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: *(non specificati)*	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: **5,00 (Euro)**	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	10 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.
L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

SUBAPPALTO
Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

ALLEGATO N. 5

A.O.O. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale
Protocollo: 0014776/U Data: 01/06/2018 09:08
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
Classifica:

acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	1953656
Descrizione RdO	Fornitura di N.17 Pulsossimetri Portatili per varie UU.OO.CC. di questa AORN
Lotto oggetto della Stipula	1 (lotto 1)
CIG	ZBA2391BE7
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Ente	02201130610
Nome Ufficio	PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Indirizzo ufficio	Via Tescione - CASERTA (CE)
Telefono / FAX ufficio	0823232462 / 0823232512
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	551B2G
Punto Ordinante	**DI SANO MARISA /DSNMRS64C45A512N**
Firmatario del Contratto di Stipula	DI SANO MARISA /DSNMRS64C45A512N
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione Sociale	RIAMED SRLS Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	07763691214
Codice Fiscale Impresa	07763691214
Indirizzo sede legale	VIA ADOLFO OMODEO 45 - NAPOLI (NA)
Telefono / Fax	0815870202 / 0815870202
PEC Registro Imprese	RIAMED@PEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	07763691214
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	30/04/2014 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	NA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	19509150151

INPS: Matricola aziendale	5134528017
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	22173707/36
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	
CCNL applicato / Settore	TERZIARIO / MEDICALE ELETTROMEDICALE ORTOPEDICI
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT51W0100503414000000001044
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	ANDREA RITONDALE RTNNDR90S11F839K

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Identificativo univoco dell'offerta	4617342
Offerta sottoscritta da	RITONDALE ANDREA
Email di contatto	RIAMED@PEC.IT
Offerta presentata il	18/05/2018 11:37
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	15/05/2019 00:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati allâAmministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati allâAmministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'offerta economica	Valori al ribasso
Valore dell'offerta per il Lotto 1	20910,00 Euro (ventimilanovecentodieci Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: *(non specificati)*	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: **Euro '5,00'**	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	10 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonchè l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonchè si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 31/05/2018 14:21

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Provveditorato AORN Caserta

Da: <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: venerdì 1 giugno 2018 11:32
A: <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
Allega: daticert.xml; postacert.eml
Oggetto: CONSEGNA: rdo 1953656

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 01/06/2018 alle ore 11:32:34 (+0200) il messaggio
"rdo 1953656" proveniente da "provveditorato@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a "riamed@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec286.20180601113216.06115.08.1.67@pec.aruba.it

Provveditorato AORN Caserta

Da: <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: venerdì 1 giugno 2018 11:32
A: <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
Allega: daticert.xml
Oggetto: ACCETTAZIONE: rdo 1953656

Ricevuta di accettazione

Il giorno 01/06/2018 alle ore 11:32:16 (+0200) il messaggio
"rdo 1953656" proveniente da "provveditorato@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a:
riamed@pec.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec286.20180601113216.06115.08.1.67@pec.aruba.it

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

Registro Autorizzazioni n°:	UAPAT	del	
Budget Economico:	2018		
Codice Conto:	101020401		
Descrizione:	ATTREZZATURE SANITARIE		
Presente Autorizzazione:	€25.510,20	n° 3	SUB 1
Registro Autorizzazioni n°:		del	
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB
Registro Autorizzazioni n°:		del	
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB

Caserta, li 08/06/2018

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Determina Dirigenziale N. 347 del 11/06/2018

PROPONENTE: **UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

OGGETTO: **PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 D.LGS N.50 / 2016, MEDIANTE RDO N.1953656 SU ME.PA. CONSIP, DI N.17 PULSOSSIMETRI PORTATILI PER VARIE UU.OO.CC DI QUESTA AORN. CIG ZBA2391BE7.**

In pubblicazione dal 11/06/2018 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Elenco firmatari

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.