



Azienda Ospedaliera di Caserta
"Sant'Anna e San Sebastiano"
di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Via Palasciano - 81100 Caserta (CE)

Direttore Generale: Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrant

A.O.O. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale
Protocollo: 0024936/E Data: 21/09/2018 13:34
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
Classifica:



Il Direttore UOC, Tecnologia Ospedaliera e HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo

**CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI UN SISTEMA DI VIDEO CISTOSCOPIA FLESSIBILE**

Quest'Azienda intende avviare una "consultazione preliminare di mercato", ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 50/2016 modificato con D.Lgs. 56/2017, finalizzata a verificare la disponibilità di operatori economici interessati alla fornitura di un sistema di video cistoscopia flessibile, per la UOC Urologia.

L'apparecchiatura dovrà avere le seguenti caratteristiche minime obbligatorie:

SOCIETA' PARTECIPANTE	
Ditta Costruttrice	
Modello offerto	
Ditta distributrice e/o incaricata dell'assistenza tecnica	
Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione	
Descrizione: SISTEMA DI VIDEO CISTOSCOPIA FLESSIBILE	Caratteristiche Tecniche richieste
Sistema dotato di acquisizione audio/video su PC	Di tipo digitale
Fonte luminosa	SI
Videocamera digitale	Di tipo cmos
Lunghezza operativa	Circa 360 mm
Angolazione	Orientativamente tra 210° su e 130° giù
Diametro esterno	Circa 6 mm
Diametro canale operativo	Circa 2 mm
torsione	Raporto 1/1
Campo visivo	$\geq 100^\circ$
Il cistoscopio flessibile non deve mai venire a contatto con il paziente	SI
Fornitura di guaine monouso dotate di doppio canale totalmente separato, di cui uno per la fibra ottica e l'altro operativo.	SI

DE 1



Azienda Ospedaliera di Caserta
"Sant'Anna e San Sebastiano"
 di rilievo nazionale e di alta specializzazione
 Via Palasciano - 81100 Caserta (CE)

Direttore Generale: Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

Dispositivo di comando dell'endoscopio dovrà essere dotato di copertura di protezione dagli agenti contaminanti durante le procedure di cistoscopia.	SI
La manopola di bloccaggio dovrà essere dotata di sfinestratura per il montaggio della guaina sull'endoscopio.	SI
Dotazione di ingresso ausiliario per l'iniezione rapida di fluidi durante le procedure endoscopiche.	SI
Profondità di campo	Fra 5 mm min. e 50 mm max
impiego guaine monouso doppio canale	SI
Numero di guaine monouso	500 anno
Garanzia (Mesi)	>=36
Contratto di manutenzione full-risk	>=7%
Tempo Di Intervento (Ore Solari)	<=24
Sede Di Assistenza Piu' Vicina	In Campania
Numero Visite Programmate	>=1 anno

Requisiti minimi richiesti agli operatori economici interessati

Possono presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all'art. 45 Dlgs n. 50/2016 ss.mm.ii. che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con l'oggetto della presente procedura negoziata;
- assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.
- comprovata esperienza specifica sviluppata, nel corso degli ultimi tre anni, di fornitura ad Aziende del Servizio Sanitario Nazionale del sistema di che trattasi;

Presentazione della domanda

Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse, entro le **ore 12:00 del 5 ottobre 2018**, inviando una PEC all'indirizzo: gare.tecnologia@ospedalecasertapec.it, con oggetto "consultazione preliminare di mercato per l'affidamento della fornitura in noleggio di un sistema di video cistoscopia flessibile", producendo la seguente documentazione:

- il presente avviso firmato digitalmente dal legale rappresentate, per accettazione di tutte le clausole contrattuali ivi prescritte;
- autodichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentate, del possesso di tutti i requisiti minimi richiesti dal presente avviso.

Handwritten signature 2



Azienda Ospedaliera di Caserta
"Sant'Anna e San Sebastiano"
di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Via Palasciano – 81100 Caserta (CE)

Direttore Generale: Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

- c. documentazione tecnica necessaria relativa al sistema proposto, attestante le caratteristiche minime richieste nella scheda di cui sopra;

La predetta indagine ha solo fini esplorativi per individuare la presenza sul mercato di soggetti da consultare, oltre a quelli conosciuti, ai fini dell'affidamento della fornitura.

Gli operatori economici per il solo interesse manifestato alla presente indagine non potranno, pertanto, vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento del servizio. A tal proposito quest'Azienda si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva gara.

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l'operatore economico individuato rappresenti l'unico fornitore del servizio innanzi descritto, quest'Azienda intende manifestare, altresì, l'intenzione di affidare il suddetto servizio ai sensi dell'art.63 comma 2 lettera b del D.lgs 50/2016 e ss.mm.e ii. e concludere un contratto, previa negoziazione delle condizioni economiche.

Ing. Vittorio Emanuele Romallo