



Il Direttore u.o.c. Tecnologia Ospedaliera e HTA  
Ing. Vittorio Emanuele Romallo

## CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO CRIOSTATO

Quest'Azienda intende avviare una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 50/2016 modificato con D.Lgs. 56/2017, finalizzata a verificare la disponibilità di operatori economici interessati alla seguente fornitura:

- ✓ *Acquisto di n°1 criostato per Istopatologia - base d'asta presunta € 45.000,00 + IVA.*

Al presente avviso sono allegate le specifiche tecniche che il suddetto sistema dovrà possedere.

Si invitano, pertanto, gli operatori economici a manifestare il proprio interesse, segnalando eventuali motivate osservazioni in merito alle suddette specifiche, al fine di valutare la possibilità di rivedere quanto previsto e consentire la più ampia partecipazione alla successiva gara d'appalto. Qualora si dovessero riscontrare delle divergenze tra le caratteristiche richieste, e quelle possedute, vogliate cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Si raccomanda di non inviare documenti/capitolati/schede tecniche, ma solo osservazioni motivate.

La presente consultazione viene pubblicata sulla home page del sito web aziendale, sulla piattaforma software del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla Gazzetta Ufficiale Europea.

Il sistema suddetto dovrà essere dotato di marcatura CE e numero di repertorio dispositivi medici.

### Requisiti minimi richiesti agli operatori economici interessati

Possono presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all'art. 45 Dlgs n. 50/2016 s.m.i. che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con l'oggetto della presente procedura negoziata;
- b. assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.
- c. comprovata esperienza specifica sviluppata, nel corso degli ultimi tre anni, di fornitura ad Aziende del Servizio Sanitario Nazionale del sistema di che trattasi;

### Presentazione della domanda


Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse, e/o le loro considerazioni, entro le ore 12:00 del 15 aprile 2019, inviando una PEC all'indirizzo: [gare.tecnologia@ospedalecasertapec.it](mailto:gare.tecnologia@ospedalecasertapec.it), con oggetto "*consultazione preliminare di mercato criostato*", producendo la seguente documentazione:

- a. il presente avviso firmato digitalmente dal legale rappresentate, per accettazione di tutte le clausole contrattuali ivi prescritte;
- b. autodichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentate, del possesso di tutti i requisiti minimi richiesti dal presente avviso.

La predetta indagine è finalizzata ad acquisire informazioni per quest'Azienda propedeutiche alle scelte strategiche di approvvigionamento.

Gli operatori economici per il solo interesse manifestato alla presente indagine non potranno, pertanto, vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento del servizio. A tal proposito quest'Azienda si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva gara.

Ing. Vittorio Emanuele Romallo  
Direttore u.o.c. Tecnologia Ospedaliera e HTA



**CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA**

Descrizione: CRIOSTATO PER ISTOPATOLOGIA	Caratteristiche	
<b>Caratteristiche Tecniche obbligatorie richieste</b>	<b>Caratteristiche tecniche minime proposte</b>	
Microtomo:	Di tipo rotante	
Spessore di taglio della fetta regolabile	Da 0,5 a 300 µm circa	
Avanzamento dei campioni	Circa 25 mm	
Retrazione dei campioni	Circa 50 µm	
Escursione del movimento verticale	Circa 60 mm	
Dimensione dei campioni	40 mm x 50 mm circa	
Sgrossatura pre-settabile	Da 5 a 150 µm circa a step di 0,5 µm circa	
Spostamento/avanzamento motorizzato	In modalità veloce circa 900 µm/s;	
in modalità lento circa 500 µm/s		
Modalità di movimentazione e orientamento del campione	Su tre assi (X-Y-Z)	
Sistema di raffreddamento:	criocamera	
Range di temperatura	Da 0°C a -40°C	

**TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO**

Dotazione di serie del sistema di raffreddamento del campione da -10°C a -50°C circa
Dotazione di serie di sistema taglio motorizzato
Numero di stazioni di congelamento >10, (per ogni singola stazione > 10 sarà attribuito un punteggio)
Dotazione di serie di elemento di congelamento a cella di Peltier
Garanzia oltre i 36 Saranno attribuiti punteggi per ogni 4 mesi in più

UOC Tecnologia Ospedaliera  
Innovazione Tecnologica e HTA  
Il Direttore

