Azienda Ospedaliera di Caserta
" Sant'Anna e San Sebastiano"
di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Via Palasciano – 81100 Caserta (CE)
Direttore Generale: Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

Unità Operativa Complessa Provveditorato ed Economato
Direttore: dott.ssa Marisa Di Sano
Telefono:0823-232462
e-mail-: provveditorato@ospedale.caserta.it
pec: provveditorato@ospedalecasertapec.it

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di Ecografi di alta fascia per le UU.OO.CC. di Rianimazione, Pronto Soccorso, Chirurgia Vascolare, Urologia, Terapia Intensiva Neonatale.

FAQ n.2 del 06.11.2018

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI DEL 30/10/2018 e 31/10/2018.

1. 1) Con riferimento alla gara in oggetto si invia la seguente richiesta di chiarimenti.
   In relazione al Lotto 1 –CIG 76390886D6- N°2 Ecografi di alte prestazioni per le UUOOCC Rianimazione e Pronto Soccorso della procedura in oggetto, relativamente ai requisiti tecnici richiesti dal capitolato rileviamo che alcune caratteristiche tecniche richieste come condizione di minima, secondo la nostra opinione, non sono indispensabili per i reparti di area critica ed emergenza a cui sono destinate le apparecchiature. Pertanto, vi chiediamo che il possesso di tali caratteristiche, di seguito indicate, non sia considerato come condizione di minima al fine della partecipazione alla gara ma sia oggetto di valutazione tecnica:
   - CD Rom
   - Color Doppler Direzionale, Color doppler tissutale
   - Range dinamico >= 250 Db
   - Software per elastosonografia;
   - Zoom in B-mode e coloor doppler e con aumento del frame rate;
   - Cineloop con visualizzazione in ciclo continuio d'immagini B-Mode, color doppler, M-Mode e doppler spettrale;
   - Software per la determinazione dei mezzi di contrasto di seconda generazione in tempo reale
   - Diagnosi tenica dell'apparecchiatura via modem e/o via rete LAN

   Risposta: Si confermano tutti i requisiti minimi richiesti.

2. 2) In riferimento al vostro disciplinare di gara, art. 5 , Caratteristiche tecnico qualitative, pag. 12, Lotto n. 4, ed in particolare con riferimento al requisito " *Modulo di fusione delle immagini: per la sincronizzazione delle immagini ecografiche con quelle provenienti da CT, MRI, PET*", che nella tabella "*Tabella attribuzione dei punteggi*" viene meglio specificato come "*Software per*

Fusion Imaging in multimodalità con overlapping e/o confronto immagini ecografiche real time e immagini dicom provenienti da altri sistemi (TAC, MR, Ecografi, Mammografi, Spect, ecc) ", supponendo che la diagnostica finale di riferimento (TERAPIA INTENSIVA NEONATALE) non dovrebbe avvalersi della tecnologia FUSION, si chiede di precisare se il requisito sia frutto di un Vs refuso di scrittura, o per vari motivi debba essere integrato nella configurazione come da capitolato.
Risposta: si conferma la dotazione del modulo software per la sincronizzazione delle immagini in fusione, per quanto attiene il punteggio, lo stesso è riferito alla capacità di sovrapporre contemporaneamente più immagini provenienti da diverse fonti.

3. 3) Si chiede quanto segue: 1) se i kit per biopsia pluriuso (n°5 kit) devono essere del tipo completamente riutilizzabile/sterilizzabili senza nessun componente monouso, oppure se è sufficiente IN ALTERNATIVA proporre un modello di kit per biopsia formato da 1 (uno) supporto /attacco sonda riutilizzabile dotto di n°5 kit passa ago monouso sterili singolarmente confezionati. **Risposta**: Si conferma la necessità di fornire n° 5 guide-ago per biopsia pluriuso;
4. 2) di confermare che per il trasduttore endocavitario endorettale i 5 kit per biopsia pluriuso richiesti devono essere del tipo riutilizzabile e non monouso. **Risposta**: Si conferma.

Il Direttore della UOC Provveditorato ed Economato

Dott.ssa Marisa di Sano