

Azienda Ospedaliera di Caserta

"Sant'Anna e San Sebastiano"

di rilievo nazionale e di alta specializzazione

Via Palasciano – 81100 Caserta (CE)

Direttore Generale: Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

Unità Operativa Complessa Provveditorato ed Economato

OGGETTO: Procedura aperta per l'appalto relativo all'affidamento triennale della fornitura in noleggio di sistemi diagnostici completi (lotti n. 32 - vari cig) per l'UOC di Patologia Clinica dell'AORN "S. ANNA "e "S. SEBASTIANO" di Caserta – Gara n. 7091617

In riferimento alla richiesta formulata da un Operatore interessato alla procedura, di seguito si fornisce il riscontro al quesito formulato.

FAQ. N. 1 DEL 29.05.2018

QUESITO	RISPOSTA
1)In riferimento alla Procedura aperta per	1)Ripubblicazione scheda tecnica lotto 7
l'appalto relativo all'affidamento triennale della	
fornitura in noleggio di sistemi diagnostici	
completi (lotti n. 32 - vari cig) per l'UOC di	
Patologia Clinica dell'AORN "S. ANNA "e "S.	
SEBASTIANO" di Caserta, Vi preghiamo	
cortesemente di inviarci il dettaglio del lotto 7	
Sieroimmunologia corretto, in quanto sebbene	
rinominato in maniera diversa riporta le	,
caratteristiche del Lotto 6 Farmaci Biologici.	

- Allegato: scheda tecnica Lotto 7

A.O.O. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale

Protocollo: 0014359/U Data: 29/05/2018 09:17

Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO

Classifica:

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato

dr.ssa Marisa Di Sano



Azienda Ospedaliera di Caserta "Sant'Anna e San Sebastiano" di rilievo nazionale e di alta specializzazione Via Palasciano – 81100 Caserta (CE) Direttore Generale: Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI COMPLETI PER LA U.O.C. DI PATOLOGIA CLINICA DELLA AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" DI CASERTA

Lotto n. 7

Allegato n.7

DESCRIZIONE: SIEROIMMUNOLOGIA

RICHIESTA: SOSPENSIONI BATTERICHE PER LA DETERMINAZIONE MEDIANTE AGGLUTINAZIONE DEGLI ANTICORPI ASSOCIATI ALLE INFEZIONI DA SALMONELLA, BRUCELLA, TREPONEMA E SIEROLOGIA DELL'ECHINOCOCCO.

NOTE: Si preferiscono le determinazioni in micro piastra per salmonella e brucella

QUANTITA' E QUALITA' DELLA FORNITURA: Il sistema diagnostico dovrà effettuare la determinazione degli esami di seguito indicati in riferimento alla quantità annua presunta:

TEST NECESSARI	TEST/ANNO
DETERMINAZIONE MEDIANTE AGGLUTINAZIONE DI ANTICORPI ANTI typhi H	400
DETERMINAZIONE MEDIANTE AGGLUTINAZIONE DI ANTICORPI ANTI typhi O	400
DETERMINAZIONE MEDIANTE AGGLUTINAZIONE DI ANTICORPI ANTI paratifo A totale	400
DETERMINAZIONE MEDIANTE AGGLUTINAZIONE DI ANTICORPI ANTI paratifo B totale	400
DETERMINAZIONE MEDIANTE AGGLUTINAZIONE DI ANTICORPI ANTI paratifo C totale	400
DETERMINAZIONE MEDIANTE AGGLUTINAZIONE DI ANTICORPI ANTI brucella totale	400
ANTICORPI ANTIECHINOCOCCO HIA	50
трна ніа	800
VDRL AGGLUTINAZIONE	800
TEST AUSPICABILI	
DETERMINAZIONE MEDIANTE AGGLUTINAZIONE DI ANTICORPI ANTI paratifo AH	50

DETERMINAZIONE MEDIANTE AGGLUTINAZIONE DI ANTICORPI ANTI paratifo AO	50
DETERMINAZIONE MEDIANTE AGGLUTINAZIONE DI ANTICORPI ANTI patatifo BH	50
DETERMINATIONE MEDIANTE AGGEOTINAZIONE DI ANTICONFI ANTI PALALITO BIT	50
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DETERMINAZIONE MEDIANTE AGGLUTINAZIONE DI ANTICORPI ANTI paratifo BO	50
DETERMINAZIONE MEDIANTE AGGLUTINAZIONE DI ANTICORPI ANTI paratifo CH	50
. 4.076) 549	
DETERMINAZIONE MEDIANTE AGGLUTINAZIONE DI ANTICORPI ANTI paratifo CO	50
DETERMINAZIONE MEDIANTE AGGLUTINAZIONE DI ANTICORPI ANTI brucella abortus	50
DETERMINAZIONE MEDIANTE AGGEOTINAZIONE DI ANTICORPI ANTI DIUCCIIa abortus	50
DETERMINAZIONE MEDIANTE AGGLUTINAZIONE DI ANTICORPI ANTI brucella melitensis	50
DETERMINAZIONE MEDIANTE AGGLUTINAZIONE DI ANTICORPI ANTI brucella suis	50
TOTALE TEST CONSIDERATI NECESSARI	4050
	4030

I test indicati devono essere considerati presunti, in quanto dipendenti da variabili cliniche ed epidemiologiche che di volta in volta si verificheranno, nonché da eventuali incrementi che potranno generarsi per cause contingenti, e che per questo motivo non sono esattamente quantificabili. L'azienda fornitrice dovrà, inoltre, consentire l'introduzione di test aggiuntivi non in elenco, presenti nel proprio listino, compatibili con la strumentazione offerta in seguito a nuove esigenze diagnostiche

REQUISITI MINIMI ESSENZIALI

- ANTICORPI ANTI SALMONELLE, BRUCELLAE TREPONEMA ED ENTEROCOCCO: DETERMINAZIONE IN PIASTRA
- OFFERTA DI CONTROLLI PER SALMONELLE, BRUCELLAE, TREPONEMA ED ENTEROCOCCO.
- CERTIFICAZIONE CE-IVD (LEGGE 98/79/CE) PER LE METODICHE RICHIESTE
- ASSISTENZA TECNICA SPECILISTICA