Azienda Ospedaliera di Caserta Sant'Anna e San Sebastiano di rilievo nazionale e di alta specializzazione

Azienda Ospedaliera di Caserta
" Sant'Anna e San Sebastiano"
di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Via Palasciano – 81100 Caserta (CE)
Direttore Generale: Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

A.O.O. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale
Protocollo: 0025607/U Data: 28/09/2018 11:59
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
Classifica:

Unità Operativa Complessa Provveditorato ed Economato

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI SEZIONE A E SEZIONE C.

FAQ n. 1 del 28.09.2018

In riferimento alle richieste formulate da alcuni operatori interessati alla procedura, di seguito si forniscono i riscontri ai quesiti formulati.

QUESITO	RISPOSTA
1) • LOTTO A23: Si chiede di specificare se trattasi di dispositivi elastomerici a "flusso VARIABILE" oppure a "flusso FISSO", ma con varie erogazioni ml/h; • LOTTO C12 – LOTTO C14: In merito entrambi i lotti C12- C14, si chiede se sia possibile offrire il medesimo articolo nelle voci A e B in quanto "accorciabile" alla lunghezza richiesta; • LOTTO C21: Trattandosi di kit ad alto flusso, si chiede se i lumi espresso in french sono da considerarsi come" portata minima ".	1) • LOTTO A23 : Il Dispositivo deve essere a flusso fisso; • LOTTO C12- C14 : Si potrà offrire un unico prodotto, solo se sulla scheda tecnica si evince espressamente che il dispositivo offerto sia "accorciabile", e comunque se tale operazione non infici le caratteristiche e le performance del dispositivo (ad es. atraumaticità della punta); • LOTTO C21 : Si, sono da ritenersi come misura di minima.
2) LOTTO A27: Viene richiesto un regolatore di flusso con microgocciolatoio con graduazione da 3 a 200 0 250 mn/h Si chiede di specificare se il microgocciolatoio debba essere da 20 o da 60 gocce per ml e se la graduazione del regolatore possa essere da 5 a 250 ml/h.	2) LOTTO A27 : Il microgocciolatore deve essere 60 gocce per ml Verranno accettate graduazioni del regolatore di flusso da 5 a 250 ml/ora

3) La richiesta di costituzione della cauzione provvisoria (pag. 9 Disciplinare di Gara); • Si chiede conferma che la presentazione della sola certificazione ISO 13485:2012 è sufficiente per la riduzione dell'importo del 50%.	3) Si conferma.
4) LOTTO A9 – Lancette automatiche monouso per il prelievo di sangue capillare: a) Le lancette monouso devono essere corredate di penna o devono essere senza penna per la prevenzione delle infezioni ospedaliere? b) Devono avere un dispositivo di prevenzione dalle ferite accidentali come prescritto dalla legge in ambito ospedaliero? c) La fornitura deve essere di una sola dimensione o la fornitura deve prevedere almeno due dimensioni diverse (come ad es. 23G e 29G)? d) In tali lancette possono essere presenti o non devono contenere ftalati, PVC, Lattice naturale? Inoltre, sempre in merito a tale lotto, si richiede un maggior dettaglio sull'attribuzione del punteggio tecnico (70/100).	4) a-Le lancette devono essere senza penna, b-devono avere un dispositivo di sicurezza c-non è specificata la dimensione della fornitura d-tale dispositivo deve essere ftalati free, latex free Si rimanda a quando riportato a pag. 16 e 17 del Disciplinare di gara in merito ai criteri per la valutazione tecnica
5)Lotto A39 - sacche in EVA per somministrazione miscele per nutrizione artificiale parenterale, copertura per fotoprotezione inserita nel confezionamento primario" si chiede se la COPERTURA PER FOTOPROTEZIONE INSERITA NEL CONFEZIONAMENTO PRIMARIO è requisito indispensabile o se possono essere considerate anche offerte in cui le coperture vengono fornite a corredo.	5)Verranno accettate anche le offerte con la copertura per fotoprotezione a corredo

6) Si chiede di specificare se l'indirizzo a cui andrà la campionatura è il medesimo della documentazione di gara (AORN S. ANNA E SAN SEBASTIANO UFFICIO PROTOCOLLO –PIANO TERRA PAL.A –VIA PALASCIANO, CASERTA); -Disciplinare di gara- Art. 4.1 Busta A – Documentazione Amministrativa – punto B2- Rif. Certificazione di qualità UNI ISO 9001:2008 in corso di validità : si chiede di confermare che il possesso della certificazione UNI CEI ISO 13485 (La norma specifica i requisiti per i sistemi di gestione per la qualità che permettono ad una organizzazione di dimostrare la sua capacità di fornire dispositivi medici e relativi servizi che siano conformi ai requisiti dei clienti e ai requisiti regolamentari applicabili a tali dispositivi medici) in luogo della UNI EN ISO 9001, sia riconosciuta valida come requisito di partecipazione alla procedura.	6)Si conferma l'indirizzo: AORN S. ANNA E SAN SEBASTIANO UFFICIO PROTOCOLLO –PIANO TERRA PAL.A –VIA PALASCIANO, CASERTA Il possesso della certificazione UNI CEI ISO 13485 è valida come requisito di partecipazione alla procedura
7) In riferimento alla procedura in oggetto siamo a richiedere, se confermate che la campionatura richiesta deve pervenire allo stesso indirizzo indicato per la consegna del plico della documentazione.	7)Vedasi punto 6 della presente faq.

Il Direttore UOC Provveditorato-Economato

Dott.ssa Marisa Di Sano

P.V.DAA