



Unità Operativa Complessa Provveditorato ed Economato

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento triennale della fornitura di Dispositivi Medici e materiale protesico per l'UOC Cardiocirurgia – Gara n. 6882033.

FAQ 1 del 30.01.2018

In riferimento alle richieste formulate da alcuni operatori interessati alla procedura, di seguito si forniscono i riscontri ai quesiti formulati.

QUESITO	RISPOSTA
<p>1) Relativamente al lotto n. A119 "corde artificiali per chirurgia riparativa mitralica in GORE-TEX, misure varie" si fa presente che il termine GORE-TEX identifica il nome commerciale del prodotto che risulta essere un monofilamento in PTFE, pertanto chiediamo che la descrizione venga modificata con l'aggiunta del termine PTFE. Inoltre si chiede di specificare la tipologia e la misura dell'ago, il calibro e la lunghezza del filo.</p> <p>2) Si chiede di specificare se la campionatura richiesta deve essere sterile oppure non sterile.</p> <p>- LOTTI A156-A157-A159: si richiedono "caratteristiche di autoestinguenza (durata di propagazione della fiamma) testata secondo la norma UNI EN ISO 6491 per motivi di sicurezza". Tuttavia la norma da voi indicata non riguarda l'autoestinguenza; si chiede pertanto di rettificare ed indicare la norma corretta a cui fare riferimento. Si vuole far presente che il grado di infiammabilità dei tessuti in TNT viene testato secondo la norma CFR1610 e quindi identificata come classe di reazione al fuoco; si chiede pertanto di precisare se si vuole prendere come riferimento tale norma;</p> <p>- LOTTO A157: Qual è il materiale richiesto per i teli che compongono il set?</p>	<p>1) Si conferma l'aggiunta del termine in GORE-TEX PTFE. Le caratteristiche del prodotto sono: 1) filo con doppio ago; 2) lunghezza del filo 90/100 cm; 3) misura ago 20/24 mm.</p> <p>2) La campionatura deve essere in confezione sterile.</p> <p>- A156-A157-A159: si precisa che si intende per riferimenti alla norma CFR1610;</p> <p>- A157: il materiale richiesto è in TNT;</p>

ML

<p>- LOTTO A159: viene descritto un telo copripaziente con “2 tasche per lato integrate al telo”; di quale materiale devono essere composti telo e tasche? Inoltre si chiede di specificare se con tale descrizione si intendono 2 tasche ad uno scomparto per ogni lato oppure se una tasca a 2 scomparti per ogni lato;</p> <p>- LOTTO A160-A161: si chiede di specificare il tipo di materiale;</p> <p>- LOTTO A189: si richiede la dimensione del telo tavolo.</p> <p>3) Polizza Fidejussoria: La polizza, deve essere prodotta per tutto l’importo della fornitura “ovvero per tutti i lotti”, oppure solo alla somma per i lotti a cui si presenta offerta?</p> <p>- Elenco Principali Forniture: Nella Vostra richiesta, chiedete di comunicare oltre gli importi, le date e i destinatari, anche la PEC. Qualora non si dovesse inserire perché mancante, e sinonimo di esclusione?</p> <p>4) gli allegati A/1 - A/3 e A/4 in formato odt non sono compatibili con i ns. software in quanto in visualizzazione non vediamo i file in formato modulo per la compilazione con i campi in grigio e tasti +/- in tabella. E' possibile scaricarli in word e compilarli?</p> <p>5) In alternativa alle referenze bancarie è possibile, per provare la capacità economica e finanziaria, ai sensi di quanto riportato nell’ “Allegato XVII Mezzi di prova dei criteri di selezione” del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentare uno o entrambi i seguenti documenti:</p> <p>- presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;</p> <p>oppure</p>	<p>- A159: il materiale richiesto è in TNT, le tasche integrate al telo a due scomparti in plastica trasparente per lato;</p> <p>- A160-161: il materiale richiesto è in TNT;</p> <p>- A189: le misure del telo per tavolo operatorio devono essere 200-230cm X 100cm.</p> <p>3) La polizza deve essere prodotta solo per i lotti per cui si presenta offerta;</p> <p>- La mancata indicazione della PEC non costituisce causa di esclusione.</p> <p>4) Sì.</p> <p>5) L’operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze bancarie richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante (es. bilanci, fatturato globale) secondo quanto previsto dall’art. 86 comma 4 e allegato XVII parte I del D.lgs. n.50/2016.</p>
--	--



- una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili;

dal momento che questa opzione è concessa per Legge.

In caso positivo a quali anni bisogna fare riferimento.

6) Si richiede chiarimento in riferimento all'allegato A4 punto A e punto C:

- Si richiede il fatturato degli ultimi tre anni approvati, ma si intende il triennio 2014/2016 oppure il triennio 2015/2017? Poiché a detta del commercialista l'anno 2017 deve essere ancora approvato.

7) Si chiede se i Certificati CE, la letteratura scientifica e il catalogo generale prodotti possono essere presentati nella lingua originale (inglese).

6) In riferimento all'allegato A4 punto a) si richiede il fatturato realizzato negli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione del bando. Con ciò si intende che, considerato che il bando è stato pubblicato a gennaio 2018, il fatturato è riferito agli esercizi 2014/2015/2016.

Diversamente al punto c) le forniture identiche sono riferite al triennio 2015/2016/2017.

7) Si conferma quanto richiesto a pag.11 del Disciplinare di gara.

Il Direttore UOC Provveditorato-Economato

Dott.ssa Marisa Di Sano

