



Unità Operativa Complessa Provveditorato ed Economato

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento triennale della fornitura di prodotti per LAPAROSCOPIA – Gara n. 6963248.

FAQ 4 del 21.03.2018

In riferimento alle richieste formulate da alcuni operatori interessati alla procedura, di seguito si forniscono i riscontri ai quesiti formulati.

QUESITO	RISPOSTA
1) LOTTO 12 – Richiesta di specificare se il morso a dentellatura atraumatica deve essere di tipo "Clinh" oppure "Johann"	1) LOTTO 12 – Saranno accettati i morsi a dentellature atraumatica con qualsiasi dizione sia "Clinch" che "Johann"
2) LOTTI 7 – 9 – 10 – 12 – Richiesta se è possibile presentare per la fornitura di dispositivi monouso prodotti ibridi, ossia composti da un'impugnatura pluriuso e terminali/puntuali monouso, fermo restando che la parte a diretto contatto con il paziente è sterile e monouso.	2) LOTTI 7 – 9 – 10 – 12 – saranno accettate le offerte di materiale totalmente monouso, così come espresso nel capitolato. Non saranno accettati prodotti ibridi.

 Il Direttore UOC Provveditorato-Economato

Dott.ssa Marisa Di Sano
